名称：深圳市华谱计量检测有限公司

地址：广东省深圳市宝安区松岗街道碧头社区三工业区 B122101

注册号：CNAS L11340

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 10 月 08 日　　截止日期：2030 年 08 月 28 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
测量设备							
力学测量仪器							
1	*架盘天平	质量	架盘天平检定规程 JJG156	(0.1～500)g	U=(0.03～0.08)g		2026-10-08
				500g～2kg	U=(0.08～0.3)g		2026-10-08
				(2～5)kg	U=(0.3～0.8)g		2026-10-08
2	*机械天平	质量	机械天平检定规程 JJG98	1mg～20g	U=0.01mg		2026-10-08

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(20～200)g	U=0.06mg		2026-10-08
				200g～1kg	U=0.29mg		2026-10-08
				(1～5)kg	U=4.4mg		2026-10-08
3	*模拟指示秤	质量	模拟指示秤检定规程 JJG13	(0.1～1)kg	U=0.3g		2026-10-08
				(1～10)kg	U=1g		2026-10-08
				(10～30)kg	U=5g		2026-10-08
4	*电子天平	质量	电子天平检定规程 JJG1036，电子天平校准规范 JJF1847	1mg～50g	U=(0.004～0.045)mg		2026-10-08
				(50～500)g	U=(0.05～0.45)mg		2026-10-08
				500g～5kg	U=(0.5～14)mg		2026-10-08
				(5～40)kg	U=14mg～0.1g		2026-10-08
				(40～500)kg	U=(0.1～16)g		2026-10-08
5	*非自行指示秤	质量	非自行指示秤检定规程 JJG14	1g～1kg	U=(0.1～0.3)g		2026-10-08
				(1～10)kg	U=(0.3～1.2)g		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(10～40)kg	U=(1.2～3)g		2026-10-08
				(40～500)kg	U=3g～0.1kg		2026-10-08
6	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	（-0.1～60）MPa	U=0.2%FS		2026-10-08
7	*压力传感器（静态）	压力	压力传感器(静态)检定规程 JJG 860	（-0.1～60）MPa	U=0.08%FS		2026-10-08
8	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG 882	（-0.1～60）MPa	U=0.08%FS		2026-10-08
9	U形液体压力计	压力	精密杯形和U形液体压力计检定规程 JJG 241	(-8～8)kPa	U=0.12%FS		2026-10-08
10	砝码	质量	砝码检定规程 JJG 99	（1～500）mg	U=(0.003～0.10)mg		2026-10-08
				(1～200)g	U=(0.012～0.2)mg		2026-10-08
				(200～500)g	U=(0.2～1)mg		2026-10-08
				(1～5)kg	U=(2～14)mg		2026-10-08
				(5～30)kg	U=18mg～0.2g		2026-10-08
11	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG 455	0.01N～20kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
12	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139	1N～3000kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		位移		(0.01～1000)mm	U_{rel}=0.24%		2026-10-08
		同轴度		(0～30)%	U=4%		2026-10-08
13	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	1N～3000kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		位移		(0.01～1000)mm	U_{rel}=0.24%		2026-10-08
		同轴度		(0～30)%	U=4%		2026-10-08
14	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112	(20～88)HRA	U=0.6HRA		2026-10-08
				(20～100)HRBW	U=0.7HRBW		2026-10-08
				(20～70)HRC	U=0.7HRC		2026-10-08
				(20～91)HRN	U=0.9HRN		2026-10-08
				(88～93)HR15TW	U=0.9HR15TW		2026-10-08
				(70～82)HR30TW	U=0.9HR30TW		2026-10-08
				(55～72)HR45TW	U=0.9HR45TW		2026-10-08
15	*金属韦氏硬度计	硬度	金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944	(5～18)HW	U=0.4 HW		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
16	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG 150	（75～600）HBW	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
17	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG 151	(175～225)HV0.05	U_{rel}=4.3%		2026-10-08
				(175～600)HV0.1	U_{rel}=4.3%		2026-10-08
				(175～800)HV0.2	U_{rel}=3.8%		2026-10-08
				(175～800)HV0.3	U_{rel}=3.2%		2026-10-08
				(175～800)HV0.5	U_{rel}=3.2%		2026-10-08
				(175～800)HV1	U_{rel}=3.2%		2026-10-08
				(175～800)HV2	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
				(175～800)HV3	U_{rel}=2.6%		2026-10-08
				(175～800)HV5	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
				(175～800)HV10	U_{rel}=2.2%		2026-10-08
				(175～800)HV20	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				(175～800)HV30	U_{rel}=2.6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(400～800)HV50	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				(400～800)HV100	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
18	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(490～830)HLD	U=7HLD		2026-10-08
19	*A 型邵氏硬度计	长度	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG 304	（0～2.54）mm	U=0.008mm		2026-10-08
		角度		34° ～36°	U=0.25°		2026-10-08
		力值		(2～10)N	U=0.04N		2026-10-08
20	*D 型邵氏硬度计	长度	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039	（0～2.54）mm	U=0.008mm		2026-10-08
		角度		29° ～31°	U=0.3°		2026-10-08
		力值		(4.4～44.5)N	U=0.2N		2026-10-08
21	*A0 型邵氏硬度计	长度	A0 型邵氏硬度计校准规范 JJF 1312	（0～2.52）mm	U=0.006mm		2026-10-08
		力值		(2.05～8.05)N	U=0.04N		2026-10-08
22	*引线弯折试验机	质量	引线弯折试验机检定规程 JJG （粤）022	（10～2000）g	U=0.5 g		2026-10-08
		频次		(10～100) 次/分钟	U=0.6 次/分钟		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		-90° ～90°	U=8′		2026-10-08
23	*专用工作测力机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF 1134	0.1N～50kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
24	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG 196	(0.05～1)mL	U=0.001mL		2026-10-08
				（1～10）mL	U=0.006mL		2026-10-08
				（10～50）mL	U=0.012mL		2026-10-08
				（50～100）mL	U=0.024mL		2026-10-08
				（100～250）mL	U=0.08mL		2026-10-08
				（250～2000）mL	U=0.18mL		2026-10-08
25	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG 10	（1～10）mL	U=0.004mL		2026-10-08
				（10～20）mL	U=0.008mL		2026-10-08
				（20～100）mL	U=0.018mL		2026-10-08
26	移液器	容量	移液器检定规程 JJG 646	(0.1～0.5) μL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				(0.5～2) μL	U_{rel}=4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(2～10) μL	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
				(10～50) μL	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
				(50～300) μL	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
				（0.3～1）mL	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				（1～10）mL	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
27	*悬臂梁式冲击试验机	能量	悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG 608	势能：(1～22)J	U_{rel}=0.35%		2026-10-08
				能量损失：(0.1～2)J	U_{rel}=0.40%		2026-10-08
		长度		(100～1000)mm	U_{rel}=0.20%		2026-10-08
28	倾斜式微压计	压力	倾斜式微压计检定规程 JJG 172	(-2000～2000)Pa	U=0.21%FS		2026-10-08
29	*摆锤式冲击试验机	长度	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145	(0.01～150)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		能量		(0～40)J	U=0.7J		2026-10-08
				(40～180)J	U_{rel}=2%		2026-10-08
30	扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG 707	(0.2～3000)N·m	U_{rel}=1.3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	扭矩扳子检定仪	扭矩	扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797	(0.005～400) N·m	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
32	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG 539	(0.1～10)g	U=0.02g		2026-10-08
				(10～1000)g	U=(0.02～0.04)g		2026-10-08
				(1～20)kg	U=(0.04～0.7)g		2026-10-08
				(20～500)kg	U=(0.7～16)g		2026-10-08
				(500～5000)kg	U=(0.02～0.11)kg		2026-10-08
33	数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.095～60)MPa	U=0.07%FS		2026-10-08
34	弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	（-0.095～60）MPa	U=0.08%FS		2026-10-08
35	*脆碎度测定仪	转速	脆碎度测定仪校准规范 JJF（冀）168	(20～200)r/min	U_{rel}=1.1%		2026-10-08
		时间		(10～300)s	U=1.2s		2026-10-08
36	丝网张力计	张力	丝网张力计校准规范 JJF 1465	(7～50)N/cm	U=2%FS		2026-10-08
37	转速表	转速	转速表检定规程 JJG 105	(30～30000)r/min	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
38	*液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG 621	（0.2～20）kN	U_{rel}=0.6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
39	*机械式振动试验台	频率	机械式振动试验台检定规程 JJG 189	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		（1～400）m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		位移		(0.01～10)mm	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		失真度		0.1%～30%	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
40	*电动振动试验系统	频率	电动振动试验系统检定规程 JJG 948	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		（1～400）m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		失真度		0.1%～30%	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		扫频定振精度		（-100～100）dB	U=0.4dB		2026-10-08
41	*标准振动台	频率	标准振动台检定规程 JJG 298	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		（1～400）m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		失真度		0.1%～30%	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
42	*液压式振动试验系统	频率	液压式振动试验系统检定规程 JJG 638	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		（1～400）m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=3.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		位移		（0.01～10）mm	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		失真度		0.1%～30%	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
43	*电动水平振动试验台	频率	电动水平振动试验台检定规程 JJG 1000	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		（1～400）m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		位移		（0.01～10）mm	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		失真度		0.1%～30%	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
44	压电加速度计	加速度	压电加速度计检定规程 JJG 233	(1～250)m/s^2,(160Hz)	U_{rel}=1.0%	只用比较法校准工作加速度计	2026-10-08
				(1～250)m/s^2,（10～5000）Hz（160Hz 除外）	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				冲击加速度：(70～5×10^4) m/s^2	U_{rel}=5%		2026-10-08
45	磁电式速度传感器	速度	磁电式速度传感器检定规程 JJG 134	（0.1～1000）mm/s,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=2%		2026-10-08
46	弹簧冲击器	能量	弹簧冲击器校准规范 JJF 1475	（0.20～2.00）J	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
		长度		（0～50）mm	U=0.04mm		2026-10-08
		力值		（2～10）N	U=0.2N		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
47	*落锤式冲击试验机	质量	落锤式冲击试验机校准规范 JJF 1445	0.1g～1kg	U=0.2g	只做用于汽车玻璃安全试验和塑料薄膜薄片抗冲击性能试验的落锤冲击试验机	2026-10-08
				1kg～30kg	U=2g		2026-10-08
		长度		(0～2)m	U=2mm		2026-10-08
48	*测功装置	扭矩	测功装置检定规程 JJG 653	(0.005～400) N·m	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		转速		(100～30000)r/min	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
49	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	(0.1～10)kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		速度		（45～55）N/s	U=0.5N/s		2026-10-08
50	*耐磨试验机	长度	耐磨试验机校准规范 JJF(浙)1070	(0～25)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		转速		(100～300)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		质量		(5～2000)g	U=1g		2026-10-08
		时间		(1～3600)s	U=0.2s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
51	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG 42	(650～2000) kg/m^3	U=0.4 kg/m^3	只做直接比较法	2026-10-08
		酒精度		0～100%	U=0.4%		2026-10-08
52	测振仪	加速度	测振仪检定规程 JJG 676	(1～500)m/s^2,(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
				(1～500)m/s^2,(160Hz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		位移		(0.01～10)mm	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		速度		(0.1～1000)mm/s	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		频率		(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
53	瓶口分液器	容量	瓶口分液器校准规范 JJF(冀)181	(0.1～10)mL	U=0.005mL		2026-10-08
				（10～25)mL	U=0.01mL		2026-10-08
				(25～100)mL	U=0.03mL		2026-10-08
54	带弹簧管压力表的气体减压器	压力	带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328	(0.1～25)MPa	U=0.8%FS		2026-10-08
55	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	1N～3000kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
56	压力控制器	压力	压力控制器检定规程 JJG 544	（-0.1～60）MPa	U=0.12%FS		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
57	*冷媒检漏仪	漏率	冷媒检漏仪校准规范 JJF(轻工)125	（1×10^{-7}～1×10^{-4}）Pa·m^3/s	U_{rel}=15%		2026-10-08
		时间		（0～3600）s	U=0.5s		2026-10-08
58	带流量计的气体减压器	压力	带流量计的气体减压器校准规范 JJF(冀)177	（0.1～25）MPa	U=0.8%FS		2026-10-08
		流量		（0.05～25）L/min	U=1.5%FS		2026-10-08
59	*卤素检漏仪	漏率	卤素检漏仪校准规范 JJF 1964	（1×10^{-6}～1×10^{-5}）Pa·m^3/s	U_{rel}=17%		2026-10-08
		时间		(0～3600)s	U=0.2s		2026-10-08
60	*A 型巴氏硬度计	硬度	A 型巴氏硬度计检定规程 JJG 610	(42～88)HBa	U=1.3HBa		2026-10-08
61	*液态物料定量灌装机	质量	液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687	5g～30kg	U_{rel}=0.1%	只做定重式灌装机	2026-10-08
62	塑料量器	容量	塑料量器校准规范 JJF(吉) 108	（1～10）mL	U=0.006mL		2026-10-08
				（10～50）mL	U=0.012mL		2026-10-08
				（50～100）mL	U=0.024mL		2026-10-08
				（100～250）mL	U=0.08mL		2026-10-08
				（250～2000）mL	U=0.16mL		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
63	*片剂硬度仪	力值	片剂硬度仪校准规范 JJF(鄂)46	（1～500）N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
64	浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG 257	(0.1～1000)mL/min	U_{rel}=1.5%	只做气体	2026-10-08
				(0.04～12)m^3/h,DN4～DN25	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
65	*液体流量计(在线)	流量	液体流量计在线校准规范 JJF(川)159	（0.1～23000）m^3/h	U_{rel}=1.7%		2026-10-08
66	*电磁流量计(在线)	流量	电磁流量计在线校准规范 JJF 2216	（0.1～23000）m^3/h	U_{rel}=1.7%	只做标准表法	2026-10-08
67	界面张力仪	张力	界面张力仪校准规范 JJF 1464	(20～80)mN/m	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
68	*流量积算仪	流量	流量积算仪检定规程 JJG 1003	(0.01～20000)m^3/h	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
69	空盒气压表和空盒气压计	压力	空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272	（500～1060)hPa	U=0.5hPa		2026-10-08
70	*氦质谱检漏仪	漏率	氦质谱检漏仪校准规范 JJF(军工)186	（5×10^{-10}～5×10^{-8}）Pa·m^3/s	U_{rel}=18%	只做真空标准漏孔组法	2026-10-08
71	涡轮流量计	流量	涡轮流量计检定规程 JJG 1037	(0.04～12)m^3/h,DN4～DN25	U_{rel}=0.3%	只做气体	2026-10-08
72	气体容积式流量计	流量	气体容积式流量计检定规程 JJG 633	(0.04～12)m^3/h，DN4～DN25	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
73	涡街流量计	流量	涡街流量计检定规程 JJG 1029	(0.04～12)m^3/h,DN4～DN25	U_{rel}=0.3%	只做气体	2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
74	热式气体质量流量计	流量	热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132	(0.04～12)m^3/h,DN4～DN25	U_{rel}=0.3%	只做标准表法	2026-10-08
75	*蠕动泵	流量	蠕动泵校准规范 JJF(闽)1115	（0.1～6）L/min	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		转速		(60～600)r/min	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
76	湿式气体流量计	流量	湿式气体流量计校准规范 JJF 1357	(0.04～12)m^3/h,DN4～DN25	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
77	*差压式气密检漏仪	压力	差压式气密检漏仪校准规范 JJF 1986	工作压力：（0.5～700）kPa	U=0.2%FS		2026-10-08
				差压：（-2.5～2.5）kPa	U=3Pa		2026-10-08
		流量		泄漏率:(0.1～100)mL/min	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
78	*冲击、碰撞试验台	加速度	冲击、碰撞试验台检定规程 JJG 1174	(1～10000)m/s^2	U_{rel}=5.0%		2026-10-08
		时间		(0.2～30)ms	U_{rel}=3.5%		2026-10-08
		速度		(0.1～20)m/s	U_{rel}=5.0%		2026-10-08
79	盖勃乳脂计	容量	盖勃乳脂计校准规范 JJF(蒙) 070	(0.01～1.125)mL	U=0.002mL		2026-10-08
80	*振实密度测试仪	容量	振实密度测试仪校准规范 JJF(黑)22	(25～100)mL	U=0.12mL		2026-10-08
		频率		(50～600)次/min	U=0.6 次/min		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
81	比重瓶	容量	比重瓶校准规范 JJF(吉) 107	(0.1～500)mL	U=(0.01～0.15)mL		2026-10-08
82	*拉开法附着力测试仪	力值	拉开法附着力测试仪校准规范 JJF(津) 122	(0.05～10)kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
83	微量进样器	容量	微量进样器校准规范 JJF(鲁) 173	(0.1～0.6)μL	U_{rel}=8%～5%		2026-10-08
				(0.6～1000)μL	U_{rel}=5%～0.3%		2026-10-08
84	*远传压力表	压力	远传压力表检定规程 JJG 1202	（-0.1～60）MPa	U=0.2%FS		2026-10-08
		输出电阻		(1～400)Ω	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		直流电流		(1～20)mA	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
85	液位计	液位	液位计检定规程 JJG 971	(0.1～2)m	U=0.7mm		2026-10-08
86	*电动、气动扭矩扳子	扭矩	电动、气动扭矩扳子校准规范 JJF 1610	(1～500)N·m	U_{rel}=1%		2026-10-08
87	*工作扭矩仪	扭矩	工作扭矩仪检定规程 JJG 1146	(0.005～400)N·m	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
88	*谷物容重器	容量	谷物容重器检定规程 JJG 264	(800～1000)mL	U=0.4mL	只做几何测量法	2026-10-08
		质量		(0～1)kg	U=0.02g		2026-10-08
				(1～5)kg	U=0.02g～0.09g		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
89	*扭转试验机	扭矩	扭转试验机检定规程 JJG 269	(1～500)N·m	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		角度		(0.05～360)°	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
90	*过滤器完整性测试仪	压力	过滤器完整性测试仪校准规范 JJF 2142	(0～1)MPa	U=0.1%FS		2026-10-08
		流量		(0～100)mL/min	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
91	干式气体流量计	流量	干式气体流量计校准规范 JJF(新)81	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-10-08
92	科里奥利质量流量计	流量	科里奥利质量流量计检定规程 JJG 1038	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.33%	只做气体介质	2026-10-08
93	皂膜流量计	流量	皂膜流量计检定规程 JJG 586	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		容量		(10～5000)mL	U=(0.02～5.0)mL		2026-10-08
94	靶式流量计	流量	靶式流量计检定规程 JJG 461	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.33%	只做气体介质	2026-10-08
95	旋进漩涡流量计	流量	旋进旋涡流量计检定规程 JJG 1121	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.33%	只做气体流量计	2026-10-08
96	气体层流流量传感器	流量	气体层流流量传感器检定规程 JJG 736	(0.04～12)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-10-08
97	*橡胶国际硬度计(N、H、L 标尺)	硬度	橡胶国际硬度计(N、H、L 标尺)校准规范 JJF 2075	(30～100)IRHD	U=0.9IRHD		2026-10-08
		力值		(0.05～10)N	U_{rel}=0.18%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		（0～200）mm	U=0.006mm		2026-10-08
98	果品硬度计	力值	果品硬度计检定规程 JJG 450	(0～50)N	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(50～300)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(0.001～200)mm	U=0.006mm		2026-10-08
		角度		(1～90)°	U=0.05°		2026-10-08
99	*塑料洛氏硬度计	硬度	塑料洛氏硬度计检定规程 JJG 884	(58～94)HRE	U=1.0HRE		2026-10-08
				(100～120)HRL	U=0.9HRL		2026-10-08
				(85～105)HRM	U=0.9HRM		2026-10-08
				(114～125)HRR	U=0.9HRR		2026-10-08
100	*肖氏硬度计	硬度	肖氏硬度计检定规程 JJG 346	(25～100)HSD	U=1.3HSD		2026-10-08
101	铸造用砂模硬度计	硬度	铸造用砂模硬度计检定规程 JJG 831	（0～100)HCS	U=0.3HCS		2026-10-08
		力值		(1～20)N	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
		长度		(0～200)mm	U=0.006mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		(1～180)°	U=0.1°		2026-10-08
102	*携带式布氏硬度计	硬度	携带式布氏硬度计校准规范 JJF 1595	(75～225)HBW	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				(225～650)HBW	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
				(100～400)HBS10/3000	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
				(175～225) HBS5/750	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
		力值		(0.2～30)kN	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
103	*携带式洛氏硬度计	硬度	携带式洛氏硬度校准规范 JJF 1594	(20～88)HRA	U=0.6HRA		2026-10-08
				(20～100)HRBW	U=0.7HRBW		2026-10-08
				(20～70)HRC	U=0.7HRC		2026-10-08
				(70～91)HR15N	U=0.9HRN		2026-10-08
				(42～80)HR30N	U=0.9HRN		2026-10-08
				(20～70)HR45N	U=0.9HRN		2026-10-08
				(73～93)HR15TW	U=0.9HR15TW		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(43～82)HR30TW	U=0.9HR30TW		2026-10-08
				(12～72)HR45TW	U=0.9HR45TW		2026-10-08
		力值		(10～2000)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
104	*扭力天平	质量	扭力天平检定规程 JJG 46	(1～25)mg	U=(0.004～0.010)mg		2026-10-08
				(25～2500)mg	U=(0.010～0.5)mg		2026-10-08
105	*电子固体密度天平	质量	电子固体密度天平校准规范 JJF 2166	(1～500)g	U=6mg		2026-10-08
		密度		(4.000～9.000)g/cm^3	U=0.004g/cm3		2026-10-08
106	*体重秤	质量	体重秤校准规范 JJF 2256	(5～75)kg	U=0.02kg		2026-10-08
				(75～300)kg	U=(0.02～0.05)kg		2026-10-08
107	*电子叉车秤	质量	电子叉车秤校准规范 JJF 2283	(0.1～200)kg	U=0.05kg		2026-10-08
				(200～3000)kg	U=(0.05～0.20)kg		2026-10-08
108	皂膜流量计法标准漏孔	漏率	皂膜流量计法标准漏孔校准规范 JJF 1627	20mL/min～10L/min	U_{rel}=5%		2026-10-08
109	*数字式气压计	压力	数字式气压计检定规程 JJG 1084	(100～1050)hPa	U=0.3hPa		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
110	便携式振动校准器	频率	便携式振动校准器检定规程 JJG 1062	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		加速度		(1～100)m/s²(10Hz～5000Hz)	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
				(1～100)m/s²(160Hz)	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
111	*高温蠕变、持久强度试验机	力值	高温蠕变、持久强度试验机检定规程 JJG 276	0.3N～3000kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		温度		(50～1100)℃	U=1.1℃		2026-10-08
		时间		(0.1～24)h	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
		同轴度		(0～40)%	U=4%		2026-10-08
112	*杯突试验机	力值	杯突试验机检定规程 JJG 583	(2～20)kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(0.75～75)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		杯突值		(0～16)mm	U=0.01mm		2026-10-08
113	*电线电缆曲挠试验机	电压	电线电缆曲挠试验机校准规范 JJF(冀)145	(1～400)V	U=0.6V		2026-10-08
		电流		(0.1～30)A	U=0.02A		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		运行速度		(0.01～1)m/s	U=0.01m/s		2026-10-08
		质量		(0.1～10)kg	U=0.6g		2026-10-08
		长度		(58～202)mm	U=0.05mm		2026-10-08
114	*鲁尔圆锥接头性能测试仪	力值	鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范 JJF(京) 139	(1～5400)cN	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		扭矩		(0.01～1)Nm	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		压力		(100～1000)kPa	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
115	*压力式六氟化硫气体密度控制器	压力	压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程 JJG 1073	(-0.1～0.9)MPa	U=0.4%FS		2026-10-08
116	*速度型滚动轴承振动测量仪	速度	速度型滚动轴承振动测量仪校准规范 JJF 1185	(0.1～250)mm/s,160Hz	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				(0.1～250)mm/s,(5～5000)Hz	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		长度		(0.001～1)mm	U=2μm		2026-10-08
		力值		(0.1～50)N	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		转速		(30～20000)r/min	U_{rel}=0.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
117	*动平衡机	最小可达剩余不平衡量	动平衡机校准规范 JJF(沪苏浙皖)4013	(0.1～200)g·mm	U=1.6g·mm		2026-10-08
		转速		(20～30000)r/min	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		相位		(0.1～360)°	U=1.0°		2026-10-08
118	*实验室振动式液体密度仪	密度	实验室振动式液体密度仪校准规范 JJF 2165	(690～1875) kg/m^3	U=(0.021～1) kg/m^3		2026-10-08
119	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG 1171	(1～200)kg	U=0.5kg		2026-10-08
				(200～1000)kg	U=0.7kg		2026-10-08
				(1000～2000)kg	U=0.7kg		2026-10-08
				(2000～5000)kg	U=1.0kg		2026-10-08
120	基桩动态测量仪	加速度	基桩动态测量仪检定规程 JJG 930	(0.1～250)m/s^2,(10～5000)Hz	U_{rel}=3%		2026-10-08
		时间		(0.2～500)ms	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		频率		(10～5000)Hz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		电压		(0.01～10)mV	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
化学测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*气相色谱仪	检测限	气相色谱仪检定规程 JJG 700	FID：≤0.5ng/s（正十六烷-异辛烷）	U_{rel}=10%		2026-10-08
				FID：≤0.5ng/s（甲烷气体）	U_{rel}=5%		2026-10-08
				FPD：≤0.5ng/s(硫)	U_{rel}=10%		2026-10-08
				FPD：≤0.1ng/s(磷)	U_{rel}=10%		2026-10-08
				ECD：≤5pg/mL	U_{rel}=10%		2026-10-08
				NPD:≤5pg/s（氮）	U_{rel}=10%		2026-10-08
				NPD:≤10pg/s（磷）	U_{rel}=10%		2026-10-08
		灵敏度		TCD：≥800 mV•mL/mg（苯-甲苯）	U_{rel}=10%		2026-10-08
				TCD：≥800 mV•mL/mg（甲烷）	U_{rel}=4%		2026-10-08
2	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG 705	紫外-可见光/二极管阵列检测器:≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				荧光检测器:≤1×10^{-9}g/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				示差折光率检测器:≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				蒸发光散射检测器:≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(10～45)℃	U=0.4℃		2026-10-08
		流量		(0.1～10)mL/min	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
3	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG 823	电导检测器：≤0.02 μg/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				电化学检测器：≤0.02 μg/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
				紫外可见检测器：≤0.02 μg/mL	U_{rel}=8%		2026-10-08
4	*实验室 pH（酸度）计	酸度	实验室 pH（酸度）计检定规程 JJG 119	电计：0～14	U=0.01		2026-10-08
				仪器：3～10	U=0.02		2026-10-08
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.9mV		2026-10-08
5	*在线 pH 计	酸度	在线 pH 计校准规范 JJF 1547	电计:0～14	U=0.02		2026-10-08
				仪器：3～10	U=0.02		2026-10-08
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.9mV		2026-10-08
6	*自动电位滴定仪	电压	自动电位滴定仪检定规程 JJG 814	(-2000～2000)mV	U=0.5mV		2026-10-08
		容量		(2～20)mL	U=0.01mL		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(20～50)mL	U=0.015mL		2026-10-08
				(50～100)mL	U=0.03mL		2026-10-08
		浓度		0.1mol/L	U_{rel}=1%		2026-10-08
7	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG 376	电子单元:(0.05～20000) μS/cm	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				仪器:(100～2000) μS/cm	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
8	*手持糖量(含量)计及手持折射仪	含量	手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820	10%～50%	U=0.6%		2026-10-08
		折射率		1.3300～1.6600	U=0.0003		2026-10-08
9	*熔体流动速率仪	温度	熔体流动速率仪检定规程 JJG 878	(189～231) ℃	U=0.5 ℃		2026-10-08
		负荷		(300～6000) g	U_{rel}=0.09 %		2026-10-08
		时间		(1～60) s	U_{rel}=0.32 %		2026-10-08
		位移		(0.10～150) mm	U=0.03 mm		2026-10-08
		流动速率		聚乙烯：(4.5～8) g/10min	U_{rel}=6.4 %		2026-10-08
				聚丙烯：(2～4.5) g/10min	U_{rel}=7.8 %		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计检定规程 JJG 1002	(2～10^5)mPa·s	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
11	流出杯式黏度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG 743	(2～1000)mm^2/s	U_{rel}=4%		2026-10-08
12	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693	甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、乙炔：(0.1～60)%LEL	U=1.5 %FS		2026-10-08
				乙醇：(10～500) μmol/mol	U=1.0 %FS		2026-10-08
		时间		(1～60) s	U=1.0 s		2026-10-08
13	*示差扫描热量计	温度	示差扫描热量计检定规程 JJG 936	(29～422)℃	U=0.6℃		2026-10-08
		熔化热		(22～110)J/g	U=1.3J/g		2026-10-08
14	*紫外、可见、近红外分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178	(240～810) nm	U=0.5nm		2026-10-08
		透射比		5%～35%	U=0.6%		2026-10-08
15	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG 821	无机碳:(0.5～1000）mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
				有机碳:(0.5～1000)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
16	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694	火焰法测铜：≤0.02 μg/mL	U=0.007 μg/mL		2026-10-08
				石墨炉法测镉：≤4pg	U=0.3pg		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*激光粒度分析仪	粒径	激光粒度分析仪校准规范 JJF1211	(1.0～120) nm	U_{rel}=2.5 %		2026-10-08
18	*烘干法水分测定仪	质量	烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658	10mg～1g	U=0.2 mg		2026-10-08
				1g～10g	U=6mg		2026-10-08
				10g～200g	U=0.02 g		2026-10-08
		含水量		95%	U=0.05%		2026-10-08
19	*氧化锆氧分析器	浓度	氧化锆氧分析器检定规程 JJG 535	(20～85)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2%		2026-10-08
20	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG 520	(0.1～260)L/min	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
		时间		(0～5)min	U=0.3s		2026-10-08
21	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG 680	(0.1～60)L/min	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
		时间		(0～10)min	U=0.2s		2026-10-08
		温度		(10～200)℃	U=0.3℃		2026-10-08
22	*农药残留检测仪	波长	农药残留检测仪校准规范 JJF 1729	(400～420) nm	U=1.5nm		2026-10-08
		透射比		5%～35%	U=0.4 %		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		灵敏度		≥50 %	U_{rel}=9 %		2026-10-08
23	*化学需氧量（COD）测定仪	浓度	化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975	(10 ～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-10-08
		温度		(100～200) ℃	U=0.3℃		2026-10-08
24	*化学需氧量（COD）在线自动监测仪	浓度	化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012	(16～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-10-08
25	*定碳定硫分析仪	浓度	定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395	C:0.005%～0.010%	U=0.001%		2026-10-08
				C:0.010%～0.100%	U=0.003%		2026-10-08
				C:0.100%～1.00%	U=0.007%		2026-10-08
				C:1.00%～4.00%	U=0.02%		2026-10-08
				S:0.003%～0.010%	U=0.001%		2026-10-08
				S:0.010%～0.100%	U=0.002%		2026-10-08
				S:0.100%～0.200%	U=0.005%		2026-10-08
26	*氨氮自动监测仪	浓度	氨氮自动监测仪检定规程 JJG 631	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
		时间		(0.1～6)min	U=0.3s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
27	*总磷总氮水质在线分析仪	浓度	总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG 1094	总磷：(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				总氮：(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
28	*旋光仪及旋光糖量计	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536	-45° ～+45°	U=0.005°		2026-10-08
		糖度		-20° Z～+105° Z	U=0.02° Z		2026-10-08
29	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(5～12)mg/L	U=0.2 mg/L		2026-10-08
30	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG 968	二氧化硫：(300～2000)μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
				一氧化碳：（70～5000）μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
				氧气：(5～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				一氧化氮：(900～5000)μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
		时间		(0.1～90) s	U=1.0s		2026-10-08
31	木材含水率测量仪	含水率	木材含水率测量仪检定规程 JJG 986	6%～28%	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
32	*傅立叶变换红外光谱仪	波数	傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319	4000cm^{-1}～2000cm^{-1}	U=1.7cm^{-1}		2026-10-08
				2000cm^{-1}～400cm^{-1}	U=0.4cm^{-1}		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
33	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164	离子阱、单四极杆（EI^+、CI^+、CI^-）： S/N≥10:1	U_{rel}=15%		2026-10-08
				三重四级杆（EI^+、CI^+）：S/N≥10：1	U_{rel}=15%		2026-10-08
				飞行时间、静电场轨道阱（EI^+）：S/N≥50：1	U_{rel}=15%		2026-10-08
34	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317	三重四极杆(ESI+、APCI+):≥30:1	U_{rel}=11%		2026-10-08
				三重四极杆（ESI-）：≥10：1	U_{rel}=11%		2026-10-08
				单四极杆、离子阱（ESI+、ESI-、APCI+）：≥10:1	U_{rel}=11%		2026-10-08
35	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG 939	As、Sb：≤0.4 ng	U=0.1ng		2026-10-08
36	*直读光谱仪	检出限	发射光谱仪检定规程 JJG 768	C≤0.02%	U=0.002%		2026-10-08
				Si≤0.02%	U=0.002%		2026-10-08
				Mn≤0.02%	U=0.002%		2026-10-08
				Cr≤0.01%	U=0.002%		2026-10-08
				Ni≤0.02%	U=0.002%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				V≤0.01%	U=0.001%		2026-10-08
37	*ICP 光谱仪	波长	发射光谱仪检定规程 JJG 768	(190～900)nm	U=0.02nm		2026-10-08
		检出限		Zn：≤0.01mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Ni：≤0.03mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Mn：≤0.005mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Cr：≤0.02mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Cu：≤0.02mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Ba：≤0.005mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
38	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF 1609	(0.01～50)mg/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
39	*卡尔·费休容量法水分测定仪	水含量	卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154	1mg～100mg	U_{rel}=4%		2026-10-08
40	*能量色散型 X 射线荧光光谱仪	浓度	能量色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF2024	聚丙烯：镉(6.5～120)mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
				聚丙烯：铬(69～1270)mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
				聚丙烯：汞(65～1200)mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				聚丙烯：铅(69～1275) mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
				铜合金：铅(94.5～1453) mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
				聚乙烯：溴(120～1860) mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
				聚乙烯：砷(3.3～22)mg/kg	U_{rel}=9%		2026-10-08
41	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG 365	(20～85)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2%		2026-10-08
42	*总悬浮颗粒物采样器	流量	总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943	(40～120)L/min	U_{rel}=2%		2026-10-08
				1050 L/min	U_{rel}=2%		2026-10-08
		时间		(0～20)min	U=0.3s		2026-10-08
43	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG 956	(100～6000)mL/min	U_{rel}=2%		2026-10-08
		时间		(0～60)min	U=0.3s		2026-10-08
44	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG 880	(0.1～400)NTU	U_{rel}=4%		2026-10-08
45	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF 1172	(400～2000) μmol/mol	U_{rel}=3%		2026-10-08
46	*尘埃粒子计数器	粒径分布	尘埃粒子计数器校准规范 JJF 1190	(0.1～10) μm	U_{rel}=11%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		粒子浓度		（1000～100000）个/28.3 升	U_{rel}=14%		2026-10-08
		流量		（0.05～50）L/min	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
		时间		(0～60) min	U=0.1 s		2026-10-08
47	*氨基酸分析仪	检测限	氨基酸分析仪检定规程 JJG 1064	组氨酸：≤1nmol	U_{rel}=15%		2026-10-08
48	*空气微生物采样器	流量	空气微生物采样器校准规范 JJF 1826	(0.1～200)L/min	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
		时间		（0～30）min	U=0.3s		2026-10-08
49	*在线电导率仪	电导率	在线电导率仪校准规范 JJF(新)19	电子单元：（0.05～20000）μS/cm	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				仪器：（100～2000）μS/cm	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
50	*熔点测定仪	温度	熔点测定仪检定规程 JJG 701	（50～300）℃	U=0.6℃		2026-10-08
		升温速率		（0.1～5.0）℃/min	U=0.2℃/min		2026-10-08
51	*运动黏度测定器	黏度	运动黏度测定器校准规范 JJF 1274	(2～30000) mm^2/s	U_{rel}=0.58%		2026-10-08
		温度		整体式：(20～100) ℃	U=0.002 ℃		2026-10-08
				可拆卸式：(20～100) ℃	U=0.01 ℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		测量球常数		(0.001～50) mm^2/s^2	U_{rel}=0.48 %		2026-10-08
52	*水质硬度计	浓度	水质硬度计校准规范 JJF 1949	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-10-08
53	*菌落计数器	菌落计数	菌落计数器校准规范 JJF 1751	(36～290)CFU	U_{rel}=3%		2026-10-08
		色温		(2500～7000)K	U_{rel}=2%		2026-10-08
54	*烟气采样器	流量	烟气采样器检定规程 JJG 1169	(0.1～2)L/min	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
		时间		(0.1～30)min	U=0.2s		2026-10-08
		温度		(10～50)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		大气压		(80～106)kPa	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		压力		(-40～40)kPa	U=0.15kPa		2026-10-08
55	*总溶解固体（TDS）测定仪	浓度	总溶解固体(TDS)测定仪校准规范 JJF(闽)1097	(0.1～5000)mg/L	U_{rel}=2%		2026-10-08
		温度		(15～35)℃	U=0.2℃		2026-10-08
56	*渗透压摩尔浓度测定仪	摩尔浓度	渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089	(100～400)mOsmol/kg^{-1}	U=2.0mOsmol/kg		2026-10-08
				(400～700)mOsmol/kg^{-1}	U_{rel}=0.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
57	*微粒检测仪	微粒计数	微粒检测仪校准规范 JJF 1290	(1000～5000)个/mL	U_{rel}=4.8%		2026-10-08
58	*热重分析仪	温度	热重分析仪检定规程 JJG 1135	熔点:(150～420)℃	U=0.6℃		2026-10-08
				居里点:(150～780)℃	U=1.8℃		2026-10-08
		质量		(1～20)mg	U=0.02 mg		2026-10-08
59	*微量氧分析仪	浓度	微量氧分析仪检定规程 JJG 945	(1～1000) μmol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
60	*氧气透过率测定仪	透过率	氧气透过率测定仪校准规范 JJF(黔)41	（12～70）cm^3/（m^2·24h）	U_{rel}=5%		2026-10-08
61	*气体透过量测定仪	透过量	气体透过量测定仪校准规范 JJF(黔)42	(4～12)cm^3/(m^2·24h·0.1MPa)	U_{rel}=19%		2026-10-08
62	水蒸气透过率测定仪	水汽透过量	水蒸气透过率测定仪校准规范 JJF(冀)191	4.4g /（m^2·24h）	U=0.9g/（m^2·24h）		2026-10-08
				1.8g /(m2·24h)	U=0.4g/（m^2·24h）		2026-10-08
		温度		(5～50)℃	U=0.7℃		2026-10-08
		湿度		(10～95)%RH	U=2.0%RH		2026-10-08
63	*氧弹热量计	热值	氧弹热量计检定规程 JJG 672	(26430～26490）J/g	U=36J/g		2026-10-08
64	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	（0.1～200）mg/L	U_{rel}=1.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
65	*电极式盐度计	盐度	电极式盐度计检定规程 JJG 761	5～40	U=0.005		2026-10-08
66	*感应式盐度计	盐度	感应式盐度计检定规程 JJG 392	5～40	U=0.006		2026-10-08
		温度		(0～50) ℃	U=0.1℃		2026-10-08
67	*火焰光度计	检出限	火焰光度计检定规程 JJG 630	K: ≤0.004 mmol/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
				Na: ≤0.008 mmol/L	U_{rel}=4%		2026-10-08
68	*手持式 X 射线荧光光谱仪	检出限	手持式 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF(川)165	镉:≤0.05%	U=0.001 %		2026-10-08
				镍:≤0.05%	U=0.001 %		2026-10-08
69	*氧指数仪	氧指数	氧指数仪检定规程 JJG(军工)16	（10～30）%	U_{rel}=3.1%		2026-10-08
				（30～50）%	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
		氧浓度		（20～85）%	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
70	*抗生素效价测定仪	直径	抗生素效价测定仪校准规范 JJF 1614	（10～25）mm	U=0.03mm	只做管碟法	2026-10-08
71	*开口/闭口闪点测定仪	闪点	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	开口：(100～150)℃	U=6.8℃		2026-10-08
				闭口：(100～150)℃	U=4.8℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
72	*酸值测定仪	浓度	酸值测定仪校准规范 JJF(新)69	0.1mol/L	U_{rel}=1%		2026-10-08
73	*实验室离子计	离子活度	实验室离子计检定规程 JJG 757	电计:pX：0～14	U=0.01		2026-10-08
				仪器:pX：2～4	U=0.02		2026-10-08
		电压		（-2000～2000）mV	U=0.2mV		2026-10-08
74	*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635	CO：（20～5000）μmol/mol	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
				CO_2：（20～5000）μmol/mol	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
75	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915	（20～2000）μmol/mol	U_{rel}=2.3%		2026-10-08
76	*二氧化硫气体检测仪	浓度	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 551	(20～2000) μmol/mol	U_{rel}=3%		2026-10-08
77	工作毛细管黏度计	黏度	工作毛细管黏度计检定规程 JJG 155	(2～10^5)mm^2/s	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
78	*口罩呼吸阻力与气密性测试仪	压力	口罩呼吸阻力与气密性测试仪检定规程 JJG(粤)060	（-2.5～2.5）kPa	U=0.4%FS		2026-10-08
		流量		(0.05～260)L/min	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
79	*口罩颗粒物过滤效率测试仪	流量	口罩颗粒物过滤效率测试仪检定规程 JJG(粤)061	（15～100）L/min	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		阻力		压力计法：(50～1000)Pa	U_{rel}=1.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		过滤效率		标准光度计法：80%～99.999%	U=1.6%		2026-10-08
80	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695	(10～100) μmol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		时间		(0.1～90) s	U=1.0s		2026-10-08
81	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG 1105	(10～100) μmol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		时间		(5～180) s	U=1.0s		2026-10-08
82	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF 1263	(100～1000) μmol/mol	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
		时间		(5～30) s	U=1.0s		2026-10-08
83	*氯气检测报警仪	浓度	氯气检测报警仪校准规范 JJF 1433	(100～1000) μmol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		时间		(5～60) s	U=1.0s		2026-10-08
84	*氟化氢气体检测报警器	浓度	氟化氢气体检测报警器校准规范 JJF(石化) 047	(1～10) μmol/mol	U=0.3 μmol/mol		2026-10-08
		时间		(5～120) s	U=1.0 s		2026-10-08
85	*环氧乙烷气体检测仪	浓度	环氧乙烷气体检测仪校准规范 JJF 2288	(10～100) μmol/mol	U_{rel}=2.4 %		2026-10-08
		时间		(5～160) s	U=1.0s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
86	*氧化还原电位(ORP)测定仪	电位	氧化还原电位(ORP)测定仪校准规范 JJF(辽) 474	电计：(-2000～+2000) mV	U=0.12%FS		2026-10-08
				仪器：(-120～+250) mV	U=1.0 mV		2026-10-08
87	*静态热机械分析仪	位移	静态热机械分析仪校准规范 JJF 2069	(1～5) mm	U=0.15 μm		2026-10-08
		温度		(20～100) ℃	U=0.2 ℃		2026-10-08
				(100～350) ℃	U=0.4℃		2026-10-08
				(350～500) ℃	U=0.6℃		2026-10-08
		平均线性热膨胀系数		$(1\times10^{-5}$～$1\times10^{-4})$ K^{-1}	U_{rel}=3.3 %		2026-10-08
88	*塑料表观剪切黏度测定仪(毛细管流变仪)	剪切速率	塑料表观剪切黏度测定仪(毛细管流变仪)校准规范 JJF 2070	(18～3350) s^{-1}	U_{rel}=5%		2026-10-08
		黏度		(80～1000) Pa·s	U_{rel}=11%		2026-10-08
89	*聚合酶链反应分析仪	温度	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527	(25～100) ℃	U=0.3 ℃		2026-10-08
		浓度		$(10\sim1.1\times10^{7})$ copies/μl	U_{rel}=10%		2026-10-08
90	*明胶透明度测试仪	透射比	明胶透明度测试仪校准规范 JJF(闽) 1129	20%～80%	U=0.6%		2026-10-08
91	*重金属水质在线分析仪	浓度	重金属水质在线分析仪校准规范 JJF 1565	Ⅱ型：镉、汞：(0.001～5) mg/L	U_{rel}=1.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				Ⅰ型：铅、六价铬、铬：(0.0001～1.0) mg/L	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				Ⅰ型：砷、铜、锌、镍、铁、锰：(0.0001～2.0) mg/L	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				Ⅰ型：镉、汞：(0.0001～0.5) mg/L	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				Ⅱ型：砷、铜、锌、镍、铁、锰：(0.001～20)mg/L	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
				Ⅱ型：铅、六价铬、铬：(0.001～10) mg/L	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
92	表面离子污染度测试仪	浓度	表面离子污染度测试仪校准规范 JJF(电子) 0070	(0.1～44) μg/cm^2	U_{rel}=2.7%		2026-10-08
		电导率		(0.1～200) μS/cm	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		温度		(5～40) ℃	U=0.10℃		2026-10-08
93	*四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检出限	四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159	铍：≤30 ng/L	U=1.7ng/L		2026-10-08
				铋：≤10 ng/L	U=0.4ng/L		2026-10-08
				铟：≤10 ng/L	U=1.0ng/L		2026-10-08
94	臭氧气体分析仪	浓度	臭氧气体分析仪检定规程 JJG 1077	(0.05～1) μmol/mol	U=2.4%FS		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～400) μmol/mol	U=4.8%FS		2026-10-08
		时间		(0.1～180) s	U=1.0s		2026-10-08
95	*动态光散射粒度分析仪	粒径	动态光散射粒度分析仪检定规程 JJG 1104	(50～100) nm	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
				(100～500) nm	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				(500～1500) nm	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
		温度		(0.1～95) ℃	U=0.14℃		2026-10-08
96	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(0.1～100) μg/L	U=1.6 μg/L		2026-10-08
				(100～5000) μg/L	U_{rel}=1.6%FS		2026-10-08
97	*物理吸附仪	比表面积	物理吸附仪校准规范 JJF 2135	类型Ⅱ：(0.1～2) m^2/g	U_{rel}=10%		2026-10-08
				类型Ⅱ：(2～120) m^2/g	U_{rel}=3%		2026-10-08
				类型Ⅳ：(80～550) m^2/g	U_{rel}=5%		2026-10-08
		总孔容		类型Ⅳ：(0.1～0.9) cm^3/g	U_{rel}=6%		2026-10-08
		平均孔径		类型Ⅳ：(6～11) nm	U=0.30nm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		最可几孔径		类型Ⅳ：（5～7） nm	U=0.12nm		2026-10-08
		微孔孔容		类型Ⅰ：（0.2～0.3） cm^3/g	U=0.010 cm^3/g		2026-10-08
		微孔孔径		类型Ⅰ：（0.6～0.7） nm	U=0.024nm		2026-10-08
98	*生化需氧量(BOD)快速测定仪	浓度	生化需氧量(BOD)快速测定仪校准规范 JJF(津) 02	（0.01～1000） mg/L	U_{rel}=5.8%		2026-10-08
99	*永停滴定仪	电压	永停滴定仪检定规程 JJG(粤) 017	（10～1000） mV	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
100	*生乳冰点仪	冰点	生乳冰点仪校准规范 JJF 1816	（-395～-605） m℃	U=1 m℃		2026-10-08
101	*毛细管电泳仪	检测限	毛细管电泳仪检定规程 JJG 964	≤1×10^{-6}g/mL	U_{rel}=3.8%		2026-10-08
		波长		（230～360） nm	U=0.8nm		2026-10-08
102	*液体颗粒计数器	颗粒计数	液体颗粒计数器检定规程 JJG 1061	水介质：（1000～3000）个/mL	U_{rel}=4 %		2026-10-08
				油介质：（20～11400） 个/10mL	U_{rel}=11 %		2026-10-08
		粒径		（9～110） μm	U_{rel}=2.2%		2026-10-08
103	*紫外荧光测硫仪	浓度	紫外荧光测硫仪校准规范 JJF 1685	（0.1～10） mg/L	U=0.15 mg/L		2026-10-08
				（10～100） mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～200) mg/L	U_{rel}=1.7%		2026-10-08
104	数字折射仪及含量计	含量	数字折射仪及含量计校准规范 JJF(浙) 1207	10%～50%	U=0.6%		2026-10-08
		折射率		1.3325～1.6585	U=0.0003		2026-10-08
		温度		(0.1～50) ℃	U=0.1 ℃		2026-10-08
105	*循环伏安溶出分析仪	直流电压	循环伏安溶出分析仪校准规范 JJF(电子) 0043	±(0.01～15) V	U_{rel}=0.3 %		2026-10-08
		直流电流		±(0.01～1000) mA	U_{rel}=0.7 %		2026-10-08
106	蔡恩杯黏度计	修正系数	蔡恩杯黏度计校准规范 JJF(鄂) 120	0.9～1.1	U_{rel}=2.7 %		2026-10-08
107	*硫化学发光检测器气相色谱仪	检测限	硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范 JJF 1953	甲基对硫磷-无水乙醇：≤10 pg/s	U_{rel}=25%	只做液体	2026-10-08
108	*元素分析仪	浓度	元素分析仪校准规范 JJF 1321	碳、氢、氮、硫元素分析仪：碳:(40.80～42.46) %	U_{rel}=0.6 %		2026-10-08
				碳、氢、氮、硫元素分析仪：氢:(3.954～4.198) %	U_{rel}=0.9 %		2026-10-08
				碳、氢、氮、硫元素分析仪：氮:(7.687～8.496) %	U_{rel}=1.6 %		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				碳、氢、氮、硫元素分析仪：硫:(17.53～19.38) %	U_{rel}=1.6 %		2026-10-08
				定氮仪：氮:(20～50) %	U_{rel}=0.9 %		2026-10-08
				碳、氢、氮元素分析仪：碳:(61.5～84.9) %	U_{rel}=0.8 %		2026-10-08
				碳、氢、氮元素分析仪：氢:(3.00～4.46) %	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
				碳、氢、氮元素分析仪：氮:(0.92～1.50) %	U_{rel}=4.8 %		2026-10-08
				氧、氮、氢元素分析仪：氧:(0.0071～0.1620) %	U_{rel}=6.6 %		2026-10-08
				氧、氮、氢元素分析仪：氮:(0.0045～0.0680) %	U_{rel}=13 %		2026-10-08
				氧、氮、氢元素分析仪：氢: (0.00003～0.0310) %	U_{rel}=32 %		2026-10-08
109	*旋转流变仪	温度	旋转流变仪校准规范 JJF 2134	(5～100) ℃	U=0.14 ℃		2026-10-08
		黏度		(0.1～30) Pa·s	U_{rel}=5 %		2026-10-08
				(30～130) Pa·s	U_{rel}=6 %		2026-10-08
110	pH 计检定仪	电压	pH 检定仪检定规程 JJG 919	0.0006 级：(-2001～2001) mV	U=0.002 %FS		2026-10-08
				0.003 级：(-2001～2001) mV	U=0.006 %FS		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		酸度		pH：0.0006 级：0～14	U=0.0002		2026-10-08
				pH：0.003 级：0～14	U=0.0008		2026-10-08
111	*电雾(CAD)检测器液相色谱仪	最小检测浓度	电雾(CAD)检测器液相色谱仪校准规范 JJF(辽) 553	≤5 μg/mL	U=0.07 μg/mL		2026-10-08
112	*氨氮测定仪	浓度	氨氮测定仪校准规范 JJF 2289	(0.01～2) mg/L	U=0.04 mg/L		2026-10-08
				(2～1000) mg/L	U_{rel}=2.4 %		2026-10-08
113	*在线钠离子计	电压	在线钠离子计校准规范 JJF 2293	(-2001～2001) mV	U=0.08 %FS		2026-10-08
		活度		pNa：0～9	U=0.004		2026-10-08
		温度		(10～50) ℃	U=0.15 ℃		2026-10-08
		浓度		(0.1~230) mg/L	U_{rel}=1.8 %		2026-10-08
114	*余氯在线分析仪	浓度	余氯在线分析仪校准规范 JJF 2341	(0.01～0.5) mg/L	U=0.007 mg/L		2026-10-08
				(0.5～2) mg/L	U_{rel}=1.7 %		2026-10-08
				(2～20) mg/L	U_{rel}=1.5 %		2026-10-08
115	*在线尘埃粒子计数器	流量	在线尘埃粒子计数器校准规范 JJF 2295	(0.1～30) L/min	U_{rel}=1.5 %		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		颗粒计数		(3000～10000) 个/28.3升	U_{rel}=13 %		2026-10-08
		粒径		(0.1～1) μm	U_{rel}=18 %		2026-10-08
116	*氮吸附法比表面积测定仪	比表面积	氮吸附法比表面积测定仪校准规范 JJF（湘）70	(8～100)m^2/g	U_{rel}=3.4%		2026-10-08
117	*比表面积仪	长度	比表面积仪校准规范 JJF(浙) 1198	(0.5~71)mm	U=0.03mm		2026-10-08
		比表面积		(2000~6000) cm^2/g	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
几何量测量仪器							
1	*千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG 21	（0～25）mm	U=0.7 μm		2026-10-08
				（25～50）mm	U=0.8 μm		2026-10-08
				（50～100）mm	U=0.9 μm		2026-10-08
				（100～200）mm	U=1.1 μm		2026-10-08
				（200～300）mm	U=1.2 μm		2026-10-08
				（300～500）mm	U=1.8 μm		2026-10-08
				校对用量杆：（25～475）mm	U=0.4 μm+3.2×$10^{-6}L$		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	*深度千分尺	长度	深度千分尺检定规程 JJG 24	（0～25）mm	U=1.1 μm		2026-10-08
				（25～50）mm	U=1.2 μm		2026-10-08
				（50～75）mm	U=1.4 μm		2026-10-08
				（75～100）mm	U=1.6 μm		2026-10-08
3	*公法线千分尺	长度	公法线千分尺检定规程 JJG 82	（0～50）mm	U=1.3 μm		2026-10-08
				（50～100）mm	U=1.6 μm		2026-10-08
				（100～150）mm	U=2 μm		2026-10-08
				（150～200）mm	U=2.3 μm		2026-10-08
4	内径千分尺	长度	内径千分尺检定规程 JJG 22	（50～300）mm	U=2μm		2026-10-08
				（300～500）mm	U=4μm		2026-10-08
				（500～800）mm	U=5μm		2026-10-08
				（800～1000）mm	U=6μm		2026-10-08
5	直角尺	垂直度	直角尺检定规程 JJG 7	其他类型直角尺：H:(50～500)mm	U=2.2 μm	不校圆柱直角尺	2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				线纹钢直角尺：H：(0～400)mm	U=0.02mm		2026-10-08
		长度		L:(0～500)mm	U=0.1mm		2026-10-08
6	*杠杆表	长度	杠杆表检定规程 JJG 35	杠杆百分表：（0～1）mm	U=8 μm		2026-10-08
				杠杆千分表：（0～0.4）mm	U=2.5 μm		2026-10-08
7	*百分表式卡规	长度	百分表式卡规检定规程 JJG109	（0～10）mm	U=3.2μm		2026-10-08
				（10～30）mm	U=3.5μm		2026-10-08
				（30～100）mm	U=4.0μm		2026-10-08
8	*内径表	长度	内径表校准规范 JJF 1102	内径百分表：（6～450）mm	U=6μm	现场不校涨簧式内径千分表	2026-10-08
				内径千分表：（10～400）mm	U=2.3μm		2026-10-08
9	*深度指示表	长度	深度指示表检定规程 JJG 830	指针式百分表:（0～10）mm	U=6μm		2026-10-08
				指针式百分表：（10～100）mm	U=10μm		2026-10-08
				指针式千分表：（0～10）mm	U=4μm		2026-10-08
				指针式千分表:（10～100）mm	U=5μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				数显式千分表：（0～10）mm	U=3μm		2026-10-08
				数显式千分表：（10～100）mm	U=4μm		2026-10-08
				数显式百分表：（0～10）mm	U=7μm		2026-10-08
				数显式百分表：（10～100）mm	U=10μm		2026-10-08
10	*通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	（0～300）mm	U=0.01mm		2026-10-08
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-10-08
				(500～1000)mm	U=0.03mm		2026-10-08
				（1000～2000）mm	U=0.04mm		2026-10-08
11	*高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG 31	（0～300）mm	U=0.01mm		2026-10-08
				（300～1000）mm	U=0.02mm		2026-10-08
12	*带表卡规	长度	带表卡规校准规范 JJF 1253	量程：（5～100）mm	U=0.018mm		2026-10-08
13	*厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	（0～30）mm	U=2.0μm		2026-10-08
14	*数显测高仪	长度	数显测高仪校准规范 JJF 1254	（0～300）mm	U=0.8μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（300～1000）mm	U=1.5 μm		2026-10-08
15	*坐标测量机	长度	坐标测量机校准规范 JJF 1064	（0～1000）mm	U=0.9 μm+2.5×$10^{-6}L$	只校基本配置坐标测量机	2026-10-08
				（1～5）m	U=0.1 μm+1.9×$10^{-6}L$		2026-10-08
				探测误差：25mm	U=0.4 μm		2026-10-08
16	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG 4	（0～50）m	U=0.1mm+2×$10^{-5}L$		2026-10-08
17	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG 1	（0～1000）mm	U=0.05mm		2026-10-08
				（1000～2000）mm	U=0.10mm		2026-10-08
18	*生物显微镜	长度	生物显微镜校准规范 JJF 1402	（0～50）mm	U=4 μm		2026-10-08
				放大倍数：（4～100）×	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
19	*金相显微镜	长度	金相显微镜校准规范 JJF 1914	（0～1）mm	U=1.6 μm		2026-10-08
				放大倍数：(1～100)×	U_{rel}=2%		2026-10-08
20	*读数、测量显微镜	长度	读数、测量显微镜检定规程 JJG 571	读数显微镜：（0～8）mm	U=2 μm		2026-10-08
				测量显微镜：（0～50）mm	U=2 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	*影像测量仪	长度	影像测量仪校准规范 JJF 1318	（0～500）mm	U=0.6 μm+5×$10^{-6}L$		2026-10-08
22	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF 1093	（0～100）mm	U=1.4 μm		2026-10-08
				(100～200)mm	U=1.6 μm		2026-10-08
				(200～500)mm	U=2.1 μm		2026-10-08
23	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG 62	（0.02～3.00）mm	U=3 μm		2026-10-08
24	电感测微仪	长度	电感测微仪校准规范 JJF 1331	数显式：(-10～+10)μm, 分辨力 0.01 μm	U=0.03 μm		2026-10-08
				数显式：(-100～+100)μm, 分辨力 0.1 μm	U=0.3 μm		2026-10-08
				数显式：(-1000～+1000)μm, 分辨力 1 μm	U=2 μm		2026-10-08
				指针式：(-3～+3)μm, 分度值 0.1 μm	U=0.03 μm		2026-10-08
				指针式：(-10～+10)μm, 分度值 0.5 μm	U=0.09 μm		2026-10-08
				指针式：(-30～+30)μm, 分度值 1 μm	U=0.3 μm		2026-10-08
				指针式：(-100～+100)μm, 分度值 5 μm	U=1.4 μm		2026-10-08
				指针式：(-300～+300)μm, 分度值 10 μm	U=3 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				电子柱式：(-10～+10)μm,分度值 0.2μm	U=0.09 μm		2026-10-08
				电子柱式：(-25～+25)μm,分度值 0.5μm	U=0.17 μm		2026-10-08
				电子柱式：(-50～+50)μm,分度值 1.0μm	U=0.28 μm		2026-10-08
				电子柱式：(-100～+100)μm,分度值 2μm	U=0.56 μm		2026-10-08
				电子柱式：(-500～+500)μm,分度值 10μm	U=1.9 μm		2026-10-08
25	*关节臂式坐标测量机	长度	关节臂式坐标测量机校准规范 JJF1408	(0～1000)mm	U=14 μm		2026-10-08
26	半径样板	长度	半径样板校准规范 JJF 2187	R(0.1～25)mm	U=0.007mm		2026-10-08
				R(25～50)mm	U=0.017mm		2026-10-08
				R(50～100)mm	U=0.028mm		2026-10-08
27	通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	I 型：0°～320°	U=1′		2026-10-08
				II 型、带表、数显：0°～360°	U=2′		2026-10-08
28	组合式角度尺	角度	组合式角度尺校准规范 JJF 1132	0°～180°	U=3.4′		2026-10-08
29	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF 1126	(0.5～10)mm	U=0.01mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（10～50）mm	U=0.03mm		2026-10-08
				（50～200）mm	U=0.05mm		2026-10-08
30	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	（0～0.3）mm	U=1.0μm		2026-10-08
				（0.3～20）mm	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				标距：(0～200)mm	U=0.04mm		2026-10-08
				标距：(200～500)mm	U=0.06mm		2026-10-08
31	*导体伸长率仪	长度	导体伸长率仪检定规程 JJG（粤）005	(0.1～60)%	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
32	*平板	长度	平板检定规程 JJG 117	（160×160～400×400）mm	U=2μm		2026-10-08
				（400×400～1000×630）mm	U=4μm		2026-10-08
				（1000×630～1500×1000）mm	U=5μm		2026-10-08
				（1500×1000～2500×1600）mm	U=8μm		2026-10-08
33	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG 343	塞规：D(0.1～100) mm	U=1.4μm		2026-10-08
				塞规：D(100～500) mm	U=2.0μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				环规：D(3～11)mm	U=1.0μm		2026-10-08
				环规：D(11～100)mm	U=1.6μm		2026-10-08
				环规：D(100～200)mm	U=2.0μm		2026-10-08
				卡规：(14～100)mm	U=1.6μm		2026-10-08
				卡规：(100～200)mm	U=2.0μm		2026-10-08
34	圆柱螺纹量规	长度	圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345	螺纹塞规：(1～150)mm	U=3.4μm		2026-10-08
				螺纹环规：(2.5～160)mm	U=3.8μm		2026-10-08
35	*线缆计米器	长度	线缆计米器检定规程 JJG 987	（0.1～9999.99）m	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
36	焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF 2161	主标尺：（0～50）mm	U=0.005mm		2026-10-08
				高度尺：（0～15）mm	U=0.01mm		2026-10-08
				咬边深度尺：（0～30）mm	U=0.04mm		2026-10-08
				间隙尺：（0～5）mm	U=0.04mm		2026-10-08
				宽度尺：（0～50）mm	U=0.07mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				宽度尺标准样块：（6～48）mm	U=0.003mm		2026-10-08
		角度		(0～160)°	U=9′		2026-10-08
37	*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818	H：（10～1036）μm	U=0.1 μm+0.4%H（H：厚度片的实际值，μm）		2026-10-08
				厚度片：（0～50）μm	U=0.3 μm		2026-10-08
				厚度片：（50～2000）μm	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
38	*激光测径仪	长度	激光测径仪校准规范 JJF 1250	（0.1～3）mm	U=0.8 μm		2026-10-08
				（3～15）mm	U=1.5 μm		2026-10-08
				（15～30）mm	U=2.0 μm		2026-10-08
39	框式、条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084	分度值：（0.02～0.10）mm/m	U_{rel}=6.9%		2026-10-08
40	水平尺	角度	水平尺校准规范 JJF 1085	分度值：（0.5～10）mm/m	U_{rel}=8%		2026-10-08
41	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF 1189	(0～100)mm	U=0.4 μm		2026-10-08
42	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG 45	(0～±100) μm	U=0.1 μm		2026-10-08
43	针规、三针	长度	针规、三针校准规范 JJF 1207	三针Φ(0.1～6.585)mm	U=0.3 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				针规Φ(0.1～25)mm	U=0.4μm		2026-10-08
44	大量程数显指示表	长度	大量程数显指示表校准规范 JJF 2383	百分表：（100～200）mm	U=10μm		2026-10-08
				千分表：（30～50）mm	U=2.3μm		2026-10-08
				千分表：（50～100）mm	U=3.0μm		2026-10-08
				千分表：（100～200）mm	U=5.0μm		2026-10-08
45	刀口形直尺	长度	刀口形直尺检定规程 JJG 63	（75～175）mm	U=0.4μm		2026-10-08
				（175～300）mm	U=0.6μm		2026-10-08
				（300～500）mm	U=0.8μm		2026-10-08
46	*测量内尺寸千分尺	长度	测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411	（5～50）mm	U=1.4μm	三点内径千分尺及数显三点内径千分尺仅校100mm以内	2026-10-08
				（50～100）mm	U=1.6μm		2026-10-08
				（100～150）mm	U=1.9μm		2026-10-08
				（150～200）mm	U=2.2μm		2026-10-08
47	螺纹样板	长度	螺纹样板检定规程 JJG 60	P：（0.4～6.0）mm	U=3.3μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
48	*尖头外径千分尺	长度	尖头外径千分尺校准规范 JJF（浙）1045	（0～25）mm	U=0.7 μm		2026-10-08
				（25～50）mm	U=0.8 μm		2026-10-08
				（50～100）mm	U=1.0 μm		2026-10-08
				（100～150）mm	U=1.2 μm		2026-10-08
49	*橡胶、塑料薄膜测厚仪	长度	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488	（0～30）mm	U=3 μm		2026-10-08
		力值		(0.01～10)N	U=0.01N		2026-10-08
50	*跳动检查仪	长度	跳动检查仪校准规范 JJF 1109	（0～300）mm	U=2μm		2026-10-08
51	π尺	长度	π尺校准规范 JJF 1423	D:(9～2100)mm	U=0.02mm		2026-10-08
52	倾角仪	角度	倾角仪校准规范 JJF 1915	数显倾角仪（0～90）°	U=0.01°		2026-10-08
				光学倾斜仪（0～90）°	U=6.8″		2026-10-08
53	纤维卷尺、测绳	长度	纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5	纤维卷尺：（0～50）m	U=0.2mm +1.4×$10^{-4}L$		2026-10-08
				测绳：（0～200）m	U=0.2mm +1.4×$10^{-4}L$		2026-10-08
54	*气动测量仪	长度	气动测量仪检定规程 JJG 356	浮标式：(0～±80) μm	U=(0.3～0.7) μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				电子柱式：(0～±50) μm	U=(0.3～0.8) μm		2026-10-08
55	*电解式（库仑）测厚仪	长度	电解式（库仑）测厚仪校准规范 JJF 1707	(0.1～20) μm	U_{rel}=5.2%		2026-10-08
56	木直(折)尺	长度	木直（折）尺检定规程 JJG 2	(0～1000) mm	U=0.3mm		2026-10-08
				(1000～3000) mm	U=0.5mm		2026-10-08
57	*光学接触角测量仪	角度	光学接触角测量仪校准规范 JJF 2099	(0～120)°	U=0.14°		2026-10-08
58	*圆度仪	圆度	圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG 429	(1.5～10.0) μm	U_{rel}=3%		2026-10-08
59	刮板细度计	长度	刮板细度计检定规程 JJG 905	（0～25） μm	U=0.5 μm		2026-10-08
				（25～100） μm	U=0.8 μm		2026-10-08
				（100～150） μm	U=1.1 μm		2026-10-08
60	方箱	平面度	方箱检定规程 JJG 194	(100×100)mm～(400×400)mm	U=3 μm		2026-10-08
		垂直度		(100×100)mm～(400×400)mm	U=3 μm		2026-10-08
		平行度		(100×100)mm～(400×400)mm	U=3 μm		2026-10-08
61	杠杆千分尺、杠杆卡规	长度	杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26	杠杆千分尺：(0～100)mm	U=1.1 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				指示表:(-60～+60) μm/分度值 0.001mm	U=0.4 μm		2026-10-08
				指示表(-60～+60) μm/分度值 0.002mm	U=0.6 μm		2026-10-08
62	*螺纹千分尺	长度	螺纹千分尺检定规程 JJG 25	(0～200)mm	U=2.6 μm+1.1×10^{-5}L		2026-10-08
				测微头:(0～100)mm	U=1 μm		2026-10-08
				测微头:(100～200)mm	U=0.5 μm+7.4×10^{-6}L		2026-10-08
				校对用量杆：（25～175）mm	U=0.4 μm+8×10^{-6}L		2026-10-08
63	*薄片千分尺	长度	薄片千分尺校准规范 JJF(浙)1090	（0～100）mm	U=1 μm		2026-10-08
				（100～200）mm	U=2 μm		2026-10-08
64	*圆测头千分尺	长度	圆测头千分尺校准规范 JJF(浙)1132	（0～100）mm	U=1 μm		2026-10-08
65	*水平仪检定器	长度	水平仪检定器检定规程 JJG 191	(0～1.5)mm/m	U_{rel}=2%		2026-10-08
66	步距规	长度	步距规校准规范 JJF 1258	(0～1000)mm	U=2 μm+1×10^{-6}L		2026-10-08
67	*X 射线荧光镀层测厚仪	长度	X 射线荧光镀层测厚仪校准规范 JJF 1306	(0.2～55) μm	U_{rel}=7%		2026-10-08
68	*触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度	触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105	Ra:（0.1～8） μm	U_{rel}=5.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
69	*奇数沟千分尺	长度	奇数沟千分尺检定规程 JJG 182	（1～81.5）mm	U=1.6 μm		2026-10-08
70	*霍尔效应测厚仪	长度	霍尔效应测厚仪检定规程 JJG(粤)034	（0～25.4）mm	U=6.0 μm		2026-10-08
				标定用厚度片：(0～25)mm	U=2.0 μm		2026-10-08
71	*基于结构光扫描的光学三维测量系统	长度	基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范 JJF 1951	球心距:(25～500)mm	U=6 μm		2026-10-08
		探测误差		PF、PS:Φ(5、10、25)mm	U=2.5 μm		2026-10-08
				SD:50mm×50mm、50mm×150mm、50mm×300mm	U=3 μm		2026-10-08
72	*中心距卡尺	长度	中心距卡尺校准规范 JJF(冀) 180	(0～300)mm	U=0.01mm		2026-10-08
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-10-08
				(500～1000)mm	U=0.03mm		2026-10-08
73	*断差尺	长度	断差尺校准规范 JJF(浙) 1130	(-50～+50)mm	U=0.01mm		2026-10-08
74	*齿厚卡尺	长度	齿厚卡尺校准规范 JJF 1072	模数:(1～50)mm	U=0.01mm		2026-10-08
75	*指示表	长度	指示表检定规程 JJG 34	百分表:(0～10)mm	U=5μm		2026-10-08
				百分表:(10～30)mm	U=6 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				百分表:(30～100)mm	U=10μm		2026-10-08
				千分表:(0～5)mm	U=1.8μm		2026-10-08
				千分表:(5～30)mm	U=2.3μm		2026-10-08
76	*光栅式测微仪	长度	光栅式测微仪校准规范 JJF 1682	(0～100)mm	U=0.3μm	①只用量块测量法；②只校1μm级及以下	2026-10-08
77	*大尺寸外径千分尺	长度	大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088	(500～1000)mm	U=2.6μm+4×10^{-6}L	校对用量杆不做现场校准	2026-10-08
				测微头:(0～50)mm	U=1.4μm		2026-10-08
				校对用量杆:(500～1000)mm	U=0.4μm+5.2×10^{-6}L		2026-10-08
78	超声波探伤试块	长度	超声波探伤试块校准规范 JJF 1487	(0～300)mm	U=4μm		2026-10-08
79	面差尺	长度	面差尺校准规范 JJF(冀)154	塑料定值面差尺:(0.1～20)mm	U=5μm		2026-10-08
				游标、数显面差尺:(-50～+50)mm	U=0.01mm		2026-10-08
80	*指示类量具检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG 201	千分表检定仪:(0～5)mm	U=0.3μm+1.5×10^{-5}L		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				百分表检定仪:(0～50)mm	U=0.5μm+1.5×10^{-5}L		2026-10-08
				指示表检定仪:(0～100)mm	U=0.3μm+1.5×10^{-5}L		2026-10-08
81	显微标尺	长度	显微标尺校准规范 JJF 1917	(0～200)mm	U=2.1μm	只校线宽大于2μm型	2026-10-08
		角度		0°～360°	U=3′		2026-10-08
82	量块	长度	量块检定规程 JJG 146	(0.5～1000)mm	U=0.20μm+2×10^{-6}Ln(k=2.6)		2026-10-08
83	*平尺	直线度	平尺校准规范 JJF 1097	L:(300～6300)mm	U=1.1μm+1×10^{-6}L	只校0级及以下	2026-10-08
84	*锡膏厚度测量仪	长度	锡膏厚度测量仪校准规范 JJF 1965	H:(20～450)μm	U=1.5μm		2026-10-08
85	多功能坡度测量仪	角度	多功能坡度测量仪校准规范 JJF(冀) 140	-90° ～+90°	U=0.3°		2026-10-08
86	*机械式比较仪	长度	机械式比较仪检定规程 JJG 39	分度值0.5μm:(-25～+25)μm	U=0.08μm		2026-10-08
				分度值1μm:(-100～+100)μm	U=0.13μm		2026-10-08
				分度值2μm:(-100～+100)μm	U=0.24μm		2026-10-08
				分度值5μm:(-200～+200)μm	U=0.59μm		2026-10-08
				分度值10μm:(-300～+300)μm	U=1.4μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
87	*扭簧比较仪	长度	扭簧比较仪检定规程 JJG 118	分度值 0.5 μm:(-50～+50) μm	U=0.08 μm		2026-10-08
				分度值 1 μm:(-100～+100) μm	U=0.13 μm		2026-10-08
				分度值 2 μm:(-30～+30) μm	U=0.24 μm		2026-10-08
88	*光轨	长度	光轨校准规范 JJF(苏) 270	测距米尺:(0～6)m	U=0.05mm		2026-10-08
		直线度		(0～4)mm,(L:(0～6)m)	U=0.05mm		2026-10-08
89	*光栅线位移测量装置	长度	光栅线位移测量装置检定规程 JJG 341	激光干涉仪法:(0～3)m	U=0.6 μm+1×$10^{-6}L$	只校 3 级及以下	2026-10-08
90	*凹槽千分尺	长度	凹槽千分尺校准规范 JJF(皖) 222	(0～101.5)mm	U=1.2 μm		2026-10-08
91	*内测卡尺	长度	内测卡尺校准规范 JJF(浙) 1091	(0～300)mm	U=0.01mm		2026-10-08
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-10-08
92	*引伸计标定器	长度	引伸计标定器校准规范 JJF 1096	(0～0.3)mm	U=0.13 μm	只校 0.5 级及以下	2026-10-08
				(0.3～25)mm	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
93	*带表千分尺	长度	带表千分尺检定规程 JJG 427	(0～25)mm	U=0.7 μm		2026-10-08
				(25～50)mm	U=0.8 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(50～75)mm	U=0.9 μm		2026-10-08
				(75～100)mm	U=1.1 μm		2026-10-08
94	*垂直轴偏差测量仪	垂直轴偏差	垂直轴偏差测量仪校准规范 JJF(冀) 153	(0～2)mm,(Φ100mm)	U=0.008mm		2026-10-08
95	*接触式干涉仪	长度	接触式干涉仪检定规程 JJG 101	(-10～+10) μm	U=0.014 μm		2026-10-08
96	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF 1066	微米刻度尺:(-100～+100) μm	U=0.1 μm		2026-10-08
				毫米刻度尺:(0～100)mm	U=0.2 μm+2×$10^{-6}L$		2026-10-08
				分米刻度尺:(0～3000)mm	U=0.4 μm+3×$10^{-6}L$		2026-10-08
97	外壳对人和设备的防护检验用试具	长度	外壳对人和设备的防护检验用试具校准规范 JJF(辽) 288	(0～200)mm	U=0.01mm		2026-10-08
				(200～300)mm	U=0.05mm		2026-10-08
				(300～500)mm	U=0.06mm		2026-10-08
		角度		14° 、37°	U=4′		2026-10-08
98	*同心度检测仪	同心度	同心度检测仪校准规范 JJF(苏) 279	(20～50) μm	U=1.5 μm		2026-10-08
99	*指针式角度仪	角度	指针式角度仪校准规范 JJF(津) 107	0° ～180°	U=0.06°		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
100	多刃刀具角度规	角度	多刃刀具角度规检定规程 JJG 275	15°～60°	U=4′		2026-10-08
101	菲林尺	长度	菲林尺校准规范 JJF(蒙) 107	线纹示值:(0～300)mm	U=2.8μm+6×10×$10^{-5}L$		2026-10-08
				线条宽度:(0.01～10)mm	U=3.2μm		2026-10-08
				圆直径:(0.01～10)mm	U=3.2μm		2026-10-08
102	*体视显微镜	放大倍数	体视显微镜校准规范 JJF(闽) 1063	物镜:(0.5～5)X	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
				物镜:(5～10)X	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
103	电子水平仪和合像水平仪	角度	电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG 103	电子水平仪:(0～5)mm/m	U=0.6μm/m		2026-10-08
				合像水平仪:(0～10)mm/m	U=1.8μm/m		2026-10-08
104	*表面轮廓表	长度	表面轮廓表校准规范 JJF 1476	(0～6.5)mm	U=1.2μm		2026-10-08
105	*圆锥尺	长度	圆锥尺校准规范 JJF(皖) 89	直径:(1～60)mm	U=0.01mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
106	*线位移传感器	长度	线位移传感器校准规范 JJF 1305	(0～1000)mm	U=1.3μm+3.4×10^{-6}L	只校电感式、电阻式、拉线（绳）式、激光式线位移传感器	2026-10-08
107	*接触(触针)式表面轮廓测量仪	长度	接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范 JJF(苏) 276	X:(0～150)mm	U=0.9μm		2026-10-08
				Z:(0～60)mm	U=0.9μm		2026-10-08
				R:(5～80)mm	U=1.0μm		2026-10-08
		角度		0° ～180°	U=1.5′		2026-10-08
108	*锐利边缘测试仪	长度	锐利边缘测试仪校准规范 JJF(湘) 88	Φ9.53mm	U=0.04mm		2026-10-08
		速度		23mm/s	U=0.12mm/s		2026-10-08
		力值		6N	U=0.07N		2026-10-08
109	*图像尺寸测量仪	长度	图像尺寸测量仪校准规范 JJF(电子) 0096	(0～200)mm	U=0.6μm+7.6×10^{-6}L		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(200～500)mm	U=0.4μm+9.7×$10^{-6}L$		2026-10-08
		探测误差		Φ0.5mm、Φ25mm	U=0.4μm		2026-10-08
110	玩具安全测试用标准器	长度	玩具安全测试用标准器校准规范 TSZMS 0010	(0～600)mm	U=2.1μm+4×$10^{-6}L$	只校:小物件测试筒、摇铃测试块、咬合测试仪、奶嘴测试块、测试圆杆、跌落地板	2026-10-08
		角度		0°～360°	U=1.3′		2026-10-08
111	*冲击试样缺口投影仪	角度	冲击试样缺口投影仪校准规范 JJF(浙) 1133	标准样板图:43°、45°、47°	U=2′	标准样板图不做现场校准	2026-10-08
		长度		标准样板图缺口高度及刻线示值:(0～100)mm	U=0.05mm		2026-10-08
				标准样板图缺口圆弧:R(11.25、12.5、13.75、46.5、50、53.5)mm	U=0.05mm		2026-10-08
				工作台标尺:(0～100)mm	U=0.06mm		2026-10-08
		放大倍数		50X	U_{rel}=0.25%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
112	工业内窥镜	照度	工业内窥镜校准规范 JJF(苏) 269	(1000～5000)lx	U_{rel}=7%		2026-10-08
		角度		0° ～180°	U=7°		2026-10-08
		长度		(0.5～5)mm	U=2.5 μm		2026-10-08
113	*滚轮式计米器	长度	滚轮式计米器校准规范 JJF(鲁) 206	(0.1～9999)m	U_{rel}=0.13%	只做在线校准	2026-10-08
114	圆锥螺纹量规	长度	圆锥螺纹量规校准规范 JJF 2279	塞规:$d2$(1～150)mm	U=3.4 μm+3.5×$10^{-6}d$		2026-10-08
				环规:$D2$(3～160)mm	U=3.5 μm+6×$10^{-6}D$		2026-10-08
115	*坐标定位测量系统	长度	坐标定位测量系统校准规范 JJF 1251	(0～10)m	U=0.2 μm+2.3×$10^{-6}L$	不校回转轴线型的坐标定位测量系统	2026-10-08
116	*光学轴类测量仪	长度	光学轴类测量仪校准规范 JJF 1933	d:(25～120)mm	U=0.8 μm+4.4×$10^{-6}d$		2026-10-08
				L:(100～600)mm	U=1.4 μm+5.8×$10^{-6}L$		2026-10-08
117	*齿轮千分尺	长度	齿轮千分尺检定规程 JJG(粤) 074	(0～75)mm	U=1.0 μm	校对用量杆不做现场校准	2026-10-08
				(75～150)mm	U=1.5 μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(150～225)mm	U=2.0μm		2026-10-08
				(225～275)mm	U=2.4μm		2026-10-08
				(275～300)mm	U=2.7μm		2026-10-08
				校对用量杆:(25～275)mm	$U=0.4\mu m+6.6\times10^{-6}L$		2026-10-08
118	*X 射线三维尺寸测量机	长度	X 射线三维尺寸测量机校准规范 JJF(兵工民品) 0022	球心距:(25～400)mm	U=2.6μm		2026-10-08
		探测误差		PF、PS:Φ(3、6、8)mm	U=1.5μm		2026-10-08
119	方形角尺	垂直度	方形角尺检定规程 JJG 1046	H:(100～500)mm	$U=0.4\mu m+1\times10^{-6}H$	只校 00 级及以下	2026-10-08
120	螺纹深度规	长度	螺纹深度规校准规范 JJF(陕) 070	深度示值:(0～80)mm	U=0.01mm		2026-10-08
				螺纹量规:M(2～30)mm	U=3μm		2026-10-08
121	*爬电距离(电气间隙)测试卡	长度	爬电距离(电气间隙)测试卡校准规范 JJF(陕) 105	(0～25)mm	U=0.003mm		2026-10-08
122	*在线激光测厚仪	长度	在线激光测厚仪校准规范 JJF(沪苏浙皖) 4018	(0.5～3)mm	U=0.5μm	只做在线校准	2026-10-08
123	*铜箔测厚仪	长度	铜箔测厚仪校准规范 JJF(苏) 258	(8～10)μm	U_{rel}=9%		2026-10-08
				(10～50)μm	U=0.7μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(50～200) μm	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
				标准铜箔厚度片:(0.1～10) μm	U_{rel}=9%		2026-10-08
				标准铜箔厚度片:(10～50) μm	U=0.4 μm		2026-10-08
				标准铜箔厚度片:(50～500) μm	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
124	手持式激光测距仪	长度	手持式激光测距仪检定规程 JJG 966	(0～5)m	U=0.3mm+1×$10^{-4}L$		2026-10-08
				(5～30)m	U=0.7mm+1×$10^{-5}L$		2026-10-08
电磁学测量仪器（含磁学）							
1	*耐电压测试仪	直流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG 795	(0.1～15)kV	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
		交流电压		(0.1～15)kV,(45～65)Hz	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
		直流电流		(0.1～200)mA	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～200)mA,(45～65)Hz	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
		时间		(1.00～999.99)s	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
2	*数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF 1587	±(10mV～3.3V)	U_{rel}=0.012%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				±(3.3～33)V	U_{rel}=0.012%		2026-10-08
				±(33～330)V	U_{rel}=0.014%		2026-10-08
				±(330～1000)V	U_{rel}=0.024%		2026-10-08
		交流电压		(10～330)mV,(45 Hz～10kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
				(10～330)mV,(10～20)kHz	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
				(10～330)mV,(20～50)kHz	U_{rel}=0.23%		2026-10-08
				(0.33～3.3)V,(45 Hz ～10kHz)	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
				(0.33～3.3)V,(10～20)kHz	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
				(0.33～3.3)V,(20～50)kHz	U_{rel}=0.20%		2026-10-08
				(3.3～33)V,（45 Hz～10kHz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
				(3.3～33)V,(10～20)kHz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
				(3.3～33)V,(20～50)kHz	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(33～330)V,(45 Hz ～1kHz)	U_{rel}=0.07%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(33～330)V,(1～10)kHz	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
				(33～330)V,(10～20)kHz	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
				(330～1000)V,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
				(330～1000)V,(1～5)kHz	U_{rel}=0.26%		2026-10-08
				(330～1000)V,(5～10)kHz	U_{rel}=0.35%		2026-10-08
		直流电流		±(0.1～3.3)mA	U_{rel}=0.026%		2026-10-08
				±(3.3～330)mA	U_{rel}=0.015%		2026-10-08
				±(0.33～2.2)A	U_{rel}=0.074%		2026-10-08
				±(2.2～10)A	U_{rel}=0.074%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～0.33)mA,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.44%		2026-10-08
				(0.1～0.33)mA,(1～5)kHz	U_{rel}=0.64%		2026-10-08
				(0.33～3.3)mA,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(0.33～3.3)mA,(1～5)kHz	U_{rel}=0.28%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.33～3.3)mA,(5～10)kHz	U_{rel}=0.73%		2026-10-08
				(3.3～33)mA,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(3.3～33)mA,(1～5)kHz	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(3.3～33)mA,(5～10)kHz	U_{rel}=0.73%		2026-10-08
				(33～330)mA,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(33～330)mA,(1～5)kHz	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(33～330)mA,(5～10)kHz	U_{rel}=0.73%		2026-10-08
				(0.33～2.2)A,(45 Hz～1kHz)	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(0.33～2.2)A,(1～5)kHz	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
				(2.2～10)A,(45～65)Hz	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
				(2.2～10)A,(65 Hz～500Hz)	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
				(2.2～10)A,(500Hz～1kHz)	U_{rel}=0.44%		2026-10-08
		直流电阻		(1～330) Ω	U_{rel}=0.03%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0.33kΩ～1MΩ	U_{rel}= 0.02%		2026-10-08
				(1～100) MΩ	U_{rel}= 0.12%		2026-10-08
3	*直流稳定电源	直流电压	直流稳定电源校准规范 JJF 1597	(0.1～10)V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
				(10～30)V	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
				(30～100)V	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
				(100～1000)V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		直流电流		(0.1～10)A	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
				(10～100)A	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
				(100～1000)A	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
		源电压调整率		(0.005～1)%	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		负载调整率		(0.005～1)%	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		负载瞬态恢复时间		10μs～1s	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
4	*电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124	10mV～1000V	U_{rel}=0.07%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		10mV～33V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
				33V～1000V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		直流电流		0.1mA～10A	U_{rel}=0.17%		2026-10-08
				10A～100A	U_{rel}=0.20%		2026-10-08
		交流电流		0.1mA～10A,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.22%		2026-10-08
				10A～100A,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.30%		2026-10-08
		直流功率		1W～5 kW	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		交流功率		1W～10 kW,(45Hz～65 Hz)	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		电阻		10Ω～10 MΩ	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
5	*多功能标准源	直流电压	多功能标准源校准规范 JJF 1638	10mV～100mV	U_{rel}=0.0015%		2026-10-08
				100mV～1V	U_{rel}=0.0012%		2026-10-08
				(1～10)V	U_{rel}=0.0011%		2026-10-08
				(10～1000)V	U_{rel}=0.0014%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		10mV～10V,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.012%		2026-10-08
				(10～100)V,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.027%		2026-10-08
				(100～1000)V,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		直流电流		100μA～10mA	U_{rel}=0.0029%		2026-10-08
				(10～100)mA	U_{rel}=0.0046%		2026-10-08
				100mA～1A	U_{rel}=0.014%		2026-10-08
				(1～20)A	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		交流电流		10mA～100mA,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
				100mA～1A,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
				(1～20)A,(40Hz～1kHz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		电阻		1Ω～10 Ω	U_{rel}=0.003%		2026-10-08
				10Ω～100 kΩ	U_{rel}=0.0014%		2026-10-08
				100kΩ～1 MΩ	U_{rel}=0.0022%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～10)MΩ	U_{rel}=0.007%		2026-10-08
				(10～100)MΩ	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
6	*钳形电流表	直流电流	钳形电流表校准规范 JJF 1075	(0.1～20)A	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
				(20～200)A	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
				(200～2000)A	U_{rel}=0.38%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～20)A，45Hz～400Hz	U_{rel}=0.15%		2026-10-08
				(20～200)A，45Hz～400Hz	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(200～2000)A，45Hz～400Hz	U_{rel}=0.40%		2026-10-08
7	*泄漏电流测试仪	电流	泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843	(0.1～100)mA,(DC、50Hz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电压		(1～200)V,(DC、50Hz)	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
				(200～750)V,(DC、50Hz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		时间		(1～999.9)s	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		输入电阻		10Ω～2.5kΩ	U_{rel}=0.6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输入阻抗		100Ω～3kΩ(20Hz～1MHz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
8	*接地导通电阻测试仪	电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984	(10～600)mΩ	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电流		(0.1～60)A,(DC、50Hz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
9	*直流低电阻表	电阻	直流低电阻表检定规程 JJG 837	0.001Ω～200kΩ	U_{rel}=0.016%		2026-10-08
				1μΩ～0.001Ω	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
10	直流电阻箱	电阻	直流电阻箱检定规程 JJG 982	(1 ～ 10) Ω	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
				(10 ～ 10^5) Ω	U_{rel}=0.004%		2026-10-08
				(10^5 ～ 10^7) Ω	U_{rel}=0.015%		2026-10-08
11	*直流分流器	电阻	直流分流器检定规程 JJG 1069	0.01mΩ～10Ω,(10mA～2000A)	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
12	*数字式交流电参数测量仪	交流电压	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF 1491	(1～600)V,(45Hz～65 Hz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		交流电流		10mA～20A,（45Hz～65 Hz)	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
				20A～40A,(45Hz～65 Hz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		交流功率		(0.1～10) kW,(45Hz～65 Hz)	U_{rel}=0.09%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率因数		(0～1)(45Hz～65 Hz)	U=0.002		2026-10-08
		频率		(45～65) Hz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
13	*电子式绝缘电阻表	电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005	100Ω～100MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				100MΩ～100GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
		电压		(25～5000)V	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
14	*绝缘电阻表（兆欧表）	电阻	绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622	100Ω～100MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				100MΩ～100GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
		电压		(50～2500)V	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
15	*高绝缘电阻测量仪（高阻计）	电阻	高绝缘电阻测量仪（高阻计）校准规范 JJF 2225	100kΩ～100MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				100MΩ～100GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
		电压		(10～1000)V	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
16	*静电腕带/脚盘测试仪	电阻	静电腕带/脚盘测试仪校准规范 JJF（电子)31502	1kΩ～10MΩ	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
				(10～100)MΩ	U_{rel}=2.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～1000)MΩ	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
17	*接地电阻表	电阻	接地电阻表检定规程 JJG 366	(0.1～1000)Ω	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
18	*直流电桥	电阻	直流电桥检定规程 JJG 125	0.001Ω～1Ω	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
				1Ω～1kΩ	U_{rel}=0.017%		2026-10-08
				(1～100)kΩ	U_{rel}=0.015%		2026-10-08
19	*表面电阻测试仪	电阻	表面电阻测试仪校准规范 JJF 1285	(10^3～10^{11})Ω	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		电压		(9～250)V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
20	*交流稳压电源	交流电压	交流稳压电源稳态特性校准规范 JJF（军工）85	(1～400)V,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～20)A,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		频率		45Hz～1kHz	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
21	*直流标准电流源	直流电流	直流标准电流源检定规程 JJG（军工）69	10mA～50A	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
22	*直流高压分压器	直流电压（分压比）	直流高压分压器检定规程 JJG 1007	1～10000，(1～100)kV	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
23	*回路电阻测试仪	直流电流	回路电阻测试仪检定规程 JJG 1052	(100～200)A	U_{rel}=0.3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电阻		0.01mΩ～10Ω	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
24	*高压静电电压表	直流电压	高压静电电压表检定规程 JJG 494	±(0.6～50)kV	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
25	*过程仪表校验仪	热电偶输出	过程仪表校验仪校准规范 JJF 1472	(-200～1800)℃	U=0.5℃		2026-10-08
		热电偶测量		(-200～1300)℃	U=0.5℃		2026-10-08
				(1300～1800)℃	U=0.6℃		2026-10-08
		热电阻输出		(-200～800)℃	U=0.02℃		2026-10-08
		热电阻测量		(-200～800)℃	U=0.14℃		2026-10-08
		电压输出		1mV～10mV	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
				10mV～100V	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		电压测量		1mV～300V	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		电流输出		(1～100)mA	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		电流测量		(1～100)mA	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		电阻输出		(1～10)Ω	U_{rel}=0.02%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10Ω～10kΩ	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		电阻测量		(1～10)Ω	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
				10Ω～100kΩ	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
26	非接触式静电电压测量仪	静电电压	非接触式静电电压测量仪校准规范 JJF 1517	±(0.1～20)kV	U_{rel}=1.3%	只做标准表法	2026-10-08
27	(1mT～2.5T)磁强计	磁通密度	(1mT～2.5T)磁强计校准规范 JJF 1832	50mT ～ 2T	U_{rel}=0.6%～0.1%		2026-10-08
28	*交直流数字高压表	交流电压	交直流数字高压表检定规程 JJG(粤)041	(1～100)kV,50Hz	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		直流电压		(1～100)kV	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
29	*钳形接地电阻仪	电阻	钳形接地电阻仪检定规程 JJG 1054	(0.01～0.1)Ω	U_{rel}=6%		2026-10-08
				(0.1～1)Ω	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
				(1～10)Ω	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				10Ω～10kΩ	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
30	*直流高压发生器	直流电压	直流高压发生器校准规范 JJF 2393	(1～100)kV	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		直流电流		10μA～100mA	U_{rel}=0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	*大电流发生器	交流电流	大电流发生器校准规范 JJF(机械)1037	(1～2000)A,50Hz	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
32	磁通计	磁通量	磁通计校准规范 JJF1905	0.1mWb～10Wb	U_{rel}=0.3%	伏秒法	2026-10-08
33	*交流标准电压源	交流电压	交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71	100mV～10V(10Hz～1MHz)	U_{rel}=0.012%		2026-10-08
				(10～100)V(10Hz～500kHz)	U_{rel}=0.027%		2026-10-08
				(100～1000)V(40Hz～50kHz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
34	*涡流电导率仪	电导率	涡流电导率仪校准规范 JJF 1692	(0.58～20.3)MS/m，60kHz	U=0.07MS/m		2026-10-08
				(20.3～58)MS/m,60kHz	U=0.2MS/m		2026-10-08
35	工频高压分压器	分压比	工频高压分压器检定规程 JJG 496	(1～100)kV/(1～100)V,50Hz	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
36	*磁轭式磁粉探伤机	磁化电流	磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF 1458	(0.1～20)A	U_{rel}=4%		2026-10-08
		提升力		(1～300)N	U_{rel}=5%		2026-10-08
37	*功率分析仪	直流电压	功率分析仪校准规范 JJF 2040	10mV～10V	U_{rel}=0.042%		2026-10-08
				(10～1000)V	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		直流电流		1mA～10A	U_{rel}=0.06%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(10～50)A	U_{rel}=0.11%		2026-10-08
				(50～100)A	U_{rel}=0.30%		2026-10-08
		直流功率		100mW～5kW	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		交流电压		10mV～10V,(50Hz～1kHz)	U_{rel}=0.42%		2026-10-08
				(10～1000)V,(50Hz～1kHz)	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
		交流电流		(1mA～10A),(50Hz～1kHz)	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
				(10～100)A (50～400)Hz	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
		交流功率		100mW～5kW (50Hz～400Hz)	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(5～10)kW,(45Hz～60Hz)	U_{rel}=0.24%		2026-10-08
		频率		50Hz～10kHz	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		相位		0° ～360°	U=0.06°		2026-10-08
38	电流传感器	直流电流比	电流传感器校准规范 JJF(军工)264	10:1～2000:1(输入电流 10A～2kA)(输出电流 0.05A～10A)	U_{rel}=0.01%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流比		10:1～2000:1(输入电流10A～2kA)(输出电流0.05A～10A),50Hz～400Hz	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
		直流电流电压转换比		10:1～2000:1 (输入电流：(10～2000)A,输出电压：10mV～10V)	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		交流电流电压转换比		10:1～2000:1(输入电流：(0.05～10)A,50Hz～400Hz,输出电压：10mV～10V, 50Hz～400Hz)	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
39	*电能质量分析仪	交流电压	电能质量测试分析仪检定规程 DL/T 1028	50mV～1000V(45～65)Hz	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		频率		(45～65)Hz	U=0.02Hz		2026-10-08
		相位		(0～360)°	U=0.16°		2026-10-08
		谐波电压		50mV～1000V ,(2～60)次谐波	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		谐波电流		10mA～50A ,(2～60)次谐波	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		三相电压不平衡度		(0.1～30)%	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
		三相电流不平衡度		(0.1～30)%	U_{rel}=0.33%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
40	*软磁材料直流磁特性测量仪	初级电流	软磁材料直流磁特性测量仪校准规范 JJF 1830	(0.01～10)A	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
		磁通		(0.2～20)mWb	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
41	*高电压耐电压测试仪	直流电压	高电压耐电压测试仪检定规程 JJG(军工)18	(0.1～100)kV	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		交流电压		(0.1～100)kV,(50Hz)	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		直流电流		(0.1～100)mA	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～100)mA,(50Hz)	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
		时间		(1～999.9)s	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
42	*测量用电流互感器	比值差	测量用电流互感器检定规程 JJG 313	(5～2000)A/5A、(5～2000)A/1A,(1%～5%)In	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
				(5～2000)A/5A、(5～2000)A/1A,(20%～120%)In	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		相位差		(0.01～1000)′,(5%、100%)In	U=0.4′		2026-10-08
43	交流分流器	交流电阻	交流分流器校准规范 JJF(电子)0020	0.01mΩ～10Ω,(10mA～2000A,(45～65)Hz)	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
44	*测量用电压互感器	比值差	测量用电压互感器检定规程 JJG 314	-19.99%～19.99%,(6、10、35)kV/100V,(6/√3、10/√3、35/√3)kV/100/√3V,(20%Un)	U=0.12%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				-19.99%～19.99%,(6、10、35)kV/100V,(6/√3、10/√3、35/√3)kV/100/√3V,(50%Un)	U=0.10%		2026-10-08
				-19.99%～19.99%,(6、10、35)kV/100V,(6/√3、10/√3、35/√3)kV/100/√3V,(80%Un～100%Un)	U=0.06%		2026-10-08
		相位差		(0.1～500)’20%Un	U=4.6’		2026-10-08
				(0.1～500)’50%Un	U=3.5’		2026-10-08
				(0.1～500)’ (80%Un～100%Un)	U=2.4’		2026-10-08
45	伏秒发生器	输出电压	伏秒发生器校准规范 JJF 2178	2mV～2V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		时间间隔		10ms～10s	U_{rel}=3×10^{-6}		2026-10-08
		磁通量		0.1mWb～10Wb	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
46	*四探针电阻率测试仪	电阻率	四探针电阻率测试仪检定规程 JJG 508	(0.005～1000) Ω•cm	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		方块电阻		0.01Ω/口～10000Ω/口	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
47	*直流电焊机焊接电源	焊接电流	直流电焊机焊接电源校准规范 JJF1985	(1～1000)A	U_{rel}=0.6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		空载电压		(20～141)V	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		负载电压		(10～44)V	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
48	*标准数字功率表	直流电压	标准数字功率表校准规范 JJF 2226	(0.1～1000)V	U_{rel}=0.042%		2026-10-08
		交流电压		(0.1～600)V(45～65)Hz	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		直流电流		10mA～10A	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
				10A～50A	U_{rel}=0.11%		2026-10-08
				50A～100A	U_{rel}=0.30%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～20)A(45～65)Hz	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		直流功率		100mW～5kW	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		交流功率		1W～10kW(45～65)Hz	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		功率因数		(0～1)(45～65)Hz	U=0.002		2026-10-08
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
49	*永磁式磁场源	磁感应强度	永磁式磁场源校准规范 JJF 2235	10mT～2T	U_{rel}=0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		磁场均匀性		0.1%～5%	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
50	*交直流电表校验仪	直流电压	交直流电表校验仪校准规范 JJF 1284	10mV～1000V	U_{rel}=0.003%		2026-10-08
		交流电压		10mV～10V(50Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.013%		2026-10-08
				(10～100)V(50Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.027%		2026-10-08
				100V～1000V(50Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		直流电流		10μA～10mA	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
				10mA～100mA	U_{rel}=0.005%		2026-10-08
				100mA～1A	U_{rel}=0.014%		2026-10-08
				1A～20A	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		交流电流		100μA～100mA(50Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
				100mA～1A(50Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
				1A～20A(50Hz～60Hz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		电阻		1Ω～100MΩ	U_{rel}=0.003%～0.06%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		(10～1000)Hz	U_{rel}=1×10^{-5}		2026-10-08
		纹波含量		(0.01～10)%	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
51	*变比测试仪	比值差	变比测试仪校准规范 JJF(黔)67	1～1000	U=0.07		2026-10-08
52	*直流电阻测试仪	直流电流	直流电阻测试仪检定规程 JJG 1205	(0.1～200)A	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		电阻		0.01mΩ～200Ω	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
53	*直流大电流表	直流电流	直流大电流表检定规程 JJG(军工) 195	(100～2000)A	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
54	*钳形相位伏安表	交流电压	钳形相位伏安表校准规范 JJF 2227	(1～600)V(45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		交流电流		20mA～600A(45～65)Hz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		相位		(0～360)°	U=0.06°		2026-10-08
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
55	*交流标准功率源	交流电压	交流标准功率源检定规程 JJG(军工)6	1mV～750V,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.027%		2026-10-08
		交流电流		10mA～1A,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.32%		2026-10-08
				1A～80A,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.14%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		30V～480V,100mA～80A,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
		相位		0° ～360°	U=0.06°		2026-10-08
56	*交流峰值电压表	交流峰值电压	交流峰值电压表检定规程 JJG 1168	(1～33)V,(10～45)Hz	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
				(1～311)V(45～500)Hz	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
				(311～1414)V(45～500)Hz	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
57	直流高压高值电阻器	电阻	直流高压高值电阻器检定规程 JJG 1072	0.1 kΩ～10MΩ	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
				10MΩ～1GΩ	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				(1～10)GΩ	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
				(10～300)GΩ	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
				(300～1000)GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
58	*变压比电桥	变压比	变压比电桥检定规程 JJG 970	(1～10000)	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
59	*变压器容量测试仪	交流电压	变压器容量测试仪校准规范 JJF(陕)087	(40～660)V(45～65)Hz	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		交流电流		(0.1A～100A)(45～65)Hz	U_{rel}=0.09%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		(1W～10kW)(45～65)Hz	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
		相位		(0～360)°	U=0.1°		2026-10-08
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
60	*直流电量变送器	直流电压	直流电量变送器检定规程 JJG(军工)191	±(10mV～1000V)	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		直流电流		±(1mA～100A)	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
				±(100A～2000A)	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
61	*直流大电流源	直流电流	直流大电流源检定规程 JJG(军工)196	100A～2000A	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
62	*压敏电阻测试仪	直流参考电流	压敏电阻测试仪检定规程 JJG(粤）023	(0.1～100)mA	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		压敏电压		(5～1999)V	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		漏电流		(0.01～10)mA	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		分压比		0.01～1.2	U=0.002		2026-10-08
无线电测量仪器							
1	*蓝牙测试仪	参考晶振频率	蓝牙测试仪校准规范 JJF 1278	10MHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输出频率		2.4GHz～2.5GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
		输出电平		(-90～0)dBm(2.4GHz～2.5GHz)	U=0.24dB～0.36dB		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～0)dBc(2.4GHz～2.5GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		SSB 相位噪声(信号发生器部分)		-140dBc/Hz～-10dBc/Hz(f_0:2.4GHz～2.5GHz, Δf:10Hz～2MHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		功率测量		(-60～10)dBm(2.4GHz～2.5GHz)	U=0.46dB		2026-10-08
		频率测量		2.4GHz～2.5GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
		FSK 误差(信号发生器部分)		0.1%～10%(2.4GHz～2.5GHz)	U=1.2%		2026-10-08
		频偏(调频指数)(信号发生器部分)		100kHz～250kHz (2.4GHz～2.5GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		差分误差矢量幅度 DEVM(信号发生器部分)		0.1%～10%(2.4GHz～2.5GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		FSK 误差测量(信号分析仪)		0.1%～10%(2.4GHz～2.5GHz)	U=1.2%		2026-10-08
		频偏(调频指数)测量(信号分析仪)		100kHz～250kHz (2.4GHz～2.5GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		差分误差矢量幅度 DEVM 测量(信号分析仪)		0.1%～10%(2.4GHz～2.5GHz)	U=1.2%		2026-10-08
		射频端口电压驻波比		1.001～4（2.4GHz～2.5GHz）	U=0.020		2026-10-08
2	*TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪	晶振频率	TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1131	10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-9}$		2026-10-08
		输出频率		810MHz～2GHz	$U_{rel}=6\times10^{-9}$		2026-10-08
		输出电平		(-50～0)dBm(810MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
				(-120～-50)dBm(810MHz～1.3GHz)	U=0.50dB		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～30)dBc(10kHz～6GHz)	U=1.0dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器均方根相位误差		0.1°～10°(810MHz～2GHz)	U=0.3°		2026-10-08
		信号发生器峰值相位误差值		-15°～15°(810MHz～2GHz)	U=1°		2026-10-08
		信号发生器频率误差		(-10～10)kHz(810MHz～2GHz)	U=1.2Hz		2026-10-08
		功率测量		(-50～20)dBm(810MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
		均方根相位误差测量		0.1°～10°(810MHz～2GHz)	U=0.3°		2026-10-08
		峰值相位误差测量		-15°～15°(810MHz～2GHz)	U=1°		2026-10-08
		频率误差测量		(-10～10)kHz(810MHz～2GHz)	U=1.2Hz		2026-10-08
		SSB 相位噪声(信号发生器部分)		-140dBc/Hz～-10dBc/Hz(f_0:810MHz～2GHz, Δf:10Hz～1MHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		射频端口电压驻波比		1.001～4(810MHz～2GHz)	U=0.020		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输出频率(音频信号发生器)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-6}		2026-10-08
		输出电平(音频信号发生器)		10mV～10V (10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		输出信号失真(音频信号发生器)		0.001%～10%(10Hz～50kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		交流电平测量(音频分析仪)		(0.22～30)V (10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		频率测量(音频分析仪)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-5}		2026-10-08
		失真度测量(音频分析仪)		(0.005～10)% (20Hz～50kHz)	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
3	*CDMA 数字移动通信综合测试仪	晶振频率	CDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1177	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出载波频率		100MHz～2GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出电平		(-50～0)dBm(100MHz～2GHz)	U=0.30dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(-120～-50)dBm(100MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
		信号发生器波形质量因数		0.8～1.0(100MHz～2GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		信号发生器误差矢量幅度		0.5%～20%(100MHz～2GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～0)dBc(10kHz～6GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		电平测量		(-50～10)dBm(100MHz～2GHz)	U=0.36dB		2026-10-08
		分析仪波形质量因数测量		0.8～1.0(100MHz～2GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		分析仪误差矢量幅度测量		0.1%～20%(100MHz～2GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		SSB 相位噪声(信号发生器部分)		-140dBc/Hz～-10dBc/Hz(f_0:100MHz～2GHz, Δf:10Hz～2MHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		占用带宽		(1.2～1.5)MHz(100MHz～2GHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		射频端口电压驻波比(信号分析仪)		1.001～4(100MHz～2GHz)	U=0.020		2026-10-08
		输出频率(音频信号发生器)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-6}		2026-10-08
		输出电平(音频信号发生器)		10mV～10V (10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		输出信号失真(音频信号发生器)		0.001%～10%(10Hz～50kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		频率测量(音频分析仪)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-5}		2026-10-08
		失真度测量(音频分析仪)		0.005%～10% (20Hz～50kHz)	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
		交流电平测量(音频分析仪)		0.22V～30V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
4	*宽带码分多址接入(WCDMA)数	晶振频率	宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08

国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
	字移动通信综合测试仪	频率	合测试仪校准规范 JJF 1276	30MHz～2.7GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出电平		(-50～0)dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.28dB		2026-10-08
				(-120～-50)dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
		WCDMA 信号误差矢量幅度		(0.1～10)%(30MHz～2.7GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		WCDMA 信号波形质量因数		0.7～1.0(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		WCDMA 信号频率误差		(-10～10)kHz(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～30)dBc(30MHz～6GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		电平测量		(-50～10)dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.36dB		2026-10-08
		分析仪波形质量因数测量		0.5～1.0(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		分析仪误差矢量幅度测量		0.1%～10%(30MHz～2.7GHz)	U=0.9%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪频率误差测量		-3kHz～3kHz(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-10-08
		占用带宽(信号发生器部分)		(3～5)MHz(30MHz～2.7GHz,70dB)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		邻道功率比(信号发生器部分)		(10～60)dB(30MHz～2.7GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		SSB 相位噪声(信号发生器部分)		-140dBc/Hz～-10dBc/Hz(f_0:30MHz～2.7GHz, Δf:10Hz～2MHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		射频端口电压驻波比(信号分析仪)		1.001～4(30MHz～2.7GHz)	U=0.020		2026-10-08
		输出频率(音频信号发生器)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-6}		2026-10-08
		输出电平(音频信号发生器)		10mV～10V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率测量（音频分析仪）		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-5}		2026-10-08
		交流电平测量(音频分析仪)		(0.22～30)V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
5	*LTE 数字移动通信综合测试仪	晶振频率	LTE 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1443	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		频率输出		600MHz～3.8GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出电平		(-50～0)dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.28dB		2026-10-08
				(-120～-50)dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
		输出 LTE 信号误差矢量幅度		(0.5～15)%(600MHz～3.8GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		输出 LTE 信号原点偏移		(-80～-20)dB(600MHz～3.8GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		输出 LTE 信号占用带宽		1.2MHz～20MHz(600MHz～3.8GHz)	U_{rel}=1%		2026-10-08
		输出 LTE 信号邻信道功率比		(-90～-0)dBc(600MHz～3.8GHz)	U=0.32dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频谱纯度		(-100～0)dBc(600MHz～3.8GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		电平测量		(-50～10)dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.36dB		2026-10-08
		频率误差测量		(-10～+10)kHz(600MHz～3.8GHz)	U=6Hz		2026-10-08
		误差矢量幅度测量		0.01%～17.5%(600MHz～3.8GHz)	U=0.5%		2026-10-08
		射频端口电压驻波比		1.001～4(600MHz～3.8GHz)	U=0.020		2026-10-08
6	*测试用射频屏蔽箱	屏蔽效能	测试用射频屏蔽箱校准规范 JJF(通信)048	(0～90)dB(300MHz～18GHz)	U=2dB		2026-10-08
		电压驻波比		1.001～8(300MHz～6GHz)	U=0.020		2026-10-08
7	*无源互调测试仪	输出频率	无源互调测试仪校准规范 JJF 1463	50MHz～6GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
		输出功率		(20～48)dBm (50MHz～6GHz)	U=0.22dB		2026-10-08
		无源互调测量		(-60～-120)dBm (50MHz～6GHz)	U=0.5dB		2026-10-08
8	*波形记录仪	直流电压	波形记录仪校准规范 JJF 1876	± (10mV～1000V)	U_{rel}=0.08%～0.2%		2026-10-08
		交流电压		10mV～1000V,50Hz	U_{rel}=0.17%～0.6%		2026-10-08
		频带宽度		10kHz～2MHz	U_{rel}=2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输入电阻		40Ω～10MΩ	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		直流增益		0.8～1.2(-1000V～-10mV,10mV～1000V)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
9	*矢量信号发生器	输出信号频率	矢量信号发生器校准规范 JJF 1174	250kHz～26.5GHz	U_{rel}=7×10^{-9}		2026-10-08
		输出电平		(-120～-60)dBm(150kHz～1.3GHz)	U=0.38dB		2026-10-08
				(-60～20)dBm(150kHz～18GHz)	U=0.30dB		2026-10-08
		频谱纯度		(-120～0)dBc(250kHz～26.5GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		调幅深度		5%～99%(f_c:0.25MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～50kHz)	U_{rel}=1.2%～1.8%		2026-10-08
		调频频偏		(1～400)kHz(f_c:0.25MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～200kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		调相相偏		(1～400)rad(f_c:0.25MHz～1.3GHz, f_m:200Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		波形质量因数（Rho）		0.8～1.0(250kHz～26.5GHz)	U=0.0012		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		均方根误差矢量幅度		0.3%～10%(250kHz～26.5GHz)	U=0.7%		2026-10-08
		均方根幅度误差		0.5%～10%(250kHz～26.5GHz)	U=0.7%		2026-10-08
		均方根相位误差		0.2°～15°(250kHz～26.5GHz)	U=0.6°		2026-10-08
		FSK 误差		0.01%～5%(250kHz～26.5GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		调制解调失真		0.001%～30% (5Hz～110kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		脉冲调制通断比		0dB～100dB (150kHz～1.3GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		内调制信号电平		10mV～10V (10Hz～200kHz)	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
		内调制频率		10Hz～200kHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
10	*信号发生器	晶振频率	信号发生器校准规范 JJF 1931	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		频率		5kHz～26.5GHz	U_{rel}=1×10^{-6}～6×10^{-9}		2026-10-08
		电平		(-120～-60)dBm(150kHz～1.3GHz)	U=0.38dB		2026-10-08
				(-60～20)dBm(150kHz～18GHz)	U=0.30dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		调幅深度		1%～5%(f_c:0.15MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				5%～99%(f_c:0.15MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		调频频偏		0.1kHz～400kHz(f_c:0.15MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		谐波		(-100～-25)dBc（9kHz～26.5GHz）	U=(1.1～1.6)dB		2026-10-08
		调相相偏		0.1rad～400rad(f_c:0.15MHz～1.3GHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		调制解调失真		0.001%～30%(5Hz～110kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		脉冲调制通断比		0dB～100dB (150kHz～1.3GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		内调制信号电平		100mV～10V (10Hz～200kHz)	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
		内调制频率		10Hz～200kHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
11	*矢量网络分析仪	频率	矢量网络分析仪校准规范 JJF 1495	9kHz～20GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		内部信号源功率		(-120～ 0)dBm(150kHz～1.3GHz)	U=0.50dB		2026-10-08
				(-50～20)dBm(150kHz～18GHz)	U=0.30dB		2026-10-08
		散射参数（反射系数模值）		0～1(45MHz～18GHz)	U=0.015		2026-10-08
		串扰		(-150～-70)dB(9kHz～18GHz)	U=1.1dB		2026-10-08
		扫迹噪声		(0～0.1)dB(9kHz～18GHz)	U=0.002dB		2026-10-08
				(0～1)° (9kHz～18GHz)	U=0.01°		2026-10-08
		本底噪声		(-140～-60)dBm	U=2.3dB		2026-10-08
		散射参数（两端口散射参数S12/S21模值）		(0～70)dB(9kHz～18GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		散射参数（两端口散射参数S12/S21相位）		0° ～180° (45MHz～18GHz)	U=2°		2026-10-08
		模值动态准确度		(0～40)dB(9kHz～18GHz)	U=0.018dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				50dB(9kHz～18GHz)	U=0.012dB		2026-10-08
				60dB(9kHz～18GHz)	U=0.014dB		2026-10-08
				70dB(9kHz～18GHz)	U=0.022dB		2026-10-08
				80dB(9kHz～18GHz)	U=0.026dB		2026-10-08
				90dB(9kHz～18GHz)	U=0.21dB		2026-10-08
				100dB(9kHz～18GHz)	U=0.28dB		2026-10-08
12	*调制度测量仪	调幅度	调制度测量仪校准规范 JJF 1111	1%～10%(f_c:0.15MHz～1.3GHz，f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				(10～99)%,(载频频率:150kHz～1.3GHz，调制频率:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		调频频偏		(0.1～200)kHz(f_c:0.15MHz～1.3GHz，f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				(200～400)kHz(f_c:0.15MHz～1.3GHz，f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
13	*频谱分析仪	参考频率	频谱分析仪校准规范 JJF 1396	10MHz	$U_{rel}=7\times10^{-7}$		2026-10-08
		频率		1kHz～26.5GHz	$U_{rel}=4\times10^{-7}$		2026-10-08
		校准信号电平		(-30～0)dBm(50MHz～200MHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		扫频宽度		1kHz～26.5GHz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		参考电平		(-90～10)dBm(10MHz～18GHz)	U=(0.4～0.6)dB		2026-10-08
		分辨力带宽		1Hz～10MHz	U_{rel}=5%		2026-10-08
		噪声边带		-140dBc/Hz～-30dBc/Hz(f_0:10MHz～26.5MHz, Δf:100Hz～1MHz)	U=1.4dB		2026-10-08
		垂直显示刻度		(0～70)dB	U=0.22dB		2026-10-08
		绝对幅度		(-50～0)dBm	U=0.22dB		2026-10-08
		输入频响		(-5～5)dB(250kHz～18GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		输入衰减器转换影响		(-5～5)dB(10MHz～18GHz)	U=0.34dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分辨率带宽转换对幅度测量的影响		-3dB～3dB(RBW:1Hz～30MHz，f_c:9kHz～18GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		剩余调频		(0.1～50)Hz(9kHz～26.5GHz)	U=2Hz		2026-10-08
		剩余响应		(-150～-80)dBm(100kHz～18GHz)	U=3.4dB		2026-10-08
		镜像响应		(-130～-70)dBc(10MHz～18GHz)	U=3.7dB		2026-10-08
		扫描时间		1ms～2000s(9kHz～26.5GHz)	U_{rel}=1.4×10^{-6}		2026-10-08
		显示平均噪声电平		-160dBm～-90dBm(9kHz～18GHz)	U=1.1dB		2026-10-08
		谐波失真		(-80～-20)dBc(9kHz～26.5GHz)	U=(0.6～2.8)dB		2026-10-08
		三阶交调失真		(-100～-50)dBc(10MHz～18GHz)	U=2.8dB		2026-10-08
		增益压缩		(0～1)dB(9kHz～18GHz)	U=0.5dB		2026-10-08
		电压驻波比		1.001～5.0(1MHz～6GHz)	U=0.020		2026-10-08
14	*音频分析仪	交流电压测量	音频分析仪校准规范 JJF 1395	10mV～30V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.2%～0.46%		2026-10-08
		频率测量		10Hz～200kHz	U_{rel}=1×10^{-5}～1×10^{-6}		2026-10-08

国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真度测量		0.01%～0.05%(10Hz～10kHz)	U_{rel}=8.2%		2026-10-08
				0.05%～0.1%(10Hz～50kHz)	U_{rel}=3.5%		2026-10-08
				0.1%～0.3%(10Hz～200kHz)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
				0.3%～30%(10Hz～200kHz)	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
		输出频率		10Hz～200kHz	U_{rel}=3×10^{-6}		2026-10-08
		输出电平		10mV～20V(10Hz～200kHz)	U_{rel}=0.20%～0.32%		2026-10-08
		数字正弦波波形失真		0.01%～1% (10Hz～200kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
15	*无线局域网测试仪	参考晶体振荡器频率	无线局域网测试仪校准规范 JJF 1277	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出频率		2.4GHz～6GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出电平		-60dBm～0dBm(2.4GHz～6GHz)	U=0.24dB～0.36dB		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～0)dBc(1.2GHz～18GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		数字调制信号质量参数		EVM(rms):0.5%～10%(2.4GHz～6GHz)	U=1.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				频率误差:(-100～+100)kHz(2.4GHz～6GHz)	U=10Hz		2026-10-08
				符号时钟误差:(-100～+100)×10^{-6}(2.4GHz～6GHz)	U=1.2×10^{-6}		2026-10-08
		功率测量		(-50～10)dBm(2.4GHz～6GHz)	U=0.24dB～0.47dB		2026-10-08
		数字解调分析质量参数		EVM:(0.5%～10%)(2.4GHz～6GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				频率误差:(-100～+100)kHz(2.4GHz～6GHz)	U=10Hz		2026-10-08
		射频端口电压驻波比		1.001～4(2.4GHz～6GHz)	U=0.020		2026-10-08
16	标准电容器	电容	标准电容器检定规程 JJG 183	10 pF～1nF(1kHz～1MHz)	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				1nF～100nF(1kHz～1MHz)	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
				100nF～1mF(100Hz～1kHz)	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
17	标准电感器	电感	标准电感器检定规程 JJG 726	10μH～10 mH(1kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
				10mH～1H(1kHz)	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
18	*宽量程数字 RLC 测量仪	电感	宽量程数字 RLC 测量仪检定规程 GJB 8817	0.1mH～1H(1kHz)	U_{rel}=1.2%～0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1H～10H(100Hz)	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		电容		1pF～1000pF(100Hz～1MHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				1nF～100nF(100Hz～1MHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				100nF～1000μF(1kHz、100Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		电阻		0.1Ω～1Ω(100Hz～10kHz)	U_{rel}=3%		2026-10-08
				1Ω～10Ω(100Hz～10kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				10Ω～100Ω(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				100Ω～1kΩ(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				1kΩ～100kΩ(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		频率		10Hz～10MHz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		损耗因数		0～0.1(100Hz～10kHz)	U=0.0007		2026-10-08
				0.1～1(100Hz～10kHz)	U=0.002		2026-10-08
		输出电平		10mV～10V,100Hz～1MHz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
19	*低频电压表	交流电压	低频电压表校准规范 JJF 1925	(10～300)mV(20Hz～1MHz)	U_{rel}=0.5%～2%		2026-10-08
				300mV～100V(20Hz～20kHz)	U_{rel}=0.4%～2%		2026-10-08
				300mV～30V(20kHz～50kHz)	U_{rel}=0.6%～3%		2026-10-08
				100V～300V(60Hz～10kHz)	U_{rel}=2%		2026-10-08
				10mV～3V(20Hz～30MHz)	U_{rel}=0.5%～3%		2026-10-08
20	*低频信号发生器	频率	低频信号发生器检定规程 JJG 602	10Hz～1MHz	U_{rel}=4×10^{-7}		2026-10-08
		电压		10mV～300V(10Hz～1kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
				10mV～300V(1kHz～100kHz)	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
				10mV～300V(100kHz～300kHz)	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		衰减		(0～70)dB(20Hz～100kHz)	U=0.2dB		2026-10-08
		失真		(0.03～2)%(20Hz～100kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
21	*函数信号发生器	频率	函数发生器检定规程 JJG 840	10Hz～200MHz	U_{rel}=3.7×10^{-6}～1×10^{-5}		2026-10-08
		幅度		10mV～10V(20Hz～300kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电压		±(0.1～20)V	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		失真		(0.03～2)%(1kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
		过冲		(0～20)%	U=0.5%		2026-10-08
		脉冲空度比		1%～99%	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
22	*超声探伤仪	衰减	超声探伤仪检定规程 JJG 746	(0.5～60)dB(500kHz～15MHz)	U=0.1dB		2026-10-08
		幅值线性		0.1%～10%	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		时基线性		0.1%～5.0%	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
23	*晶体管特性图示仪	电压	半导体管特性图示仪校准规范 JJF 1236	10 mV～1000 V	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		电流		100μA～10A	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电阻		100Ω～1MΩ	U_{rel}=0.015%		2026-10-08
24	*数字示波器	垂直偏转系数	数字存储示波器校准规范 JJF 1057	1mV/div～20V/div	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		水平扫描时间		2ns/div～5s/div	U_{rel}=0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频带宽度		250kHz～18GHz	U_{rel}=5%		2026-10-08
		输入电阻		50Ω～1MΩ	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		上升时间		1ns～100ns	U_{rel}=6.8%		2026-10-08
		校准信号频率		100Hz～1MHz	U_{rel}=3×10^{-5}		2026-10-08
		校准信号幅度		50mV～10V(100Hz～200kHz)	U_{rel}=0.35%		2026-10-08
				50mV～10V(200kHz～1MHz)	U_{rel}=0.36%		2026-10-08
25	*模拟示波器	垂直偏转系数	模拟示波器检定规程 JJG 262	1mV/div～20V/div	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		水平扫描时间		2ns/div～5s/div	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		频带宽度		250kHz～1GHz	U_{rel}=5%		2026-10-08
		输入电阻		50Ω～1MΩ	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		上升时间		1ns～100ns	U_{rel}=6.8%		2026-10-08
		校准信号频率		100Hz～1MHz	U_{rel}=3×10^{-5}		2026-10-08
		校准信号幅度		50mV～10V(100Hz～200kHz)	U_{rel}=0.35%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				50mV～10V(200kHz～1MHz)	U_{rel}=0.36%		2026-10-08
26	*任意波形信号发生器	幅度	任意波发生器校准规范 JJF 1152	10mV～10V(20Hz～300kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		频率		10Hz～200MHz	U_{rel}=3.7×10^{-6}～1×10^{-5}		2026-10-08
		调幅		5%～98%(f_c:0.15MHz～1MHz, f_m:1kHz)	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
		调频		(1～400)kHz(f_c:0.15MHz～1MHz, f_m:1kHz)	U_{rel}=2.3%		2026-10-08
		失真		0.03%～2%(1kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		上升时间		1ns～10μs	U_{rel}=5.0%		2026-10-08
27	*射频阻抗/材料分析仪	频率	射频阻抗/材料分析仪校准规范 JJF 1127	1MHz～3GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
		电平		(-60～20)dBm(1MHz～3GHz)	U=0.2dB		2026-10-08
		阻抗		1Ω～50kΩ(1MHz～3GHz)	U_{rel}=0.5%～3%		2026-10-08
		直流偏置电压		±(10mV～40V)	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
28	*TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪	参考频率	TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1204	10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		输出频率		30MHz～2.7GHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输出电平		(-60～-10)dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.30dB		2026-10-08
				(-120～-60)dBm(30MHz～1.3GHz)	U=0.38dB		2026-10-08
		频谱纯度		(-100～0)dBc(10kHz～6GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		单边带相位噪声		(-70～-120)dBc/Hz(30MHz～2.7GHz)	U=1.0dB		2026-10-08
		误差矢量幅度(信号发生器部分)		0.1%～20%(30MHz～2.7GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		波形质量因数(信号发生器部分)		0.8～1.0(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		频率误差(信号发生器部分)		(-7～7)kHz(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-10-08
		占用带宽(信号发生器部分)		(1～2)MHz(30MHz～2.7GHz)	U_{rel}=1.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		邻道功率比(信号发生器部分)		(20～60)dB(30MHz～2.7GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		码域功率(信号发生器部分)		(20～60)dB(30MHz～2.7GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		相位误差(信号发生器部分）		0.01°～15°(30MHz～2GHz)	U=1°		2026-10-08
		电平(信号分析仪部分）		(-50～10)dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.36dB		2026-10-08
		误差矢量幅度（信号分析仪部分）		0.1%～20%(30MHz～2.7GHz)	U=0.6%		2026-10-08
		波形质量因数（信号分析仪部分）		0.8～1.0(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-10-08
		频率误差（信号分析仪部分）		(-7～7)kHz(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相位误差(信号分析仪部分)		0.01° ～15°(30MHz～2GHz)	U=1°		2026-10-08
		输出频率准确度(音频信号发生单元)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-6}		2026-10-08
		输出电压(音频信号发生单元)		10mV～10V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		频率准确度(音频分析单元)		10Hz～50kHz	U_{rel}=1.0×10^{-5}		2026-10-08
		电压(音频分析单元)		10mV～10V(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电压驻波比		1.001～4(30MHz～2.7GHz)	U=0.020		2026-10-08
29	*电视视频信号发生器	亮度电平	电视视频信号发生器校准规范 JJF 1235	(10～700)mV	U_{rel}=2%		2026-10-08
		色度电平		(10～700)mV	U_{rel}=2%		2026-10-08
		相位		(0.1～360)°	U=1°		2026-10-08

国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		脉冲宽度		1μs～1ms	U_{rel}=1%		2026-10-08
		驱动信号频率		10Hz～5MHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-10-08
		驱动信号幅度		(0.01～10)V(10Hz～5MHz)	U_{rel}=2.2%		2026-10-08
30	*人工电源网络	阻抗	人工电源网络校准规范 JJF 1705	(4～60)Ω(9kHz～108MHz)	U_{rel}=7%		2026-10-08
		分压系数		(-15～0)dB(9kHz～108MHz)	U=0.34dB		2026-10-08
		相角		(-90～90)°(9kHz～108MHz)	U=2.8°		2026-10-08
31	*交流电阻箱	交流电阻	交流电阻箱校准规范 JJF1636	1Ω～1MΩ(50Hz～10kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
32	*逻辑分析仪	门限电平	逻辑分析仪校准规范 JJF 2274	(-10～+10)V	U=0.003V		2026-10-08
		最小脉冲宽度		7ns～50μs	U=0.04 ns		2026-10-08
		数据建立/保持时间		180ps～10ns	U=0.04 ns		2026-10-08
33	*射频传导抗扰度耦合/去耦网络	受试设备(EUT)端共模阻抗模值	射频传导抗扰度耦合/去耦网络校准规范 JJF 2079	(50～300) Ω(0.15～300) MHz	U=8.5Ω		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		150Ω/50Ω 适配器对插入损耗		9.5dB	U=0.2dB		2026-10-08
		耦合系数		(-20～0)dB(0.15～230)MHz	U=0.5dB		2026-10-08
		去耦衰减		(20～60)dB(0.15～230)MHz	U=0.5dB		2026-10-08
34	*射频与微波功率计	参考源功率	射频与微波功率计校准规范 JJF 1885	1mW(50MHz)	U_{rel}=1.4%		2026-10-08
		校准因子		30%～130%(10MHz～1GHz)	U_{rel}=2.6%		2026-10-08
				30%～130%(1GHz～6GHz)	U_{rel}=2.8%		2026-10-08
				30%～130%(6GHz～18GHz)	U_{rel}=3.4%		2026-10-08
		线性度		(-70～20)dBm(10MHz～18GHz)	U=0.1dB		2026-10-08
		电压驻波比		1.00～2.00(50MHz～26GHz)	U=0.02		2026-10-08
35	*射频与微波衰减器	衰减	射频与微波衰减器校准规范 JJF 2092	(0～110)dB(9kHz～100MHz)	U=0.05dB		2026-10-08
				(0～110)dB(100MHz～2GHz)	U=0.07dB		2026-10-08
				(0～110)dB(2GHz～8.5GHz)	U=0.08dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电压驻波比		1.00～2.00(50MHz～6GHz)	U=0.02		2026-10-08
36	*定向耦合器和驻波比电桥	端口回波损耗	定向耦合器及驻波比电桥校准规范 JJF 1680	(15～60)dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.2dB		2026-10-08
		插入损耗		(0.01～20)dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.12dB		2026-10-08
		反射系数测量		0.001～1(9kHz～8.5GHz)	U=0.01		2026-10-08
		耦合系数		(5～50)dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.2dB		2026-10-08
		方向性		(20～60)dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.3dB		2026-10-08
37	*射频通信测试仪	频率	射频通信测试仪校准规范 JJF 1065	10kHz～6GHz	U_{rel}=1.2×10^{-9}		2026-10-08
		晶振频率		10MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		电平		(-90～20)dBm(10kHz～6GHz)	U=0.22dB		2026-10-08
				(-120～-90)dBm(10kHz～6GHz)	U=0.35dB		2026-10-08
		调频		(0.1～400)kHz(f_c:0.15MHz～1300MHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		调幅		1%～5%(f_c:0.15MHz～1300MHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				5%～99%(f_c:0.15MHz～1300MHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		调相		0.1rad～400rad(f_c:0.15MHz～1300MHz, f_m:20Hz～100kHz)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		调制解调失真		0.001%～30%(2Hz～110kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		脉冲调制通断比		0dB～120dB (10kHz～6GHz)	U=1dB		2026-10-08
		SSB 相位噪声		-140dBc/Hz～-10dBc/Hz(f_0:0.01MHz～6GHz, Δf:10Hz～2MHz)	U=1dB		2026-10-08
		信号频谱纯度		(-120～0)dBm(10kHz～6GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		占用带宽测量		(1～200)kHz(0.01MHz～6GHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		邻信道功率比		(0～-90)dBc(0.01MHz～6GHz)	U=1.2dB		2026-10-08
		扫频宽度		100Hz～1GHz	U_{rel}=0.44%		2026-10-08
		分辨力带宽		1Hz～10MHz	U_{rel}=5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分辨率带宽转换对幅度测量的影响		-3dB～3dB(1Hz～1MHz)	U=0.2dB		2026-10-08
		参考电平		(-80～10)dBm	U=(0.4～0.6)dB		2026-10-08
		垂直显示刻度		(0～70)dB	U=0.22dB		2026-10-08
		输入频响		-3dB～3dB(0.01MHz～6GHz)	U=0.30dB		2026-10-08
		AF 频率		1Hz～50kHz	$U_{rel}=1.6\times10^{-6}$		2026-10-08
		AF 电压		0.1mV～10V(1Hz～50kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		AF 输出电压频响		1mV～5V(1Hz～50kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		AF 电压失真		(0.01～30)%(20Hz～20kHz)	U_{rel}=14%		2026-10-08
		AF 直流电压测量		50mV～100V	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		AF 信纳测量		(10～70)dB(10Hz～20kHz)	U=(0.2～0.35)dB		2026-10-08
		AF 滤波器截止频率		20Hz～300kHz	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
38	*微波二端口器件	电压驻波比	微波二端口器件校准规范 JJF(军工) 76	1.00～2.00(50MHz～6GHz)	U_{rel}=2.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		插入损耗		0～80dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		隔离度		0～80dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
		耦合度、方向性		0～60dB(9kHz～8.5GHz)	U=0.20dB		2026-10-08
39	*数字示波器	直流增益	数字示波器检定规程 GJB 7691	5mV～100V(1MΩ)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
				10mV～5V(50Ω)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		扫描时间/时基		5ns～5s	U_{rel}=2.8×10^{-6}		2026-10-08
		频带带宽		50kHz～18GHz	U=(0.5～2)dB		2026-10-08
		上升时间		300ps～1μs	U=0.12ns		2026-10-08
		校准信号频率		5Hz～300kHz	U_{rel}=3×10^{-5}		2026-10-08
		校准信号幅度		10mv～10V	U_{rel}=0.35%		2026-10-08
		输入电阻		50Ω～1MΩ	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
40	*数字电视测试信号发射机	载波频率	数字电视测试信号发射机校准规范 JJF 1924	(45～3000)MHz	U_{rel}=6×10^{-9}		2026-10-08
		正弦波连续波电平		(-120～-50) dBm	U=0.50dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(-50～20) dBm	U=0.35dB		2026-10-08
		单边相位噪声		-150dBc/Hz～-50dBc/Hz(f_0:45MHz～3GHz，Δf:10Hz～2MHz)	U=1.1dB		2026-10-08
		谐波		(-100～-20)dBc(45MHz～10GHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		非谐波		(-130～-20)dBc(45MHz～10GHz)	U=0.9dB		2026-10-08
		调制波频率偏差		45MHz～3GHz	U=12Hz		2026-10-08
		调制波带内功率		(-70～20) dBm	U=1.0dB		2026-10-08
		调制误差比(MER)		(22～37) dB	U=1.0dB		2026-10-08
				(37～51) dB	U=3.4dB		2026-10-08
		误差矢量幅度(EVM)		0.01%～1.2%	U=0.24%		2026-10-08
				1.2%～2%	U=0.12%		2026-10-08
				2%～8%	U=0.24%		2026-10-08
		信噪比(SNR)		(18～30)dB	U=0.29dB		2026-10-08
				(30～55)dB	U=0.46dB		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		载波抑制		(25～45) dB	U=1.3dB		2026-10-08
				(45～60)dB	U=3.5dB		2026-10-08
		幅度不平衡		0.001%～5%	U_{rel}=0.52%		2026-10-08
		相位误差(正交误差)		0°～5°	U=0.11°		2026-10-08
41	音波式皮带张力计	频率	音波式皮带张力计校准规范 JJF 1216	10Hz～5kHz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
42	*宽带同轴噪声发生器	超噪比	宽带同轴噪声发生器校准规范 JJF 1442	10MHz～26.5GHz(1～30)dB	U=0.47dB		2026-10-08
43	*电感箱	电感	电感箱校准规范 JJF 2238	10μH～10H(1kHz)	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
44	*电容箱	电容	电容箱校准规范 JJF 2237	10 pF～1000pF (1kHz～1MHz)	U_{rel}=(0.1～0.18)%		2026-10-08
				1nF～1000nF (100Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.1～0.18)%		2026-10-08
				1μF～1mF (100Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.1～0.3)%		2026-10-08
时间和频率测量仪器							
1	*时间继电器	延时整定	时间继电器校准规范 JJF 1282	电子式时间继电器(0.01～9999)s	U=0.01s		2026-10-08
				机械式时间继电器(0.1～3600)s	U=0.6s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	瞬时日差测量仪	瞬时日差	瞬时日差测量仪检定规程 JJG 488	（-99.99～99.99）s	U=0.01s		2026-10-08
		瞬时月差		（-999.9～999.9）s	U=0.6s		2026-10-08
		内置晶体振荡器频率		1MHz,2MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=2\times10^{-10}$		2026-10-08
3	通用计数器	频率偏差	通用计数器校准规范 JJF 2196	1MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-11}$		2026-10-08
		开机特性		1MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		1s 频率稳定度		1MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		频率准确度		1MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		日老化率		1MHz,5MHz,10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		频率测量		10Hz～18GHz	$U_{rel}=1.1\times10^{-11}$		2026-10-08
		周期测量		1ns～10s	$U=5.8\times10^{-11}$s		2026-10-08
		时间间隔测量		2ns～10s	$U_{rel}=7\times10^{-9}$		2026-10-08
4	秒表	时间间隔	秒表校准规范 JJF 2195	电子秒表：（1～3600）s	U=0.01s		2026-10-08
				电子秒表日差:-5s～5s	U=0.02s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				机械秒表：（1～3600）s	U=0.1s		2026-10-08
				指针式电秒表：（1～600）s	U=0.05s		2026-10-08
				数字式电秒表：1ms～600s	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
5	电子测量仪器内石英晶体振荡器	相对频率偏差	电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范 JJF 1984	5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		日老化率		5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		1s 频率稳定度		5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
6	*脉冲计数器	内置时基	脉冲计数器校准规范 JJF 1686	1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=5\times10^{-9}$		2026-10-08
		脉冲计数		1～1000000	U=1.6		2026-10-08
7	*枪弹测速仪	测速间距	枪弹测速仪校准规范 JJF 1808	200mm～2000mm	U=0.4mm	只做模拟法	2026-10-08
		速度		10m/s～1000m/s	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
8	*频率表	频率	频率表检定规程 JJG 603	10Hz～10kHz	$U_{rel}=2.0\times10^{-4}$		2026-10-08
9	时间间隔测量仪	相对频率偏差	时间间隔测量仪检定规程 JJG 238	1MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		开机特性		1MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率复现性		1MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		时间间隔/脉冲宽度		10ns～10ms	U=1.0ns		2026-10-08
				10ms～10s	U=6.0ns		2026-10-08
				10s～100s	U=15ns		2026-10-08
10	*在线计时器	时间间隔	在线计时器校准规范 JJF(辽) 492	(1～18000)s	U=1s		2026-10-08
11	*时间继电器测试仪	时间	时间继电器测试仪校准规范 JJF 1400	1ms～10ms	U=1.1μs		2026-10-08
				10ms～9999s	U=1.1ms		2026-10-08
		频率		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2026-10-08
		交流电压		（10～400）V	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		直流电压		（10～400）V	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		失真度		(0.001～10)% 20Hz～20kHz	U_{rel}=14%		2026-10-08
		纹波系数		0.01%～5%	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
光学测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*雾度计	雾度	雾度计校准规范 JJF 1303	1～30	U=0.50		2026-10-08
		透射比		0.920～0.950	U=0.010		2026-10-08
2	*测色色差计	色度	测色色差计检定规程 JJG 595	Y：1.0～100	U=1.3		2026-10-08
				x，y：0～1	U=0.009		2026-10-08
3	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG 512	60～95	U=1.2		2026-10-08
4	*阿贝折射仪	折射率	阿贝折射仪检定规程 JJG 625	1.4～1.7	U=6.5×10^{-5}		2026-10-08
		平均色散		0.007～0.021	U=7×10^{-5}		2026-10-08
5	*反射式光密度计	光密度	反射式光密度计校准规范 JJF 1492	0.00～2.00	U=0.03		2026-10-08
6	*通信用光功率计	光功率	通信用光功率计检定规程 JJG 965	(-50～0)dBm，(1310nm、1550nm)	U=0.4dB	只测光电型光功率计	2026-10-08
7	*澄明度检测仪	光照度	澄明度检测仪校准规范 JJF 1287	(1000～4000)lx	U_{rel}=11%		2026-10-08
		时间		15s、20s	U=0.3s		2026-10-08
8	紫外辐射照度计	紫外辐射照度	紫外辐射照度计检定规程 JJG 879	UV-A1:(5～40)mW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-10-08
				UV-B:(50～200) μW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				UV-C:(50～160) μW/cm²	U_{rel}=15%		2026-10-08
9	光照度计	照度	光照度计检定规程 JJG 245	(5～50) lx	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
				(50～3000) lx	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
10	亮度计	亮度	亮度计检定规程 JJG 211	(10～1000)cd/m²	U_{rel}=2.5%	不做亮度源法，不测遮光筒亮度计。	2026-10-08
		色度		x，y:0～1	U=0.02		2026-10-08
11	*漫透射视觉密度计	透射密度	漫透射视觉密度计检定规程 JJG 920	D: 0.0～5.0	U=0.02		2026-10-08
12	色温表	色温	色温表校准规范 JJF 2100	(2000～3400)K	U=20K		2026-10-08
				(3400～9500)K	U=1.2×10²K		2026-10-08
13	*积分球光色综合测试系统	波长	积分球光色综合测试系统校准规范 JJF(陕)082	(400～765)nm	U=0.2nm		2026-10-08
		光通量		(450～5000) lm	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
		色度		x，y: (0.4～0.5)	U=0.002		2026-10-08
		平均色温		2356K、2795K、2856K	U=18K		2026-10-08
14	*紫外分析仪	波长	紫外分析仪校准规范 JJF 1936	(250～380)nm	U=1.3nm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		紫外辐射照度		(30～1000) μW/cm²	U_{rel}=12%		2026-10-08
15	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF 1689	数显仪器：(1～100)PCU	U=1PCU		2026-10-08
				目视仪器：(1～100)PCU	U=9PCU		2026-10-08
16	*镜像光泽度计和光泽度板	光泽度	镜像光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696	(0.1～120.0)GU	U=1.5GU	只测工作光泽度计和光泽度板	2026-10-08
17	紫外曝辐射量表	曝辐射量	紫外曝辐射量表校准规范 JJF 2130	(10～3000)mJ/cm²	U_{rel}=19%		2026-10-08
18	*反射率测定仪	反射率	反射率测定仪校准规范 JJF 1232	Y：50～100	U=1.3	不校准工作用白标准版和工作用黑标准板	2026-10-08
19	*铂-钴色度仪	铂-钴色度	铂-钴色度仪校准规范 JJF 1947	(1～500)PCU	U_{rel}=3%		2026-10-08
20	标准色板	色度	标准色板检定规程 JJG 453	Y：0.01～100	U=1.4	只做反射标准色板，仅测 d/0，不做光谱光度计法	2026-10-08
				x，y：0.01～0.80	U=0.010		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	干涉滤光片	波长	干涉滤光片检定规程 JJG 812	(340～650)nm	U=0.5nm		2026-10-08
		透射比		0.05～0.35	U=0.007		2026-10-08
22	分辨力板	长度	分辨力板检定规程 JJG 827	(0～20)mm	U=2.6μm	只测 A1-A5 号板	2026-10-08
热学测量仪器							
1	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG205	（5～50）℃	U=0.6℃		2026-10-08
		相对湿度		30%～95%（20℃）	U=2.0%		2026-10-08
2	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	（5～50）℃	U=0.3℃		2026-10-08
		相对湿度		10%～95%（20℃）	U=1.1%～1.5%		2026-10-08
3	*数字温度指示调节仪	温度	数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617	配热电偶：（-200～1300）℃	U=0.4℃		2026-10-08
				配热电阻：(-200～800)℃	U=0.2℃		2026-10-08
4	*工业过程测量记录仪	温度	工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74	(-200～1300）℃	U=1.2℃		2026-10-08
5	温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	温度（不带传感器）：(-200～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
				温度（不带传感器）：(300～1800)℃	U=(0.3～0.6)℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				温度（带传感器）：(-80～300)℃	U=(0.03～0.10)℃		2026-10-08
				温度（带传感器）：(300～1100)℃	U=(0.10～0.60)℃		2026-10-08
6	工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	(-80～0)℃	U=0.05℃		2026-10-08
				(0～50)℃	U=0.06℃		2026-10-08
				(50～300)℃	U=0.07℃		2026-10-08
7	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	(300～1000) ℃	U=2.0℃		2026-10-08
8	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF (浙)1120	(室温～150)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		压力		(0～500)kPa	U=1.6 kPa		2026-10-08
9	*盐雾试验箱	温度	盐雾试验箱校准规范 JJF 2168	(20～80)℃	U=0.22℃		2026-10-08
		沉降率		(1.0～2.0)mL/(h•80cm^2)	U=0.05mL/(h•80cm^2)		2026-10-08
10	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	(-80～300)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		相对湿度		10%～95%	U=1.6%		2026-10-08
11	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	（-80～-30）℃	U=0.10℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（-30～100）℃	U=0.08℃		2026-10-08
				（100～300）℃	U=0.12℃		2026-10-08
12	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	(-40～300)℃	U=0.6℃		2026-10-08
				(300～1100)℃	U=1.0℃		2026-10-08
13	工作用铜-铜镍热电偶	温度	工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368	(-80～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
14	*温度校准仪	温度	温度校准仪校准规范 JJF1309	配热电偶：（-200～1300）℃	U=0.4℃		2026-10-08
				配热电阻：（-200～850）℃	U=0.2℃		2026-10-08
15	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	(-40～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
				(300～1100)℃	U=0.8℃		2026-10-08
16	*模拟式温度指示调节仪	温度	模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG 951	配热电偶：（-200～1300）℃	U=（0.4～0.9）℃		2026-10-08
				配热电阻：(-200～800)℃	U=0.5℃		2026-10-08
17	工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG 856	（-15～50）℃	U=1.2℃		2026-10-08
				(50～500)℃	U=1.5℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(500～1200)℃	U=3.0℃		2026-10-08
18	热像仪	温度	热像仪校准规范 JJF 1187	（-15～50）℃	U=1.2℃		2026-10-08
				(50～500)℃	U=1.5℃		2026-10-08
				(500～1200)℃	U=3.0℃		2026-10-08
19	*恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030	均匀性：(-80～300)℃	U=0.004℃		2026-10-08
				波动性：(-80～300)℃	U=0.006℃		2026-10-08
20	*淋雨试验设备	降雨强度	淋雨试验设备校准规范 JJF（军工）17	(102±10.2)mm/h	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		风速		(18±1.8)m/s	U_{rel}=4%		2026-10-08
		长度		雨滴直径：(0.5～6)mm	U=0.1mm～0.3mm		2026-10-08
21	数字温度计	温度	数字温度计校准规范 JJF(苏)95	(-80～300)℃	U=0.03℃		2026-10-08
				(300～1000)℃	U=0.8℃		2026-10-08
22	温湿度巡回检测仪	温度	温湿度巡回检测仪校准规范 JJF 1171	(-80～300)℃	U=0.05℃		2026-10-08
				(300～1000)℃	U=0.7℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		10%～95%（20℃）	U=(0.8～1.6)%		2026-10-08
23	*干体式温度校准器	温度	干体式温度校准器校准方法 JJF 1257	(-80～400)℃	U=0.4℃		2026-10-08
				(400～1100)℃	U=0.7℃		2026-10-08
24	温度数据采集仪	温度	温度数据采集仪校准规范 JJF 1366	内置传感器:(-30～150)℃	U=0.08℃		2026-10-08
				外置传感器:(-80～300)℃	U=0.08℃		2026-10-08
				外置传感器:(300～500)℃	U=0.8℃		2026-10-08
25	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF 1664	配热电偶：（-200～1300）℃	U=0.4℃		2026-10-08
				配热电阻：(-200～800)℃	U=0.2℃		2026-10-08
26	*无纸记录仪	温度	无纸记录仪检定规程 JJG（京）36	配热电偶：（-200～1300）℃	U=0.4℃		2026-10-08
				配热电阻：(-200～800)℃	U=0.2℃		2026-10-08
27	*电子防潮柜	温度	电子防潮柜湿度、温度偏差校准规范 JJF（鄂）118	(10～35)℃	U=0.5℃		2026-10-08
		相对湿度		5%～60%	U=1.6%		2026-10-08
28	*沙尘试验设备	温度	沙尘试验设备校准规范 JJF(军工）18	(0～100)℃	U=0.3℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		10%～95%	U=1.5%		2026-10-08
		沙尘沉降速率		(6±1)g/(m²·d)	U_{rel}=5%		2026-10-08
		沙尘浓度		(0.28±0.1)g/m³	U=0.03g/m³		2026-10-08
				(1.1±0.3)g/m³	U=0.08g/m³		2026-10-08
				(2.2±0.5)g/m³	U=0.16g/m³		2026-10-08
				(10.6±7)g/m³	U=0.8g/m³		2026-10-08
		风速		(1.5±1)m/s	U=0.4 m/s		2026-10-08
				(8.9±1.2)m/s	U=0.5 m/s		2026-10-08
				(18～29)m/s	U_{rel}=4%		2026-10-08
29	*干体式消解实验仪	温度	干体式消解实验仪检定规程 JJG(粤) 029	(室温～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
30	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF 1909	(-80～300)℃	U=0.5℃		2026-10-08
31	双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF 1908	(-80～300)℃	U=0.4℃		2026-10-08
32	短型廉金属热电偶	温度	短型廉金属热电偶校准规范 JJF 1991	(-40～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(300～1000)℃	U=0.8℃		2026-10-08
33	玻璃体温计	温度	玻璃体温计检定规程 JJG 111	(30～43)℃	U=0.05℃		2026-10-08
34	医用电子体温计	温度	医用电子体温计检定规程 JJG 1162	(30～43)℃	U=0.05℃		2026-10-08
35	热敏电阻测温仪	温度	热敏电阻测温仪校准规范 JJF 1379	(-50～200)℃	U=0.08℃		2026-10-08
36	*真空干燥箱	温度	真空干燥箱校准规范 JJF(闽)1093	(-30～135)℃	U=0.6℃		2026-10-08
		压力		(-0.1～0)MPa	U=0.7kPa		2026-10-08
37	*空气热老化试验箱	温度	空气热老化试验箱校准规范 JJF(蒙)038	(室温～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		换气次数		(8～20)次/小时	U=2 次/小时		2026-10-08
38	测量人体温度的红外温度计	温度	测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF 1107	（30～42）℃	U=0.1℃		2026-10-08
39	*温度、湿度、振动综合环境试验系统	温度	温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 JJF 1270	（-70～200）℃	U=0.3℃		2026-10-08
		温度变化速率		（0.5～60）℃/min	U=0.4℃/min		2026-10-08
		相对湿度		10%～95%	U=1.6%		2026-10-08
		振动加速度		（5～1000）m/s^2 （10～5000）Hz	U_{rel}=3.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		风速		（0.5～29）m/s	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
40	*温湿度标准箱	温度	温湿度标准箱校准规范 JJF 1564	(5～50)℃（均匀性）	U=0.1℃		2026-10-08
				(0.1～5)℃/min(变化率)	U=0.06℃/min		2026-10-08
				(5～50)℃（波动度）	U=0.06℃		2026-10-08
		相对湿度		5%～95%（均匀度）	U=0.6%		2026-10-08
				(0.1～5.0)%/min（变化率）	U=0.6%/min		2026-10-08
				5%～95%（波动度）	U=0.3%		2026-10-08
41	*恒温恒湿实验室环境参数	温度	恒温恒湿实验室环境参数校准规范 JJF 2058	(15～30)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		相对湿度		30%～80%	U=1.6%		2026-10-08
		照度		(50～1000)lx	U=(2.3～47)lx		2026-10-08
		风速		(0.1～10)m/s	U=(0.04～0.63)m/s		2026-10-08
		噪声		(0～100)dB	U=0.6dB		2026-10-08
		静压差		(0.1～50)Pa	U=1Pa		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		空气洁净度		(1～3.52×10^7)个/m^3	U_{rel}=13%		2026-10-08
42	标准水银温度计	温度	标准水银温度计检定规程 JJG 161	(-60～100)℃	U=0.05℃		2026-10-08
				(100～200)℃	U=0.06℃		2026-10-08
				(200～300)℃	U=0.08℃		2026-10-08
43	温湿度变送器	温度	温湿度变送器校准规范 JJF(新)07	(5～50)℃	U=0.4℃		2026-10-08
		相对湿度		30%～95%	U=1.6%		2026-10-08
44	*光伏组件用紫外老化箱	辐射照度	光伏组件用紫外老化箱校准规范 JJF 2062	（0.001～199.9）mW/cm^2	U_{rel}=13%		2026-10-08
45	*崩解时限测试仪	温度	崩解时限测试仪校准规范 JJF 1449	(0～50)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		长度		（0～100）mm	U=0.1mm		2026-10-08
		崩解时间		（1～600）s	U_{rel}=11%		2026-10-08
		频率		（20～40）次/分	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		时间		（1～600）s	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
46	*生物人工气候箱	温度	生物人工气候箱校准规范 JJF(浙)1102	(5～40)℃	U=0.15℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		50%～95%	U=1.6%		2026-10-08
		光照度		(50～5000)lx	U_{rel}=5%		2026-10-08
47	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	温度偏差:(-80～300)℃	U=0.24℃		2026-10-08
				温度均匀度:(-80～300)℃	U=0.02℃		2026-10-08
				温度波动度:(-80～300)℃	U=0.10℃		2026-10-08
48	*烙铁温度计	温度	烙铁温度计校准规范 JJF 1629	(50～600)℃	U=(1.0～1.4)℃		2026-10-08
49	*热电偶、热电阻自动测量系统	热电势	热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 JJF 1098	(0～10) mV	U=0.05μV		2026-10-08
50	*恒温加热台	温度	恒温加热台校准规范 JJF(军工) 256	(50～400)℃	U=2.5℃		2026-10-08
51	*表面温度计	温度	表面温度计校准规范 JJF 1409	(35～400)℃	U=(0.9～1.5)℃		2026-10-08
52	*表面温度源	温度	表面温度计校准规范附录D 表面温度源控温稳定性及温度均匀性测量方法 JJF 1409	控温稳定性：(35～400)℃	U=0.5℃		2026-10-08
				温度均匀性：(35～400)℃	U=0.5℃		2026-10-08
53	*表面铂电阻温度计	温度	表面铂电阻温度计校准规范 JJF 2137	(35～400)℃	U=0.8℃		2026-10-08
54	*微波消解仪	温度	微波消解仪温度参数校准规范 JJF 2143	(50～200)℃	U=0.18℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
55	*二氧化碳培养箱	温度	二氧化碳培养箱校准规范 JJF(辽) 463	(15～55)℃	U=0.10℃		2026-10-08
		二氧化碳浓度		1%～20%	U=0.26%		2026-10-08
56	*恒温培养振荡器	温度	恒温培养振荡器校准规范 JJF(辽)359	(0～100)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		振荡频率		(30～300)r/min	U=2.0r/min		2026-10-08
		振幅		(1～50)mm	U=0.06mm		2026-10-08
57	*臭氧老化试验箱	温度	臭氧老化试验箱校准规范 JJF 2051	(0～100)℃	U=0.8℃		2026-10-08
		相对湿度		5%～95%	U=2.6%		2026-10-08
		臭氧浓度		(0.1～400) μmol/mol	U_{rel}=6.0%		2026-10-08
58	*药品稳定性光照试验箱	温度	药品稳定性光照试验箱校准规范 JJF(皖)150	(5～65)℃	U=0.14℃		2026-10-08
		相对湿度		10%～90%	U=1.8%		2026-10-08
		光照度		(10～5000)lx	U_{rel}=6.0%		2026-10-08
		曝辐射量		(216～720)W·h/m^2	U_{rel}=12%		2026-10-08
59	*低气压试验箱	压力（abs）	低气压试验箱校准规范 JJF 2119	(0.1～120)kPa	U=0.11kPa		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(-80～200)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		升降压速率		（1～10）kPa/min	U=0.9kPa/min		2026-10-08
		时间		（1～3600）s	U=0.2s		2026-10-08
60	*旋转蒸发仪	温度	旋转蒸发仪校准规范 JJF(蒙) 082	温度偏差:(15～200)℃	U=0.16℃		2026-10-08
				温度波动度:（15～200）℃	U=0.02℃		2026-10-08
				温度均匀度:（15～200）℃	U=0.03℃		2026-10-08
		压力		(-90～0)kPa	U=0.36kPa		2026-10-08
		转速		(10～300)r/min	U=0.70r/min		2026-10-08
61	*大型蒸汽灭菌器	温度	大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范 JJF 2088	(0～135)℃	U=0.10℃		2026-10-08
		压力		（0～500）kPa	U=0.96kPa		2026-10-08
		时间		1s～120min	U=2s		2026-10-08
62	*氙弧灯人工气候老化试验装置	紫外辐照度	氙弧灯人工气候老化试验装置 辐射照度参数校准规范 JJF 1525	（0.9～9.5）W/m^2,(300nm～800nm)	U_{rel}=18%	不校准 水冷氙弧灯法	2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
63	矿用温度传感器	温度	矿用温度传感器检定规程 JJG(晋)15	(-10～100)℃	U=0.2℃		2026-10-08
64	电接点玻璃水银温度计	温度	电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131	(-30～0)℃	U=0.08℃		2026-10-08
				(0～100)℃	U=0.06℃		2026-10-08
				(100～300)℃	U=0.16℃		2026-10-08
65	聚合酶链反应分析仪温度校准装置	温度	聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范 JJF 1821	(0～120)℃	U=0.04℃		2026-10-08
66	*热电偶检定炉	温度	热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF 1184	(300～1100)℃	U=0.5℃		2026-10-08
67	*摆管雨淋试验装置	长度	摆管雨淋试验装置校准规范 JJF（机械)1052	（0.1～200）mm	U=0.04mm		2026-10-08
		角度		（1～360）°	U=0.2°		2026-10-08
		角速度		（0.1～360）°/s	U=0.1°/s		2026-10-08
		流量		（0.1～100）L/min	U_{rel}=0.52%		2026-10-08
68	*管式电阻炉	温度	管式电阻炉校准规范 JJF（有色金属）0016	(300～1000)℃	U=1.1℃		2026-10-08
69	*恒温金属浴	温度	恒温金属浴校准规范 JJF 2333	温度偏差：(-30～150)℃	U=0.40℃		2026-10-08
				温度波动度：(-30～150)℃	U=0.04℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				温度均匀度：(-30～150)℃	U=0.04℃		2026-10-08
70	温湿度报警器	温度	温湿度报警器校准规范 JJF 2310	外置温度传感器：(-50～100)℃	U=0.08℃		2026-10-08
				内置温度传感器：(5～50)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		相对湿度		10%～95%（20℃）	U=1.1%～1.5%		2026-10-08
电工电子电器专用测量仪器							
1	静电放电模拟器	电压	静电放电模拟器校准规范 JJF 1397	（1～30）kV	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
		放电电流		(1～30)A	U_{rel}=3.6%		2026-10-08
		上升时间		(0.5～60)ns	U_{rel}=5.5%		2026-10-08
2	*电池内阻测试仪	直流电压	电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620	(0.1～800)V	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		电阻		20mΩ～600mΩ（1kHz）	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
				600mΩ～1Ω(1kHz)	U_{rel}=2.8%		2026-10-08
				1Ω～10Ω(1kHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				10Ω～100Ω(1kHz)	U_{rel}=0.24%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100Ω～3kΩ(1kHz)	U_{rel}=0.12%		2026-10-08
3	*线缆测试仪	导通电阻	线缆测试仪校准规范 JJF 1457	(1～10)Ω	U_{rel}=0.25%		2026-10-08
				10Ω～1kΩ	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
				(1～100)kΩ	U_{rel}=0.30%		2026-10-08
		绝缘电阻		100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				(10～100)MΩ	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
				100MΩ～1GΩ	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		直流电压		(10～1000)V	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		交流电压		(10～1000)V(45～65)Hz	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		泄漏电流		(0.1～20)mA,(45～65)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电容		1pF～1μF,1kHz	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		失真		(0.01～10)%,(45～65)Hz	U_{rel}=14%		2026-10-08
4	*线圈圈数测试仪	线圈圈数	线圈圈数测量仪校准规范 JJF（浙）1065	（1～20000）T	U_{rel}=0.14%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*火花试验机	直流电压	火花试验机校准规范 JJF 2239	（1～30）kV	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		交流电压		（1～30）kV,（50Hz）	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		纹波系数		0.01%～5%	U_{rel}=3%		2026-10-08
6	*灼热丝试验仪	长度	灼热丝试验仪校准规范 JJF（津）96	(0～25)mm	U=0.004mm		2026-10-08
		显示温度		(500～1000)℃	U=0.8℃		2026-10-08
		熔点温度		960℃	U=3℃		2026-10-08
		电流		(50～150)A	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		力值		(0.5～2)N	U=0.01N		2026-10-08
7	*电线电缆用火花试验机	直流电压	电线电缆用火花试验机校准规范 JJF(机械)1047	（1～30）kV	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		交流电压		（1～30）kV,(50Hz～1MHz)	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		频率		45Hz～1MHz	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		长度		0～150mm	U=0.04mm		2026-10-08
8	*在线绕组温升测试仪	电阻	在线绕组温升测试仪校准规范 JJF 1540	0.01Ω～100kΩ	U_{rel}=0.05%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*高压开关动作特性测试仪	时间	高压开关动作特性测试仪检定规程 JJG 1120	分闸：10ms～2s	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				合闸：10ms～2s	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
				弹跳：(1～1000)ms	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
10	*直流电子负载	直流电压	直流电子负载校准规范 JJF 1462	10mV～10V	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
				（10～1000）V	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
		直流电流		1mA～10A	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
				(10～100)A	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
				(100～1000)A	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
		直流功率		1W～5.5kW	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		电阻		0.1Ω～1kΩ	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
11	*交流电子负载	交流电压	交流电子负载校准规范 JJF 2236	100mV～500V，（45～65）Hz	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～100)A，（45～65）Hz	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		电阻		2.5Ω～1kΩ（45～65）Hz	U_{rel}=0.7%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		1W～10kW，（45～65）Hz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		功率因数		0～1，（45～65）Hz	U=0.006		2026-10-08
12	*针焰试验仪	长度	针焰试验仪校准规范 JJF（桂）93	(0～200)mm	U=0.03mm		2026-10-08
		温度		(50～700)℃	U=0.7℃		2026-10-08
		角度		(0～360)°	U=0.2°		2026-10-08
		时间		(0.1～3600)s	U=0.2s		2026-10-08
13	*浪涌(冲击)模拟器	开路电压	浪涌(冲击)模拟器校准规范 JJF 1741	（0.5～20）kV	U_{rel}=3.5%		2026-10-08
		持续时间		0.5μs～1ms	U_{rel}=5.5%		2026-10-08
		短路电流		5A～10kA	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
		波前时间		1μs～10μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
14	*阻尼振荡波模拟器	振荡频率	阻尼振荡波模拟器校准规范 JJF 2016	10kHz～100MHz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		开路电压峰值		(0.1～10)kV	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
		短路电流		(1～200)A	U_{rel}=3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号重复率		(10～1000)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		电压上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		电流上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		猝发持续时间		1ms～10s	U_{rel}=2%		2026-10-08
		猝发周期		(100～500)ms	U_{rel}=2%		2026-10-08
15	*热延伸试验仪	温度	热延伸试验仪校准规范 JJF(桂)75	(0～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		质量		(1～500)g	U=0.2g		2026-10-08
		长度		(0～600)mm	U=0.1mm		2026-10-08
		时间		（0.1～3600）s	U=0.3s		2026-10-08
16	*动力电池测试系统	充电、放电电压	动力电池测试系统检定规程 JJG(粤)044	100mV～1000V	U_{rel}=0.01%		2026-10-08
		充电、放电电流		10mA～2000A	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		充放电时间		(0.1～3600)s	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
17	*汽车电瞬态传导骚扰模拟器	脉冲电压	汽车电瞬态传导骚扰模拟器校准规范 JJF （电子)0019	(1～1000)V	U_{rel}=3.5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		上升/下降时间		3ns～10ms	U_{rel}=5.4%		2026-10-08
		脉冲宽度/重复时间		100ns～3s	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		直流电压		(10～100)V	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
18	*电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器	输出电压	电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范 JJF 1673	(0.1～500)V	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		电压上升时间和下降时间		（1～50）μs	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
		电压过冲和欠冲		(0～20)%	U=2.4%		2026-10-08
		相位角		(0～360)°	U=1°		2026-10-08
		持续时间		1 ms～10s	U_{rel}=3%		2026-10-08
		间隔时间		1 ms～10s	U_{rel}=3%		2026-10-08
		峰值冲击电流		(1～2000)A	U_{rel}=2.0%		2026-10-08
19	示波器电流探头	直流衰减系数	示波器电流探头校准规范 JJF(电子)0036	1～100	U_{rel}=3.4%		2026-10-08
		直流电流测量		10mA～2000A	U_{rel}=1.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流测量		10mA～2000A,40Hz～65Hz	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		频带宽度		10Hz～120MHz	U_{rel}=4.6%		2026-10-08
		上升时间		1ns～10μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
20	*示波器差分探头	共模抑制比	示波器差分探头校准规范 JJF(电子)30306	（18～70）dB	U=1.5dB		2026-10-08
		直流衰减系数		1～1000	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		频带宽度		10kHz～1000MHz	U_{rel}=4.6%		2026-10-08
		上升时间		1ns～1μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
		输入电阻		（0.1～100）MΩ	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
21	*示波器电压探头	直流电压衰减比	示波器电压探头校准规范 JJF 1437	1～1000,(0.1～1000)V	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		频率响应		1kHz～300MHz	U=0.8dB		2026-10-08
		上升时间		1ns～350μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
		输入电阻		10MΩ～100MΩ	U_{rel}=1.0%		2026-10-08
22	*电池充放电测试仪	电压	电池充放电测试仪校准规范 JJF 2039	(1～10)V	U_{rel}=0.006%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(10～100)V	U_{rel}=0.008%		2026-10-08
				(100～1000)V	U_{rel}=0.010%		2026-10-08
		电流		10mA～1A	U_{rel}=0.011%		2026-10-08
				(1～100)A	U_{rel}=0.028%		2026-10-08
				(100～2000)A	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		上升时间		10μs～10ms	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		直流功率		（1～1000）W	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		温度		（-20～100）℃	U=0.2℃		2026-10-08
		放电容量		（0.1～100）Ah	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
		电阻		（0.1～1000）Ω	U_{rel}=0.09%		2026-10-08
23	*防雷元件测试仪	起始动作电压	防雷元件测试仪校准规范 JJF 2177	(5～2000)V	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		击穿电压		(5～2000)V	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		电流		(1～20)μA	U_{rel}=0.3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	*漆包绕组线单向刮漆试验仪	刮针直径	漆包绕组线单向刮漆试验仪校准规范 JJF(苏)167	(0～25)mm	U=0.003mm		2026-10-08
		移动速度		(50～500)mm/min	U=5mm/min		2026-10-08
		试验电压		(6～7)V	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		短路电流		(19.5～20.5)mA	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		力值		(0.1～50)N	U=0.015N		2026-10-08
25	*电机定子综合测试仪	交流电压	电机定子试验装置校准规范 JJF(闽)1060	(0.1～3)kV，（45Hz～65Hz）	U_{rel}=0.90%		2026-10-08
		漏电流		(0.1～100)mA，（45Hz～65Hz）	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
		绝缘电压		(0.1～1)kV	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
		绝缘电阻		100Ω～100MΩ	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
				(100～1000)MΩ	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		直流电阻		0.1Ω～20kΩ	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		匝间绝缘冲击电压峰值		(0.5～3)kV	U_{rel}=3%		2026-10-08
		波前时间		（0.2～1.2）μs	U_{rel}=5%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
26	*继电保护测试仪	直流电压	继电保护测试仪检定规程 JJG 1112	10mV～1000V	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
		交流电压		100mV～1000V (45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		直流电流		1mA～100A	U_{rel}=0.06%		2026-10-08
		交流电流		10mA～100A (45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		时间		0.01ms～999.9s	U=0.3ms		2026-10-08
		响应时间		（1～200）μs	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
27	*充电平板检测仪	静电电压	充电平板检测仪校准规范 JJF(电子) 31003	±(0.1～1000)V	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		静电衰减时间		(0.1～99.9)s	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
28	*电火花检漏仪	脉冲电压	电火花检漏仪校准规范 JJF(鲁)101	（0.1～30）kV	U_{rel}=3.5%		2026-10-08
29	*电容器漏电流测试仪	直流极化电压	电容器漏电流测试仪检定规程 JJG(电子)306003	(1～1000)V	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		漏电流		10μA～30mA	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
30	*绝缘油介电强度测试仪	电压	绝缘油介电强度测试仪校准规范 JJF(晋) 143	(1～100)kV	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		升压速度		(0.2～10)kV/s	U_{rel}=2.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真度		(0～5)%	U=0.3%		2026-10-08
31	*三相变频电源	交流电压	三相变频电源校准规范 JJF(电子)0026	(1～480)V,30Hz～1kHz	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		交流电流		(1～30)A,(45～65)Hz	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		频率		30Hz～1kHz	U_{rel}=0.005%		2026-10-08
		失真度		(0.01～10)%,(45～65)Hz	U_{rel}=14%		2026-10-08
		相位差		(0.01～120)°	U=0.1°		2026-10-08
32	*绕组匝间冲击电压测试仪	电压	绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范 JJF1691	（0.1～15 ）kV	U_{rel}=3.8%		2026-10-08
		波前时间		（0.2～1.2） μs	U_{rel}=5%		2026-10-08
33	*漏电起痕试验仪	滴液时间间隔	漏电起痕试验仪校准规范 JJF(浙)1087	(0.1～999) s	U=0.3s		2026-10-08
		试验电压		(0.1～600)V	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		电极电流		(0.1～1)A	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
34	*试验变压器操作箱	交流电压	试验变压器操作箱校准规范 JJF(闽)1090	(1～750)V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		交流电流		1mA～30A,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(1～600)s	U=0.28s		2026-10-08
35	*氧化锌避雷器测试仪	全电流	氧化锌避雷器测试仪校准规范 JJF 2194	（0.1～20)mA/(45～65)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		阻性电流		（0.1～20)mA/(45～65)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		容性电流		（0.1～20)mA/(45～65)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		相位角		(0～90)°	U=0.04°		2026-10-08
		参考电压		(10～250)V/(45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
36	*低压断路器动作特性试验台	交流电流	低压断路器动作特性试验台校准规范 JJF 1799	1A～20kA	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		时间		（0.01～1）s	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
				（1～999.99）s	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
37	*电快速瞬变脉冲群模拟器	脉冲电压峰值	电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范 JJF 1672	（0.1～8）kV	U_{rel}=3.7%		2026-10-08
		脉冲重复频率		4kHz～100kHz	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
		脉冲群周期		250ms～350ms	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		脉冲上升时间		（1～10）ns	U_{rel}=6%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		脉冲群持续时间		（0.5～20）ms	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
		脉冲宽度		（35～150）ns	U_{rel}=7%		2026-10-08
38	*焓差试验室	电压	焓差试验室校准规范 JJF(机械) 1005	50V～280V(单相)，100V～450V(三相)	U_{rel}=0.15%		2026-10-08
		电流		0.5A～100A	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		功率		100W～16kW(单相)，300W～48kW(三相)	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		频率		45Hz～65Hz(电源频率)	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
				20Hz～400Hz(压缩机频率)	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		铂电阻温度		(-50～150)℃	U=0.03℃		2026-10-08
		热电偶温度		(-50～300)℃	U=0.1℃		2026-10-08
		温度		（-40～100）℃	U=0.2℃		2026-10-08
		湿度		10%RH～95%RH	U=1.6%RH		2026-10-08
		压力		(-0.1～15)MPa	U=0.5%FS		2026-10-08
		风速		(5～30)m/s	U_{rel}=3.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		转速		(30～10000) r/min	U_{rel}=0.03%		2026-10-08
		流量		(0.1～40)t/h	U_{rel}=1.7%		2026-10-08
39	*压缩机制冷量测试装置	测试电压	压缩机制冷量测试装置校准规范 JJF(机械) 1015	(50～450)V	U_{rel}=0.15%		2026-10-08
		工作电流		(0.5～100)A	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		输入功率		100W～16kW	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		测试频率		(5～400)Hz	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		功率因数		(0.5～1.0)	U=0.002		2026-10-08
		绕组电阻		(0.1～1000) Ω	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		铂电阻温度		(0～150)℃	U=0.03℃		2026-10-08
		热电偶温度		(0～300)℃	U=0.6℃		2026-10-08
		压力		(0～6)MPa	U=0.05%FS		2026-10-08
				(0～15)MPa	U=0.5%FS		2026-10-08
		转速		(30～10000)r/min	U_{rel}=0. 03%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		流量		(0.1～40)t/h	U_{rel}=1.7%		2026-10-08
40	*电磁耦合钳	耦合系数	电磁耦合钳校准规范 JJF(电子) 0031	(-30～30)dB(9kHz～1000MHz)	U=2.0dB		2026-10-08
		去耦系数		(-60～0)dB(9kHz～1000MHz)	U=2.0dB		2026-10-08
		阻抗		(50～1000)Ω	U_{rel}=1.5%		2026-10-08
41	*电缆故障闪测仪	距离	电缆故障闪侧仪校准规范 JJF(辽) 564	(2～100)m	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				(0.1～20)km	U=1.6m		2026-10-08
42	示波器高压探头	直流电压衰减比	示波器高压探头校准规范 JJF(电子) 30304	1～1000，(1～40)kV	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		交流电压衰减比		1～1000，(1～40)kV	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		频带宽度		DC～300MHz	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		输入电阻		10MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.10%		2026-10-08
		输入电容		5pF～50pF,(1kHz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
43	*基准镇流器	电压电流比	基准镇流器校准规范 JJF 1502	(50～300)V/(0.1～20)A,50Hz,60Hz	U_{rel}=0.16%		2026-10-08
		功率因数		0.01～1	U=0.002		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
44	*剩余电压测试仪	剩余电压	剩余电压测试仪校准规范 JJF(电子) 0091	(10～200)V	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		交流输出电压		(10～250)V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		交流输出电压持续(保持)时间		10s～99.9s	U_{rel}=0.32%		2026-10-08
		断电时刻误差		(-5～5)ms	U=0.3ms		2026-10-08
		测试时间		(1～10)s	U_{rel}=0.32%		2026-10-08
		输入阻抗		100MΩ～1GΩ	U_{rel}=9%		2026-10-08
45	*静电放电电流靶	插入损耗	静电放电电流靶校准规范 JJF 2324	(-50dB～-40dB)，(9kHz～4GHz)	U_{rel}=0.8%		2026-10-08
		转移阻抗		(0.08～0.25)V/A	U=0.005V/A		2026-10-08
		输入阻抗		(0.95～2.1)Ω	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
46	*振铃波发生器	开路电压	振铃波发生器校准规范 JJF(电子) 0007	±(0.25～4)kV	U_{rel}=2.5%		2026-10-08
		短路电流		±(10～500)A	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		电压上升时间		1ns～10μs	U_{rel}=3.0%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流上升时间		1ns～10μs	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
		振荡频率		100kHz	U_{rel}=0.13%		2026-10-08
		衰减		10%～100%	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
		源阻抗		10Ω～300Ω	U_{rel}=3.0%		2026-10-08
47	*光伏组件旁路二极管测试系统	直流电压	光伏组件旁路二极管测试系统 校准规范 JJF(津) 141	(0.1～150)V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		直流电流		(0.1～100)A	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		恒定电压		(0.1～150)V	U_{rel}=0.04%		2026-10-08
		恒定电流		(0.1～80)A	U_{rel}=0.1%		2026-10-08
		脉冲电源电压		(0.1～150)V	U_{rel}=3.5%		2026-10-08
		脉冲电流		(0.1～30)A	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
		脉冲宽度		(0.1～10ms)	U_{rel}=1.6%		2026-10-08
		采集电压		(0.1～5)V	U_{rel}=0.008%		2026-10-08
		采集电流		(0.1～5)A	U_{rel}=0.028%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(0～250)℃	U=0.2℃		2026-10-08
48	*电流注入探头	插入损耗	电磁发射和敏感度测量设备校准规范第 7 部分：电流注入探头 JJF(军工) 27.7	0～80dB(1kHz～500MHz)	U=1.3dB		2026-10-08
49	*电流探头	传输阻抗	电磁发射和敏感度测量设备校准规范第 6 部分：电流探头 JJF(军工) 27.6	(-100～40)dBΩ(10Hz～500MHz)	U=1.3dB		2026-10-08
50	*安规综合测试仪	直流电压	安规综合测试仪校准规范 JJF(电子)0004	(0.1～6)kV	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		交流电压		(0.1～5)kV，50Hz	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		直流电流		(0.1～50)mA	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		交流电流		(0.1～50)mA，50Hz	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
		时间		(1～999.9)s	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
		绝缘电阻		1MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-10-08
				100MΩ～10GΩ	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
		绝缘电压		(0.1～1)kV	U_{rel}=1.3%		2026-10-08
		泄漏试验电压		(1～750)V,(50Hz)	U_{rel}=0.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		泄漏电流		100μA～50mA,(50Hz)	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		接地导通电阻		(10～600)mΩ	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		接地导通电流		(3～30)A,(50Hz)	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
51	*离子风机	残余电压	离子风机校准规范 JJF(电子)0110	(0.1～50)V	U_{rel}=4.0%		2026-10-08
		衰减时间		(0.1～99.9)s	U_{rel}=3.4%		2026-10-08
建筑、交通专用测量仪器							
1	*水泥雷氏夹膨胀测定仪	长度	雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG (交通)093	(0.01～190)mm	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		质量		(290～310)g	U=0.02g		2026-10-08
2	*混凝土氯离子电通量测定仪	直流电压	混凝土氯离子电通量和扩散系数测定仪校准规范 JJF (闽)1053	(1～60)V	U_{rel}=0.05%		2026-10-08
		直流电流		(1～300)mA	U_{rel}=0.08%		2026-10-08
		温度		(4～100)℃	U=0.06℃		2026-10-08
		时间		(3000～4000)s	U=0.3s		2026-10-08
3	*混凝土含气量测定仪	压力	混凝土含气量测定仪校准规范 JJF 2332	(0～0.25)MPa	U=0.6kPa		2026-10-08

国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		容积		(6950～7050)mL	U=3.5mL		2026-10-08
		含气量		（0～8）%	U=(0.02～0.10)%		2026-10-08
4	*水泥胶砂流动度测定仪	质量	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG（交通）096	(4～5)kg	U=3g		2026-10-08
		时间		(20～30)s	U=0.3s		2026-10-08
		长度		(8～310)mm	U=(0.01～0.1)mm		2026-10-08
5	*水泥净浆搅拌机	转速	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF（建材）104	(50～150)r/min	U=1.5r/min		2026-10-08
		时间		(10～200)s	U=0.3s		2026-10-08
		长度		(1～10)mm	U=0.06mm		2026-10-08
6	*水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机	力值	水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规程 JJG （交通）097	(200～500)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(2～25)mm	U=0.005mm		2026-10-08
				(25～200)mm	U=0.05mm		2026-10-08
		转速		(15～700)r/min	U=(0.1～1）r/min		2026-10-08
7	*洛杉矶磨耗试验机	质量	洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG（交通）108	(350～6000)g	U=1.0g		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(40～50)mm	U=0.3mm		2026-10-08
		转速		(25～40)r/min	U=0.6r/min		2026-10-08
8	*沥青软化点试验仪	长度	沥青软化点试验仪检定规程 JJG（交通）057	(6～20)mm	U=0.01mm	现场不测定位孔	2026-10-08
				(21～150)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		质量		(3～4)g	U=0.017g		2026-10-08
		温度		(5～200)℃	U=0.24℃		2026-10-08
		升温速率		(4～6)℃/min	U=0.25℃/min		2026-10-08
9	*针状、片状规准仪	长度	针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593	(2～100)mm	U=0.04mm	现场不测片状规准仪	2026-10-08
10	*压碎值试验仪	长度	压碎值试验仪校准规范 JJF(苏)54	(5～160)mm	U=0.04mm		2026-10-08
11	*水泥胶砂振动台	振动频率	水泥胶砂振动台校准规范 JJF 1867	(40～60)Hz	U=0.6Hz		2026-10-08
		振幅		(0.1～1.0)mm	U=0.013mm		2026-10-08
		长度		(35～170)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		时间		(0.5～125)s	U=0.3s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		(1.00～7.00)kg	U=0.7g		2026-10-08
12	*水泥胶砂试体成型振实台	质量	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF（建材）124	(12～13)kg	U=0.02kg		2026-10-08
		振幅		(14.7～15.3)mm	U=0.06mm		2026-10-08
		时间		(0～70)s	U=0.6s		2026-10-08
13	沥青针入度仪	长度	沥青针入度仪校准规范 JJF 1208	(0.1～50)mm	U=0.01mm		2026-10-08
		质量		(90～110)g	U=0.02g		2026-10-08
		温度		(20～30)℃	U=0.2℃		2026-10-08
14	*混凝土抗渗仪	压力	混凝土抗渗仪校准规范 JJF 1812	(0～4)MPa	U=0.006MPa		2026-10-08
15	水泥细度负压筛析仪	转速	水泥细度负压筛析仪校准规范 JJF 1827	(20～40)r/min	U=0.4r/min		2026-10-08
		压力		(-100～0)hPa	U=0.4 hPa		2026-10-08
16	李氏密度瓶	容量	李氏密度瓶检定规程 JJG（交通）092	(0.1～24)mL	U=0.02mL		2026-10-08
17	*混凝土氯离子含量快速测定仪	浓度	混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程 JJG （交通）134	(0.001～0.100)mol/L	U_{rel}=1%		2026-10-08
18	*砂浆凝结时间测定仪	力值	砂浆凝结时间测定仪校准规范 JJF（冀）197	(1～100)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(5～142)mm	U=0.04mm		2026-10-08
19	*亚甲蓝搅拌器	转速	亚甲蓝搅拌器校准规范 JJF（桂）82	(360～660)r/min	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
		时间		(1～8)min	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(65～85)mm	U=0.1mm		2026-10-08
20	*便携式建筑用拉拔仪	力值	便携式建筑用拉拔仪校准规范 JJF（建材）142	(0.1～1000)kN	U_{rel}=0.5%		2026-10-08
21	*燃烧法沥青含量测试仪	温度	燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG（交通）072	（300～1000）℃	U=1.2℃		2026-10-08
		质量		（0.1～5）kg	U=0.02g		2026-10-08
22	*土工击实仪	质量	土工击实仪检定规程 JJG（交通）058	(2000～5000)g	U=0.4g		2026-10-08
		长度		(40～60)mm	U=0.05mm		2026-10-08
				(200～500)mm	U=0.6mm		2026-10-08
23	*碳化深度测量仪和测量尺	长度	碳化深度测量仪和测量尺校准规范 JJF 1721	(0～70)mm	U=0.01mm		2026-10-08
24	*防水卷材不透水仪	压力	防水卷材不透水仪校准规范 JJF（津）03	(0～0.6)MPa	U=0.5%FS		2026-10-08
25	*突起路标耐冲击性能测试仪	长度	突起路标耐冲击性能测试仪检定规程 JJG （交通）080	(990～1010)mm	U=1.6mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		(1000～1100)g	U=0.6g		2026-10-08
26	*贯入式砂浆强度检测仪	力值	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	(500～1000)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(0～41)mm	U=0.04mm		2026-10-08
27	*包装件跌落试验机	长度	包装件跌落试验机检定规程 JJG（粤）045	(10～1000)mm	U=0.6mm		2026-10-08
28	楔形塞尺	长度	楔形塞尺校准规范 JJF 1548	Ⅰ型：(1～60)mm	U=11μm		2026-10-08
				Ⅱ型：(0～15)mm	U=11μm		2026-10-08
				数显：(0～40)mm	U=10μm		2026-10-08
29	*磁力加热搅拌器	温度	磁力加热搅拌器校准规范 JJF(黑)12	(20～300)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		转速		(100～2500)r/min	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
30	*钢砧	硬度	钢砧校准规范 JJF（晋）32	(55～65)HRC	U=0.8HRC		2026-10-08
		质量		(1～45.6)kg	U=0.010kg		2026-10-08
31	*回弹仪	长度	回弹仪检定规程 JJG 817	(10～150)mm	U=0.05mm		2026-10-08
		力值		(0.2～1)N	U=0.02N		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		率定值		70～90	U=1		2026-10-08
		刚度		(10～1100)N/m	U=3.2N/m		2026-10-08
32	水泥比长仪	长度	水泥比长仪校准规范 JJF(苏) 217	(156～540)mm	U=7μm		2026-10-08
33	*水泥胶砂强度快速养护箱	温度	水泥胶砂强度快速养护箱校准规范 JJF（建材）207	(40～90)℃	U=0.4℃		2026-10-08
34	混凝土收缩膨胀仪	长度	混凝土收缩膨胀仪校准规范 JJF(冀) 139	(0～10)mm	U=6μm		2026-10-08
				(100～540)mm	U=6μm		2026-10-08
35	*砂浆稠度仪	质量	砂浆稠度仪检定规程 JJG(交通)204	(100～500)g	U=0.01g		2026-10-08
		长度		(5～300)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		角度		10° ～50°	U=6′		2026-10-08
36	*水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪	长度	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG（交通）050	(1～10)mm	U=0.03mm		2026-10-08
				(40～75)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		质量		（295～305）g	U=0.01g		2026-10-08
37	混凝土坍落度仪	长度	混凝土坍落度仪校准规范 JJF(浙)1093	（0.1～20）mm	U=0.03mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（20～610）mm	U=0.1mm		2026-10-08
38	*混凝土贯入阻力测定仪	力值	混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通) 095	（100～1100）N	U=2.8N		2026-10-08
		长度		（1～20）mm	U=0.003mm		2026-10-08
				（21～300）mm	U=0.04mm		2026-10-08
39	*行星式水泥胶砂搅拌机	转速	行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 JJF 2094	（50～300）r/min	U=0.9r/min		2026-10-08
		时间		（25～95）s	U=0.2s		2026-10-08
		长度		（2～10）mm	U=0.04mm		2026-10-08
40	*砂浆分层度仪	长度	砂浆分层度仪校准规范 JJF(湘) 36	(100～200)mm	U=0.18mm		2026-10-08
41	*非金属建材塑限测定仪	长度	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090	其他尺寸：（30～150）mm	U=0.04mm		2026-10-08
				直径：（1～55）mm	U=0.01mm		2026-10-08
		质量		（0.1～310）g	U=0.1g		2026-10-08
		角度		0.1° ～80°	U=0.1°		2026-10-08
42	*砂浆密度测定仪	容积	砂浆密度测定仪校准规范 JJF(建材) 219	(0.9～1.1)L	U=0.003L		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		（0.5～2.5）kg	U=6mg~0.2g		2026-10-08
43	*钢筋弯曲试验机	角度	钢筋弯曲试验机校准规范 JJF(津) 106	0° ～180°	U=0.67°		2026-10-08
		长度		(0.01～300)mm	U=0.1mm		2026-10-08
44	*试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	（0.045～0.25）mm	U=0.002mm		2026-10-08
				（0.25～4）mm	U=0.005mm		2026-10-08
				（4～125）mm	U=0.04mm		2026-10-08
45	*试模	长度	试模校准规范 JJF 1307	（0～600）mm	U=0.05mm		2026-10-08
46	*砖用卡尺	长度	砖用卡尺检定规程 JJG(粤) 072	(-15～30)mm	U=0.06mm		2026-10-08
				(45～500)mm	U=0.17mm		2026-10-08
47	*导热系数测定仪（热流计法）	导热系数	导热系数测定仪(热流计法)校准规范 JJF(浙)1175	（0.002～1）W/(m·K)	U_{rel}=2.4%		2026-10-08
48	*摩擦系数测定仪	质量	摩擦系数测定仪校准规范 JJF （冀)125	(1～500)g	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		力值		(0.3～10)N	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		速度		(1～600)mm/min	U=1mm/min		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
气象、海洋专用测量仪器							
1	热式风速仪	风速	热式风速仪校准规范 JJF 1939	（2～30）m/s	U=（0.08～0.29）m/s		2026-10-08
2	轻便三杯风向风速表	风速	轻便三杯风向风速表检定规程 JJG 431	(2～30) m/s	U=（0.08～0.29）m/s		2026-10-08
3	叶轮式数字风速仪	风速	叶轮式数字风速仪检定规程 JJG 1194	(2～30) m/s	U=（0.08～0.40）m/s		2026-10-08
4	叶轮式风速计	风速	叶轮式风速计校准规范 JJF 1971	(2～30) m/s	U=（0.08～0.29）m/s		2026-10-08
5	数字风量罩	风量	数字风量罩校准规范 JJF(闽)1068	(30～5000)m^3/h	U_{rel}=1.8%		2026-10-08
6	风速变送器	风速	风速变送器校准规范 JJF(冀) 252	(2～30)m/s	U=（0.08～0.29）m/s		2026-10-08
7	表层水温表	温度	表层水温表检定规程 JJG 289	(-5～40)℃	U=0.04℃		2026-10-08
纺织、皮革专用测量仪器（含鞋类检测仪器）							
1	*日晒气候色牢度试验仪	温度	日晒气候色牢度试验仪校准规范 JJF (纺织)051	试验仓：(5～150)℃	U=0.3℃		2026-10-08
				黑标:(5～150)℃	U=0.8℃		2026-10-08
		湿度		5%RH～95%RH	U=2.0%RH		2026-10-08
		辐照度		(300～400)nm：(30.0～50.0)W/m^2	U_{rel}=14%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				420nm：(0.09～1.10)W/m²	U_{rel}=14%		2026-10-08
2	*纺织品水平燃烧试验仪	长度	纺织品水平燃烧试验仪校准规范 JJF（纺织）094	(0.10～0.50)mm	U=0.004mm		2026-10-08
				(0.5～150)mm	U=0.04mm		2026-10-08
				(150～500)mm	U=0.4mm		2026-10-08
		时间		(1～3600)s	U=0.2s		2026-10-08
3	*垂直燃烧试验仪	长度	垂直燃烧试验仪校准规范 JJF（纺织）068	(10～20)mm	U=0.06mm		2026-10-08
				(28～780)mm	U=0.4mm		2026-10-08
		角度		20°～30°	U=0.3°		2026-10-08
		质量		(50～500)g	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
		时间		(1～3600)s	U=0.2s		2026-10-08
4	*标准光源箱	色温	标准光源箱校准规范 JJF（纺织）055	(2700～7500)K	U=1.2×10²K		2026-10-08
		光照度		(200～5000)lx	U_{rel}=10%		2026-10-08
5	*织物摩擦带电荷密度测试仪（法拉第筒法）	电荷量	织物摩擦带电荷密度测试仪(法拉第筒法)校准规范 JJF（纺织）071	(0.05～1.1)μC	U=0.002μC		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*原棉水分测定仪	回潮率	原棉水分测定仪检定规程 JJG 845	(3～13)%	U=0.04%		2026-10-08
		温度		(1～50)℃	U=0.3℃		2026-10-08
7	*纤维切断器	长度	纤维切断器校准规范 JJF(纺织)022	(0～50)mm	U=3μm		2026-10-08
8	*染色摩擦色牢度仪	长度	染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF（纺织)027	(10～50)mm	U=0.04mm		2026-10-08
				(100～120)mm	U=0.06mm		2026-10-08
		力值		(5～10)N	U=0.07N		2026-10-08
		转速		(50～70) r/min	U=0.8r/min		2026-10-08
9	*八篮烘箱	温度	八篮烘箱校准规范 JJF（纺织）011	(50～150)℃	U=0.3℃		2026-10-08
		质量		(0.1～500)g	U=3mg		2026-10-08
10	锐利尖端测试仪	长度	锐利尖端测试仪校准规范 JJF（纺织)113	(0.4～1.5)mm	U=5μm		2026-10-08
		力值		(3～10)N	U=0.03N		2026-10-08
11	*圆盘取样器	面积	圆盘取样器校准规范 JJF(纺织) 061	(50～150)cm^2	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
12	*电子式单纱强力机（仪）	力值	电子式单纱强力机（仪）校准规范 JJF(纺织) 047	（0.01～5000）cN	U_{rel}=0.3%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(0.01～500)mm	U=0.1mm		2026-10-08
13	往复移动式织物密度镜	长度	往复移动式织物密度镜校准规范 JJF(纺织) 023	(0.01～50)mm	U=0.014mm		2026-10-08
14	*织物厚度仪	时间	织物厚度仪校准规范 JJF(纺织) 020	（1～3600）s	U=0.2s		2026-10-08
		面积		(100～10000)mm²	U_{rel}=0.2%		2026-10-08
		长度		(0.1～20)mm	U=0.002mm		2026-10-08
		力值		（10～500）cN	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
15	*耐汗渍色牢度仪	质量	耐汗渍色牢度仪校准规范 JJF(纺织) 028	（4200～6000）g	U=0.20g		2026-10-08
16	*圆轨迹法起毛起球仪	长度	圆轨迹法起毛起球仪校准规范 JJF(纺织) 031	(0.01～150)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		转速		（1～100）r/min	U=0.12r/min		2026-10-08
		力值		（0.1～1000）cN	U=0.6cN		2026-10-08
17	*织物缩水率试验机	转速	织物缩水率试验机校准规范 JJF(纺织)052	（50～520）r/min	U_{rel}=0.28%		2026-10-08
		温度		（0.01～100）℃	U=1.0℃		2026-10-08
		长度		(0～600)mm	U=0.4mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		（1～3600）s	U=0.2s		2026-10-08
18	*耐洗色牢度试验机	容量	耐洗色牢度试验机校准规范 JJF(纺织) 026	（1～600）mL	U=3mL		2026-10-08
		长度		(0.01～150) mm	U=1mm		2026-10-08
		转速		(0.1～50) r/min	U=0.2r/min		2026-10-08
		时间		（1～3600）s	U=0.3s		2026-10-08
		温度		(0.1～100) ℃	U=0.4℃		2026-10-08
19	*织物透湿性能测试仪	温度	织物透湿性能测试仪校准规范 JJF(纺织)085	(0～50)℃	U=0.2℃		2026-10-08
		湿度		30%RH～95%RH	U=1.3%RH		2026-10-08
		气流流速		(0.3～0.5)m/s	U=0.10m/s		2026-10-08
		长度		(20～65)mm	U=0.04mm		2026-10-08
		时间		（1～180）s	U_{rel}=0.02%		2026-10-08
20	*熨烫升华色牢度仪	力值	熨烫升华色牢度仪校准规范 JJF(纺织)029	（12～20）N	U=0.4N		2026-10-08
		时间		（15～30）s	U=0.2s		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		（0～300）℃	U=0.7℃		2026-10-08
21	*织物沾水度仪	长度	织物沾水度仪校准规范 JJF(纺织)083	（0～1）mm	U=0.01mm		2026-10-08
				（10～300）mm	U=（0.04～0.6）mm		2026-10-08
		时间		（20～60）s	U=0.4s		2026-10-08
		角度		45°	U=0.3°		2026-10-08
22	*纱线捻度仪	力值	纱线捻度仪校准规范 JJF(纺织) 010	（0.01～5）N	U_{rel}=0.6%		2026-10-08
		转速		（1～2000）r/min	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
23	*织物胀破强力仪	长度	织物胀破强力仪校准规范 JJF(纺织) 048	（0～100）mm	U=0.04mm		2026-10-08
		时间		（1～3600）s	U=0.2s		2026-10-08
		压力		（0～10）MPa	U=0.2%FS		2026-10-08
24	*织物平磨仪	质量	织物平磨仪校准规范 JJF(纺织) 036	（0.1～5）kg	U=0.6g		2026-10-08
		转速		（40～100）r/min	U=0.6r/min		2026-10-08
		长度		（20～65）mm	U=0.06mm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
25	*耐光黄变色牢度试验仪	温度	耐光黄变色牢度试验仪校准规范 JJF(纺织) 079	（40～120）℃	U=0.3℃		2026-10-08
		辐照度		（0.1～50）W/m^2	U_{rel}=12%		2026-10-08
		时间		(1～3600) s	U=0.3s		2026-10-08
		转速		(0～10)r/min	U=0.3r/min		2026-10-08
26	*水平垂直燃烧试验仪	温度	水平垂直燃烧试验仪校准规范 JJF(桂) 76	（100～700）℃	U=0.8℃		2026-10-08
		长度		（1～150）mm	U=0.04mm		2026-10-08
		时间		（1～3600）s	U=0.2s		2026-10-08
		角度		0° ～90°	U=0.2°		2026-10-08
27	*缕纱测长机	长度	缕纱测长机校准规范 JJF(纺织) 019	(30～1000)mm	U=0.5mm		2026-10-08
		力值		0.1N～10N	U_{rel}=2%		2026-10-08
28	*纤维细度分析仪	长度	纤维细度分析仪校准规范 JJF(纺织) 065	(0～1000) μm	U=0.3 μm		2026-10-08
29	*摇黑板机	长度	摇黑板机校准规范 JJF(纺织)012	(10～500)mm	U=0.5mm		2026-10-08
		质量		(5～50)g	U=0.06g		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		绕纱密度		(7～19)根/cm	U=1 根/cm		2026-10-08
机动车专用测量仪器							
1	*轮胎花纹深度尺	长度	轮胎花纹深度尺校准规范 JJF 1477	(0～100)mm	U=0.01mm		2026-10-08
2	轮胎压力表	压力	轮胎压力表检定规程 JJG 927	(0～2.5)MPa	U=0.3%FS		2026-10-08
3	*汽车用透光率计	透射比	汽车用透光率计校准规范 JJF 1225	30%～80%	U=0.7%		2026-10-08
4	数字式轮胎压力表	压力	数字式轮胎压力表检定规程 JJG 1201	(0～2.5)MPa	U=0.1%FS		2026-10-08
5	*透射式烟度计	不透光度	透射式烟度计检定规程 JJG 976	Ns:10%～90%	U=0.7%	不校带发动机油温和转速测量功能的烟度计	2026-10-08
造纸、纸张专用测量仪器							
1	*纸箱抗压试验机	力值	纸箱抗压试验机检定规程 JJG（轻工）115	50N～50kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		长度		(1～50)mm	U=0.3mm		2026-10-08
2	*纸板压缩强度试验仪	力值	纸板压缩强度试验机检定规程 JJG（粤）018	50N～3kN	U_{rel}=0.4%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
3	*纸张(板)耐破度仪	压力	纸张(板)耐破度仪校准规范 JJF 1811	耐破压力：(0～6)MPa	U=0.04%FS		2026-10-08
				夹持压力：(0～1)MPa	U=0.02MPa		2026-10-08
4	*纸板挺度测定仪	力矩	纸板挺度测定仪检定规程 JJG(轻工) 57	(10～500) mN·m	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
		速度		200°/min	U=4°/min		2026-10-08
5	*纸与纸板透气度测定仪	容积	纸与纸板透气度测定仪检定规程 JJG(轻工) 51	(250～1000)mL	U=(0.24～1.2)mL		2026-10-08
		面积		(0～10)cm^2	U=0.02cm^2		2026-10-08
6	*MIT 式耐折度仪	力值	MIT 式耐折度仪检定规程 JJG(轻工) 59	（4～50）N	U=0.07N		2026-10-08
		角度		135 °	U=0.8°		2026-10-08
		速度		175 次/min	U=3 次/min		2026-10-08
		计数		（1～200）次	U=1 次		2026-10-08
7	*纸和纸板平滑度测定仪	压力	纸和纸板平滑度测定仪（别克法）校准规范 JJF(轻工) 139	(-60～0)kPa	U=0.03kPa		2026-10-08
		时间		1000 s	U=0.30s		2026-10-08
		容积		(1～400)mL	U=0.4mL		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
8	*柔软度仪	力值	柔软度仪检定规程 JJG(轻工) 64	(10～1000)mN	U_{rel}=0.14%		2026-10-08
9	*纸板戳穿强度测定仪	强度	纸板戳穿强度测定仪检定规程 JJG(轻工) 56	(1～48)J	U_{rel}=0.3%		2026-10-08
10	*纸质卫生用品吸收速度测定仪	体积	纸质卫生用品吸收速度测定仪校准规范 JJF(轻工)117	(0.1～50) mL	U=0.1mL		2026-10-08
		时间		(1～3600) s	U=0.3s		2026-10-08
11	*纸与纸板厚度测定仪	长度	纸与纸板厚度测定仪检定规程 JJG(轻工) 50.1	(0～50) mm	U=1 μm		2026-10-08
12	*瓦楞纸板厚度测定仪	长度	瓦楞纸板厚度测定仪检定规程 JJG(轻工) 50.2	(0～100) mm	U=0.02mm		2026-10-08
13	*纸与纸板吸收性测定仪	面积	纸与纸板吸收性测定仪检定规程 JJG(轻工) 55	100cm^2	U=0.08cm^2		2026-10-08
14	*纸与纸板撕裂度仪	力值	纸与纸板撕裂度仪检定规程 JJG(轻工) 63	(1～100)N	U_{rel}=0.18%		2026-10-08
15	*纸和纸板抗张试验机	力值	纸和纸板抗张试验机校准规范 JJF (轻工)115	(0.1～2000)N	U_{rel}=0.4%		2026-10-08
		速度		(1～500)mm/min	U_{rel}=1.2%		2026-10-08
		伸长量		(1～200)mm	U=0.08mm		2026-10-08
医学专用测量仪器							
1	*溶出度测定仪	温度	溶出度测定仪检定规程 JJG(粤) 048	分辨力 0.01℃；(30～40)℃	U=0.12℃		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分辨力 0.1℃：（30～40）℃	U=0.2℃		2026-10-08
		转速		（25～200）r/min	U_{rel}=0.9%		2026-10-08
2	*酶标分析仪	吸光度	酶标分析仪检定规程 JJG 861	0.1～2.0	U=0.012		2026-10-08
3	*医用吸引器	压力	医用吸引器校准规范 JJF 1810	1.6 级：（-100～0）kPa	U=0.6 kPa		2026-10-08
				2.5 级：（-100～0）kPa	U=0.8 kPa		2026-10-08
4	*全自动生化分析仪	吸光度	全自动生化分析仪校准规范 JJF 1720	0.45～1.05	U=0.005		2026-10-08
		浓度		丙氨酸氨基转移酶：（45～120）U/L	U_{rel}=5%		2026-10-08
				葡萄糖：（6.5～14）mmol/L	U_{rel}=3.2 %		2026-10-08
5	*全自动封闭型发光免疫分析仪	浓度	全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF 1752	胰岛素：（38～165）pmol/L	U_{rel}=5 %		2026-10-08
6	*无创自动测量血压计	压力	无创自动测量血压计检定规程 JJG 692	（0.1～50.0）kPa	U=0.2 kPa		2026-10-08
7	*血压计和血压表	压力	血压计和血压表检定规程 JJG 270	（0.1～40.0）kPa	U=0.2 kPa		2026-10-08
8	*光柱式血压计	压力	光柱式血压计检定规程 JJG(苏) 263	（0.1～40.0）kPa	U=0.2 kPa		2026-10-08
9	*医用离心机	转速	医用离心机校准规范 JJF2004	(30～30000)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(-30～85)℃	U=0.6℃		2026-10-08
		时间		(10～1800)s	U_{rel}=0.07%		2026-10-08
石油和化工专用测量仪器							
1	*铅笔硬度计	质量	铅笔硬度计校准规范 JJF(石化) 007	(500、750、765、1000)g	U=3g		2026-10-08
		角度		45°	U=0.2°		2026-10-08
2	*漆膜冲击试验器	长度	漆膜冲击试验器校准规范 JJF(石化) 002	(0～500)mm	U=0.2mm		2026-10-08
		质量		(1000、2000)g	U=0.2g		2026-10-08
3	漆膜划格器	长度	漆膜划格器校准规范 JJF 2163	齿间距:(1、2、3)mm	U=3μm		2026-10-08
		角度		30°	U=0.2°		2026-10-08
4	湿膜厚度测量规	长度	湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484	梳规:(5～100)μm	U=0.4μm		2026-10-08
				梳规:(100～3000)μm	U=2.4μm		2026-10-08
				轮规:(0～50)μm	U=0.4μm		2026-10-08
				轮规:(50～125)μm	U=0.6μm		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				轮规:(125～1500) μm	U=4.0 μm		2026-10-08
5	*划痕试验仪	质量	划痕试验仪校准规范 JJF(石化) 009	(50、100、200、500、1000)g	U=0.1g		2026-10-08
		长度		(0～1000)mm	U=0.06mm		2026-10-08
		速度		(10、35)mm/s	U=1.1mm/s		2026-10-08
6	*漆膜附着力测定仪(划圈法)	长度	漆膜附着力测定仪(划圈法)校准规范 JJF(石化) 036	回转直径:10.5mm	U=0.03mm		2026-10-08
7	*漆膜弹性测定器	长度	漆膜弹性测定器校准规范 JJF(石化) 006	直径:(4、5、10、15)mm	U=6 μm		2026-10-08
				厚度:(1、2、3)mm	U=0.04mm		2026-10-08
8	*热变形/维卡软化点温度测定仪	温度	热变形/维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(冀) 3043	温度偏差:(0～300)℃	U=0.2℃		2026-10-08
				温度均匀性:(0～300)℃	U=0.05℃		2026-10-08
		升温速率		(50～120)℃/h	U=0.2℃/h		2026-10-08
		长度		(0.5～20)mm	U=2 μm		2026-10-08
		质量		(0.5～5000)g	U=(0.03～0.08)g		2026-10-08

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证